



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 9001

ISO 27001

TAM-621/1-TP/62-2023.AK

Rybnik, dnia 29.09.2022 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:

dostawę głowicy przezprzełykowej do aparatu UKG

(zamówienie nr TAM-621-TP/62-2023.AK)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.09.2023 r., nr 2023/BZP 00405194

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dotyczy Załącznika nr 1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głowica przezprzełykowa do aparatu UKG – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji 12 miesięcy?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: „Dotyczy Załącznika nr 1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głowica przezprzełykowa do aparatu UKG – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści głowicę przezprzełykową posiadającą tryb pracy i obrazowania głowicy doppler kolorowy CD bez trybu pracy i obrazowania głowicy doppler kolorowy CPA? Ponieważ Vivid T9, do którego głowica jest oferowana nie obsługuje trybu pracy i obrazowania głowicy doppler kolorowy CPA na żadnej głowicy sektorowej i przezprzełykowej.”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza także „głowicę przezprzełykową posiadającą tryb pracy i obrazowania głowicy doppler kolorowy CD bez trybu pracy i obrazowania głowicy doppler kolorowy CPA”. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym piśmie należy nanieść w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” stosowne zmiany tak, aby nie było wątpliwości co wykonawca zaoferował.

Pytanie 3: „Załącznik nr 1.3 WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki do 21 dni roboczych? Na czas naprawy Wykonawca dostarczy równoważną głowicę zastępczą. Naprawa i diagnostyka głowic przezprzełykowych wymaga dłuższego czasu, niż pozostałe wyposażenie posiadanego UKG.”

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki do 21 dni roboczych. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść załącznika 1.3, tj. „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją przedmiotowego załącznika.

Pytanie 4: „Załącznik nr 1.3 WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

Prosimy o modyfikację zapisu „po 2 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu głowicy,

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

wystąpienia ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę głowicy na nową”
na następujący „po 2 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu głowicy,
wystąpienia ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę głowicy na nową””
Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 5: „Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę głowicy przezprzełykowej w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy?”

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 45 dni i tym samym modyfikuje zapis sposób oceny ofert w kryterium „termin dostawy” (zapisy punktu V, XVI specyfikacji warunków zamówienia, a co za tym idzie także zapisy w formularzu oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji) na poniższe brzmienie:

3. w kryterium „termin dostawy” (D) – punktacja jest obliczana następująco:

Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „termin dostawy” ustalana jest na podstawie formularza oferty wg informacji wykonawcy zawartej w tym formularzu zgodnie ze wskazaną punktacją:

- do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 20 pkt,
- od 8 do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt
- od 15 dni do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 0 pkt

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie w tym zakresie ulega także ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednakże przedłużeniu ulega termin składania ofert **do dnia 05.10.2023 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: **w tym samym dniu o godzinie 10.30**. W związku z powyższym zmianie odpowiednio ulega także termin związania ofertą.

Załącznik:

1. Warunki gwarancji jakości i serwisu – wzór załącznika nr 1.3. do specyfikacji - po modyfikacji.
2. Formularz oferty – po modyfikacji.