



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.243.775.2024  
Nr postępowania: 180/2024/TP/DZP

Olsztyn, 6 maja 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

**Dotyczy: postępowania nr 180/2024/TP/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### Część nr 3 – Witryna chłodnicza

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemność netto 250 l/brutto 347 l?

#### **Odpowiedź.**

*Zamawiający dopuszcza pojemność netto 250 l/brutto 347 l.*

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szerokość 59,7 cm?

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza szerokość 59,7 cm.

Łączę wyrazy szacunku,

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Filipiuk

Tel. 89 524 51 81

e-mail: [agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl](mailto:agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl)

Odpowiedzi udzielił: Arkadiusz Józef Zakrzewski

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      [kanclerz@uwm.edu.pl](mailto:kanclerz@uwm.edu.pl)  
fax (89) 523 43 66      [www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)