

Gdańsk, dnia 19.01.2021 r.

D10.251.109.E.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn.

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

Dot. pakietu nr 6:

„Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawów wkładów przeznaczonych do zastosowania ze wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP MR składających się z:

- wkładu o pojemności 65ml,
- wkładu o pojemności 115ml,
- jednego ostrza typu spike dużego przeznaczonego do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną,
- jednego ostrza typu spike małego przeznaczonego do fiolki z kontrastem,
- łącznika niskociśnieniowego o długości ok +/- 245cm z trójnikiem „T” i jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramienia po stronie kontrastu nie przekracza dwóch centymetrów?”

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym zał. nr 1 – formularzem asortymenowo-cenowym.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza aktualną treść załączników.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. **04.02.2021** do godz. **10:00**. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. **11:00**.

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wrólewski

Sporządził Sekretarz Komisji Przetargowej- Ewa Dudziak