

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień PublicznychDO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 3

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.117.2024.JZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu <60 dB?	Zamawiający informuje, że w dniu 28.08.2024 r. została wprowadzona i opublikowana na stronie prowadzonego postępowania, modyfikacja załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zmieniająca minimalny parametr techniczny określony w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia, który brzmi: „ Poziom hałasu podczas wirowania nie większy niż 60 dB ”.

Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych
mgr Joanna Zawaluk