



Szp/FZ – 74/658/2021

Wrocław, dnia 02.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania „*dostawa urządzeń medycznych różnych*”

### INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 1

Czy zamawiający dopuści lampę z trzema modułami świetlnymi, po 18 diod w module? Większa ilość diod daje światło bardziej jednorodne i większą bezcieniowość.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 2 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 3

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową posiadającą bezdotykowy system zmiany natężenia oświetlenia w zakresie 50-80-100%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 3 - Zadanie 12 - Lampa zabiegowa Ad. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej 4400K? Niewielka różnica w stosunków do SIWZ. Jest to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 4 - Zadanie 1 - Aparat EKG

Czy przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów dotyczących funkcji aparatu EKG zamawiający dopuści aparat o wymiarach 342 x 295 x 170 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 5 - Zadanie 1 - Aparat EKG

Czy zamawiający wymaga aby aparat w standardzie miał możliwość współpracy z systemami szpitalnymi w standardzie HL7?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat posiadał w standardzie możliwość współpracy w standardzie HL7. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów w załączeniu.**

Pytanie nr 6 - Zadanie 1 - Aparat EKG

Czy zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość wydruku badania na zewnętrznych drukarkach kablem czy łącząc się z drukarką laserową bezprzewodowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Bańszak*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Z UPOWIĄZNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
dz. Finansów i Administracji  
*mgr inż. Małgorzata Dwornikowska-Dąbrowska*

