

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zautomatyzowany system do treningu funkcjonalnego – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Zrobotyzowane urządzenie do treningu funkcjonalnego i aktywacji całego ciała	TAK	
2.	Fabrycznie nowe, rok produkcji – 2023.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Komunikacja w języku polskim.	TAK	
7.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Wymagany certyfikat i deklaracja zgodności (składane wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe)	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Urządzenie umożliwia kompleksową aktywizację kończyn górnych oraz dolnych	TAK	
2.	Obrotowe siedzisko	TAK	
3.	Fotel z funkcją regulacji odległości oraz funkcją odchylenia oparcia o min. 10 stopni	TAK podać	
4.	Regulacja długości i obrotu uchwytów ramion	TAK	
5.	Maksymalna masa pacjenta nie mniej niż 180 kg	TAK podać	
6.	Funkcja blokowania uchwytów ramion i pedałów urządzenia ułatwiająca wsiadanie i zsiadanie z fotela oraz regulację pozycji fotela i uchwytów	TAK	
7.	Wzrost użytkownika w zakresie min. 145 cm - 200 cm lub większym	TAK podać	
8.	Masa urządzenia nie większa niż 150 kg	TAK podać	
9.	Liczba poziomów obciążenia: nie mniej niż 10	TAK podać	
10.	Programy treningowe: nie mniej niż 10	TAK podać	
11.	Możliwość wyświetlania wykresu treningu	TAK	
12.	Wyświetlane parametry minimum: poziom obciążenia, czas, dystans, tętno, kroki na minutę i/lub prędkość	TAK	
13.	Konsola wyposażona w min. 1 ekran z możliwością wyboru programu treningowego oraz możliwością prezentacji parametrów treningu	TAK podać	
14.	Możliwość tworzenia profili użytkowników	TAK	
15.	Eksportowanie danych użytkownika i efektów ćwiczeń na urządzenie USB	TAK	
16.	System stabilizacji nóg	TAK	
17.	System stabilizacji dłoni	TAK	
18.	Port USB oraz gniazdo audio	TAK	
III.	WYPOSAŻENIE		
1.	Pas biodrowy	TAK	
2.	Stabilizatory nóg	TAK	
3.	Uchwyty stabilizujące dłonie	TAK	
4.	Zasilacz sieciowy	TAK	
IV.	DOKUMENTACJA:		

1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Dokument wydany przez producenta poświadczający, że urządzenie jest robotem <u>lub</u> jest zrobotyzowane <u>lub</u> posiada elementy robotyczne (na potwierdzenie powyższego stosowny dokument, np. instrukcja obsługi, katalog, oświadczenie producenta należy dostarczyć w ramach przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą).	TAK podać	
4.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
5.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.