

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zrobotyzowana mobilna szyna do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego – 2 zestawy

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Szyna ruchowa do ciągłej biernej mobilizacji stawów (CPM)	TAK	
2.	Fabrycznie nowe, rok produkcji – 2023.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Komunikacja w języku polskim.	TAK	
7.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Wymagany certyfikat i deklaracja zgodności (składane wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe).	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Sterowanie cyfrowe	TAK	
2.	Masa urządzenia nie większa niż 15 kg	TAK podać	
3.	Zasilanie sieciowe	TAK	
4.	Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 1200 x 750 x 550 mm	TAK podać	
5.	Możliwość stosowania zarówno na prawą jak i lewą nogę	TAK	
6.	Zakresy ruchu wyprost/zgięcie w stawach kolanowym i biodrowym w zakresach podanych poniżej lub większych Zgięcie w kolanie: 110° Wyprost w kolanie: -5° Zgięcie w biodrze: 70° Wyprost w biodrze: 10°	TAK podać	
7.	Zatrzymanie w zgięciu i wyproście	TAK podać	
8.	Prędkość regulowana w zakresie min.: 60 - 100% lub większym	TAK podać	
9.	Pilot z dużym wyświetlaczem <u>i/lub</u> ekran dotykowy	TAK podać	
10.	Zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta <u>lub</u> baza danych pacjentów z możliwością tworzenia raportów z ćwiczeń	TAK podać	
IV.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporthy techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Dokument wydany przez producenta poświadczający, że urządzenie jest robotem <u>lub</u> jest zrobotyzowane <u>lub</u> posiada elementy robotyczne (na potwierdzenie powyższego stosowny dokument, np. instrukcja obsługi, katalog, oświadczenie producenta należy dostarczyć w ramach przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą)	TAK podać	
4.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	

5.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	
----	--	-----	--

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.