

Zamawiający – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**„Zakup i dostawa łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym i materacem dla ZZOZ w Czarnkowie”**

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP/TP/7/2024**

Czarnków, data jak w podpisie

***Wszyscy zainteresowani Wykonawcy***

***Strona internetowa prowadzonego  
postępowania***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **„Zakup i dostawa łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym i materacem dla ZZOZ w Czarnkowie”**.

### **Pytania do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający udostępniła treść pytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedzi) Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1:**

1. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

#### **Pytanie nr 2:**

2. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka szpitalnego wytworzonego w antybakteryjnej technologii tylko w lakierze?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 3:**

3. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 100-240V, 50-60Hz? Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 4:**

4. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego stopień ochrony przed wpływem środowiska IP66? Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 5:**

5. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie całkowitej długości łóżka 2190 mm (+/- 10 mm) **lub** 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowane długości są bardzo zbliżone do wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:**

Zamawiający dopuszcza łóżko o długości maksymalnej 2190 mm.

**Pytanie nr 6:**

6. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przystosowanego do materaca o wymiarach 2000 x 800 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 7:**

7. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wydłużenia leża 300 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8:**

8. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie minimalnej wysokości leża od podłogi 390 mm (+/- 10 mm), wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 9:**

9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnej wysokości leża od podłogi 790 mm (+/- 10 mm), wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10:**

10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji oparcia pleców w zakresie od 0° do 65° (+/- 5°)? Oferowany zakres jest zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11:**

11. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga 17° (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 12:**

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 65° (+/- 5°) oraz segmentu uda do 44° (+/- 2°)? Oferowane zakresy są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13:**

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie od 0° do 44° (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14:**

14. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji autoregresji oparcia pleców ok. 100 mm? Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15:**

15. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu podwójnej autoregresji (oparcie pleców + segment udowy) 150 mm (+/- 10 mm) zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej? Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 16:**

16. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 17:**

17. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie segmentu oparcia pleców i uda) za pomocą dwóch przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu centralnym?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18:**

18. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel centralny wyposażony w rozwiązania służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:

- segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie
- pozycja wyjściowa (segment oparcia pleców unosi się, a łóżko wykonuje przechył Trendelenburga, aż do ułożenia pacjenta w pozycji siedzącej ułatwiającej wyjście z łóżka) uzyskiwana automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19:**

19. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość selektywnej blokady wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (m.in. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR)?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 20:**

20. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu podudzia regulowanego za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie będzie wygodniejsze niż wymagane przez Zamawiającego, ponieważ zapewnia bezstopniową regulację segmentu podudzia.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 21:**

21. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy bocznych tworzywowych, wytworzonych z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 22:**

22. Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentów ruchomych leża (segmentu oparcia pleców, uda i podudzia) wypełnionych odejmowanymi płytami laminatowymi, w segmencie miednicy płyta zamocowana na stałe w celu zapewnienia stabilności leża; segment oparcia pleców przezierny dla promieniowania RTG?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 23:**

23. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wyjmowanych z gniazd ramy leża, tworzywowych, wytworzonych z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 24:**

24. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 25:**

25. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomnic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych leża, które znajdują się w barierkach bocznych po obu stronach leża?

Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze. W oferowanym łóżku wskaźniki będą zawsze widocznie bez względu na pozycję łóżka i ułatwią pozycjonowanie pacjenta, ponadto informowały będą personel o aktualnie uzyskanym kącie nachylenia, a takiej funkcjonalności nie zapewni poziomnica.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 26:**

26. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ośmiu haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 27:**

27. Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego obciążenia łóżka 250 kg?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 28:**

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca trzywarstwowego z zastosowaniem jednej wysoko elastycznej pianki o gęstości 50 kg/m<sup>3</sup> oraz trzech rodzajów poliuretanowych o różnych gęstościach?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 29:**

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca dostosowanego do łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 800 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 30:**

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca z pokrowcem z powierzchnią antybakteryjną (zamiast zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów)?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)*

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 31:**

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tyg.?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

**Pytanie nr 32:**

32. Czy Zamawiający dopuści siłowniki o stopniu ochrony przed wpływem środowiska IPX6?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 33:**

33. Czy Zamawiający dopuści łóżka w których leże ma wymiary 2000x800mm oraz materace dopasowane do wymiarów leża?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 33:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 34:**

34. Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją wysokości w zakresie 360-770mm?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 34:**

Zamawiający dopuści minimalny zakres wysokości 360 mm , reszta parametrów bez zmian.

**Pytanie nr 35:**

35. Czy Zamawiający zrezygnuje z pkt 23 mówiącego o przyciskach służących do wczesnej mobilizacji pacjenta? Pozycje te można uzyskać używając kilku innych przycisków znajdujących się na panelu centralnym lub pilocie.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 35:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 36:**

36. Czy Zamawiający dopuści łóżka w których informacja o zablokowaniu funkcji jest w postaci piktogramów?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 37:**

37. Czy Zamawiający dopuści łóżka w których całkowita blokada funkcji odbywa się przez użycie kilku pokręteł? Funkcje ratujące życie działają przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku świadomego użycia.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 37:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38:**

38. Czy Zamawiający dopuści łóżka z bezpiecznym obciążeniem 220 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 38:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Z poważaniem**

Bożena Sadowska

Dyrektor ZZOZ w Czarnkowie

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/