

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Techniki Informatycznych  
Instytut Radioelektroniki i Techniki Multimedialnych  
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

**Wykonawcy**

Postępowanie numer **WEITI/3/11.5.1/ZP/2022/1034**

**Dostawa urządzeń pomiarowych współpracujących z wektorowym analizatorem obwodów pozwalających na zbudowanie systemu pomiarowego typu *single-sweep* pracującego w zakresie częstotliwości 10 MHz – 120 GHz**

### Odpowiedzi na pytania

W dniu 18.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

#### Pytanie 1:

W związku z tym, że przedmiotem zapytania jest specjalistyczna aparatura pomiarowa produkowana w niewielkich ilościach tylko na zamówienie klienta, wymagająca naprawy przez producenta i każdorazowo kalibracji, realizacja naprawy w ciągu 7 dni jest niemożliwa. Bardzo prosimy o zmianę zapisu umowy §7pkt.2 na: „Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia wady, awarii bądź usterki sprzętu, w terminie 30 dni roboczych od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego elementu przedmiotu zamówienia”.

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy §7pkt.2 na: „Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia wady, awarii bądź usterki sprzętu, w terminie 30 dni roboczych od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego elementu przedmiotu zamówienia”.

#### Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie z umowy pkt.10 §7 przy zachowaniu zapisów pkt.8 §7.

#### Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów umowy.

#### Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów spełniających wszystkie wymagania SWZ z gwarancją 12 miesięczną?

#### Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gwarancji na 12 miesięcy.

**Pytanie 4:**

Czy ze względu na powszechnie znany na świecie problem z dostawami podzespołów elektronicznych opóźniającymi realizację zamówień Zamawiający zaakceptuje wydłużenie czasu dostawy przedmiotu postępowania do 24 tygodni od dnia złożenia zamówienia?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji na 30 tygodni.

**Pytanie 5:**

Czy ze względu na sytuację opisaną w pytaniu 4 Zamawiający może zrezygnować z naliczania kar za ewentualne opóźnienie dostawy, które są niezależne od Dostawcy?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z naliczania kar za ewentualne opóźnienie dostawy, które są niezależne od Dostawcy.

**Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie**

**Z dnia 24.02.2022 r na 28.02.2022 r godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Instytutu Radioelektroniki  
i Technik Multimedialnych

.....  
prof. dr hab. inż. Józef Modelski

(pieczęć i podpis Rektora lub przedstawiciela zamawiającego)

Pełnomocnik Dziekana  
ds. zamówień publicznych

lic. Marta Rudnicka