



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 8A/611/2020

Wrocław, dnia 23.09.2020 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni naczyń obwodowych - powtórka*”.

Pytanie nr 1 –Pakiet nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych najwyższej jakości, dostępnych w kilkudziesięciu krzywiznach do wyboru Zamawiającego (między innymi JL/ JR/ PIG/ AL1/ AL2/ AL3/ C1/ MPA3/ JB1/ H3/ FC3/ HN5/ DAV/ KMP/ MPB/ RC1/ RC2/ RDC) o dużym świetle wewnętrznym " dla 4 FR – 0,042", 5Fr - 0,047", 6 FR – 0,055 ". Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę. Długość 65 - 100cm. Cewniki kompatybilne są z przewodnikiem 0,035" lub 0,038", w zależności od krzywizny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2–Pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny cewnika diagnostycznego kompatybilnego z przewodnikiem 0,038", Cewniki w rozmiarach 4F- 5F-6F dostępne w długościach: 100 cm dla wszystkich rodzaju krzywizn oraz alternatywnie 130 cm dla cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy i Lewy 4,0

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 –Pakiet nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny nitinolowej pętli o rozmiarach 4F i 5F, długości koszulki 125 cm, długości introducera 110 cm, zakresie średnic od 5mm do 35 mm, system jednopętlowy, połączony wolframem dla lepszej widoczności w skopi, zagiętej pod kąt 90°

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 –Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny cewnika diagnostycznego kompatybilnego z przewodnikiem 0,038", Cewniki w rozmiarach 4F- 5F-6F dostępne w długościach: 100 cm dla wszystkich rodzaju krzywizn oraz alternatywnie 130 cm dla cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy i Lewy 4,0

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 –Pakiet nr 26

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z FEP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6 –Pakiet nr 26

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych rozmiarów.

Pytanie nr 7 –Pakiet nr 26

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z PUR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8 –Pakiet nr 26

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z PTFE ?

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
14 G	2,05 x 45	270 ml/min
16 G	1,7 x 45	180 ml/min
17 G	1,4 x 45	125 ml/min
18 G	1,2 x 32	80 m/min
	1,2 x 45	
20 G	1,0 x 32	54 ml/min
22 G	0,8 x 25	31 ml/min
24 G	0,7 x 19	18 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych rozmiarów.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)

Jacek Kowalczyk