



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa aparatu RTG cyfrowego prod. Carestream (typ Carestream DRX- Evolution Plus; nr ser. 10875; nr inwent. TN 802/2102; rok prod. 2020) z Pracowni RTG -SOR, polegająca na wymianie silnika do napędu pozycji pionowej stołu (zalecenie po diagnostyce usterki aparatu).

Naprawa obejmuje:

- dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do aparatu RTG (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawie);
- sprawdzenie poprawności działania aparatu;
- wpis w paszporcie technicznym nr 1590 potwierdzający sprawność aparatu z dopiskiem: „sprawny – dopuszczony do użytkowania”.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.