



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 [mrowakowski@e-szpital.eu](mailto:mrowakowski@e-szpital.eu)

Kędzierzyn – Koźle 20.06.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .11

Uczestnicy postępowania

### Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 6 zadań częściowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Treść Zapytania/Wyjaśnienia
<p><b>Pytanie nr 1:</b></p> <p><b>Zadanie częściowe nr 1 – Meble oraz stoliki medyczne</b></p> <p><b>d) Wózek koszowy – 2 sztuki</b></p> <p>1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półki koszowe wykonane z blachy nierdzewnej perforowanej?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p><b>Pytanie nr 2:</b></p> <p><b>Zadanie częściowe nr 1 – Meble oraz stoliki medyczne</b></p> <p><b>e) Stolik wielofunkcyjny z szufladą – 10 sztuk</b></p> <p>1. Z uwagi na fakt, że Zamawiający w pkt. 4 „blatem” nazywa każdy z poziomów stolika (górnym-blat + półki), a w pkt. 10 wymaga, aby wykonać „blat w formie wyjmowanej tacy”, proszę o wyjaśnienie, czy pkt. 10 dotyczy tylko górnego poziomu czy również półek?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Punkt nr 10 dotyczy blatu górnego oraz wyjmowanych półek.</p>
<p><b>Pytanie nr 3:</b></p> <p><b>Zadanie częściowe nr 6 – Lampa mobilna bezcieniowa – 2 sztuki</b></p> <p>1. Czy Wykonawca ma wykonać lampę z akumulatorem czy bez?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie stawia takich wymagań.</p>
<p><b>zadanie częściowe nr 4 – Wózek leżący z miejscem na kasetę RTG – 3 szt.</b></p>

<p><b>Pytanie nr 4:</b></p> <p>Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego platformę leża 2 segmentową wykonaną z płyt HPL (zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i rogów), łatwych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 5:</b></p> <p>Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego rozstaw pomiędzy kolumnami 1270 mm?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 6:</b></p> <p>Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 2100 mm?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 7:</b></p> <p>Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szerokość całkowitą z opuszczonymi barierkami 810 mm?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 8:</b></p> <p>Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 2 segmentowe leże całkowicie przeierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) z możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony wezgłowia?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 9:</b></p> <p>Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego prześwit między platformą leża, a ramą wózka umożliwiającą łatwe i bezpieczne wprowadzanie kasety RTG od strony wezgłowia (bez podawania konkretnego wymiaru w cm)?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 10:</b></p> <p>Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym taca na kasetę RTG posiada specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG (bez konieczności używania w tym celu podziałki)?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 11:</b></p> <p>Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), składane poniżej poziomu materaca; od strony nóg wózek wyposażony w uchwyt chromowany, wyjmowany ułatwiający manewrowanie wózkiem?</p>

<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 12:</b></p> <p>Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego standardowo w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło zapewniające manewrowanie i sterowanie wózkiem; piąte koło wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża i ułatwia precyzyjną jazdę wózkiem?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 13:</b></p> <p>Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 14:</b></p> <p>Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem), z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 15:</b></p> <p>Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej; uchwyty do pchania / ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 16:</b></p> <p>Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 75°?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 17:</b></p> <p>Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>
<p><b>Pytanie nr 18:</b></p> <p>Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga 15° i anty-Trendelenburga 14° regulowaną hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka?</p>
<p><b>Wyjaśnienia:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza.</p>

**Pytanie nr 19:**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria tylko w narożnikach od strony wezgłowia?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów tylko w narożnikach od strony wezgłowia?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac piankowy w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym typu skaj o grubości 8 cm?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22:**

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasów uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23:**

Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym jest możliwość zastosowania uniwersalnych pasów do unieruchomienia pacjenta?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24:**

Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy, (nie składany), wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, wyjmowany, z 4 hakami, obsługiwany oburącz, max. obciążenie do 6 kg, z możliwością zamocowania w narożnikach leża od strony wezgłowia?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)*

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie częściowe nr 6 Lampa mobilna bezcieniowa 2 szt****Pytanie nr 25:****§3 ust. 4**

Upzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę a skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dokona skrócenia terminu płatności.

**Pytanie nr 26:****§4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w terminie do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do usunięcia wady lub nieprawidłowości z zagranicy?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dokona zmian SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 27:****§5 ust. 4 pkt. 4)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dokona zmian SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 28:****§5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie dokona zmian SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 29:****dot. umowa- załącznik nr 7**

dot. §1 ust.1, §2 ust.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i przeszkolenia personelu w zakresie zadania nr 1.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w zadaniu 1 dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, nie wymaga również przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie odstąpi od zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pytanie nr 30:**

dot. §3 ust.2 pkt 3) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że jeśli Producent dla danego asortymentu nie wymaga i nie zaleca przeglądów, Zamawiający odstąpi od tego wymogu.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie wymaga przeglądów, jeżeli producent odstąpił od tego wymogu.

**Pytanie nr 31:****dot SWZ**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci zgłoszeń/ wpisów/ powiadomień do Rejestru Wyrobów Medycznych dla wszystkich zaoferowanych wyrobów medycznych (zad. 1 poz. pozycji b), c), e), f), g), h), j) ) W przypadku braku wprowadzenia takiego wymogu Zamawiający nie ma w zasadzie możliwości identyfikacji zaoferowanego przedmiotu oraz nie otrzyma potwierdzenia ich zgodności z SWZ.

**Wyjaśnienia:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32:**

W związku ze szczególną specyfiką przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, wymagające precyzyjnego montażu w miejscu użytkowania, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej zgodnie z art. 131 ustawy PZP, celem przygotowania oferty zgodnej z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

**Pytanie nr 33:****/1 do SWZ**

1. Czy Zamawiający dopuści stojak do misek wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 5L?
2. Czy Zamawiający dopuści stojak do misek wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 7L?
3. Czy Zamawiający dopuści stojak do misek o długości 600mm?
4. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny gdzie odległość pomiędzy blatem a półką wynosi 500mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, a przy wskazanych wartościach są bardziej ergonomiczne niż oczekiwane przez Zamawiającego.
5. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny z kółkami o średnicy 50mm, w tym 2 z blokadą? Parametr ten jest wystarczający aby produkt spełniał rolę stołu wielofunkcyjnego.
6. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny o szerokości całkowitej 440mm?
7. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny gdzie wysokość górnego blatu wynosi 810mm?
8. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny z koszem wyposażony w koła o średnicy 75mm, w tym 2 z blokadą?
9. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny z koszem o długości całkowitej 770mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, a przy wskazanych wartościach są bardziej ergonomiczne niż oczekiwane przez Zamawiającego.
10. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny z koszem o szerokości całkowitej 430mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, a przy wskazanych wartościach są bardziej ergonomiczne niż oczekiwane przez Zamawiającego.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wózek koszowy posiadał półki koszowe z dowolną regulacją wysokości, bez użycia narzędzi.
12. Czy Zamawiający dopuści wózek koszowy wyposażony w koła o średnicy 75mm, w tym 2 z blokadą?
13. Czy Zamawiający dopuści wózek koszowy o wysokości całkowitej 880mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, a przy wskazanych wartościach są bardziej ergonomiczne niż oczekiwane przez Zamawiającego.
14. Czy Zamawiający dopuści stół wielofunkcyjny z szufladą wyposażony w koła o średnicy 75mm, w tym 2 z blokadą?
15. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli 'zwis blatu nad bokami podstawy min 80 mm' – dot. Stół roboczy 6 szt.
16. Czy Zamawiający dopuści stół roboczy – 6 szt. gdzie wysokość do górnego blatu wynosi 800mm?
17. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli 'zwis blatu nad bokami podstawy min 50 mm' – dot. Stół roboczy 2 szt.
18. Czy Zamawiający dopuści stół roboczy – 2 szt. gdzie wysokość do górnego blatu wynosi 800mm?
19. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu narzędzi z dolną półką umieszczoną 179mm od podłoża? Wysokość ta zapewnia odpowiednie zamocowanie mechanizmu kołowego.
20. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu narzędzi gdzie wysokość od górnego blatu wynosi 800mm?
21. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu narzędzi mały z dolną półką umieszczoną 179mm od podłoża? Wysokość ta zapewnia odpowiednie zamocowanie mechanizmu kołowego.
22. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu narzędzi mały gdzie wysokość od górnego blatu wynosi 800mm?
23. Czy Zamawiający dopuści stół do instrumentowania z dolną półką umieszczoną 179mm od podłoża? Wysokość ta zapewnia odpowiednie zamocowanie mechanizmu kołowego.
24. Czy Zamawiający dopuści stół do instrumentowania gdzie wysokość od górnego blatu wynosi 800mm?
25. Czy Zamawiający dopuści stół do przygotowywania narzędzi z dolną półką umieszczoną 179mm od podłoża? Wysokość ta zapewnia odpowiednie zamocowanie mechanizmu kołowego.
26. Czy Zamawiający dopuści stół do przygotowywania narzędzi gdzie wysokość od górnego blatu wynosi 800mm?

**Wyjaśnienia:**

1. Ad. 1, 2 i 3 – Zamawiający dopuszcza
2. Ad. 4, 5, 6, 7 - Zamawiający dopuszcza
3. Ad. 8, 9, 10 - Zamawiający dopuszcza
4. Ad. 11 – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
5. Ad. 12, 13 - Zamawiający dopuszcza
6. Ad. 14 - Zamawiający dopuszcza
7. Ad. 15 – W związku z posadowieniem przedmiotowego stołu, konieczne staje się aby podstawa była węższa niż blat roboczy.
8. Ad. 16 - Zamawiający dopuszcza
9. Ad. 17 – W związku z posadowieniem przedmiotowego stołu, konieczne staje się aby podstawa była węższa niż blat roboczy.
10. Ad. 18 - Zamawiający dopuszcza
11. Ad. 19 - Zamawiający dopuszcza
12. Ad. 20 - Zamawiający dopuszcza
13. Ad. 21 - Zamawiający dopuszcza
14. Ad. 22 - Zamawiający dopuszcza
15. Ad. 23 - Zamawiający dopuszcza
16. Ad. 24 - Zamawiający dopuszcza
17. Ad. 25 - Zamawiający dopuszcza
18. Ad. 26 - Zamawiający dopuszcza

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

.....  
Kierownik zamawiającego