

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 24.05.2024r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa urządzeń medycznych. Nr sprawy 20/TP/24.

Pytania Wykonawcy :

jako podmiot zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu w formule przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych Część nr 2 : Dostawa myjni-dezynfektora do mycia i dezynfekcji basenów szpitalnych i kaczek – 1 szt. - zwraca się z zapytaniami odnośnie Wymagań Zamawiającego **w tabeli „parametr /warunek”** i możliwości ich korekty co umożliwiłoby nam udział w postępowaniu poprzez złożenie konkurencyjnej oferty na doskonale myjnie dezynfektory do kaczek, basenów i innych naczyń sanitarnych.:

ad.tabela pkt.3

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora o nieznacznie różniących się wymiarach : szerokość 500mm, głębokość 450mm, wysokość 1730 mm o budowie kompaktowej z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantującymi załadunek na ergonomicznej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami komory mycia z uszczelką silikonową na korpusie komory zapewniającą również całkowitą paroszczelność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

ad.tabela pkt.15

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora z instalacją dystrybucji wody i pary oraz dysz rotacyjnych wykonaną z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę łączonego z elementami ze stali nierdzewnej co umożliwia komfort cichej pracy na poziomie poniżej 50dB.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.21

Biorąc pod uwagę że interfejs do podłączenia w sieci informatycznej specjalistycznego oprogramowania jest ponad standardowym wyposażeniem opcjonalnym dla tego typu urządzeń i w zakresie możliwości zdalnego monitorowania i nadzoru pracy myjni – dezynfektora współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem producenta prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia bez interfejsu opisanego w pkt.22 lub o rozszerzenie zamówienia o zakup kompatybilnego oprogramowania producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.24

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni-dezynfektora który jest wyrobem medycznym spełniającym zapisy określone w Polskiej Normie PN-EN ISO 15883- 3 „Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów

przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego , dla którego kalibrację czujników parametrów krytycznych, w tym temperatury , wykonywać może Producent zgłaszający wyrób do certyfikacji ?

Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora który jest wyrobem medycznym nie dopuszczającym dodatkowej kalibracji czujników temperatury poza certyfikatem wyrobu medycznego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.31

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora z wysokowydajną , pompą wody o mocy 550 W.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.33

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z orurowaniem oraz dyszami obrotowymi wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę oraz środki chemiczne.

Orurowanie z miedzi jest charakterystyczne dla myjni-dezynfektora jednego producenta co przez dodatkową (niesłuszną preferencję) utrudnia złożenie oferty konkurencyjnej.

Niezależnie od powyższego należy przedstawić problem orurowania z miedzi. Miedź ulega korozji w środowiskach o niskim pH oraz w roztworach amoniaku i związków amoniowych z tego powodu zastosowanie instalacji miedzianej drastycznie ogranicza ilość środków chemicznych stosowanych w tego typu myjniach dezynfektorach co sprowadza się do konieczności stosowania specjalistycznego dedykowanego środka chemicznego (za ponad przeciętną cenę) pod groźbą utraty gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ad.tabela pkt.34 vel pkt. 6

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymogu :„Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu” wobec pkt. 6 „Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność”

Wymóg automatycznego rozszczelniania drzwi po zakończonym cyklu powoduje wypuszczenie pozostałości pary wodnej z komory myjącej do pomieszczenia w którym znajduje się myjnia-dezynfektor (najczęściej niewielkiego bo to brudownik albo izolatka) a dodatkowo zawilgocenie oparami przez konwekcyjne powolne wysychanie naczyń sanitarnych.

Prosimy zatem o zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w automatyczne , mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza . Takie rozwiązanie powoduje że pozostałości pary odprowadzane są do kanalizacji a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są suche, bez widocznych skroplin .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....