



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 11.08.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 144/PN/ZP/D/2020 na dostawę mebli medycznych do Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I ZAPYTANIA

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, PAKIET 1

1. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni licząc od dnia przesłania zamówienia. Prośbę swoją motywujemy ilością wyposażenia oraz tym, że w ramach postępowania są zabudowy meblowe, które projektowane są indywidualnie, pod wymiar z uwzględnieniem specyfiki danego pomieszczenia, przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących. W przypadku zabudów meblowych Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w miejscu montażu mebli.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

PARAMETRY TECHNICZNE – Pakiet nr 1 – Meble ze stali nierdzewnej


1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie uchwytów drzwi w szafkach wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej, bez oznakowania Cu+? Prośbę swoją uzasadniamy ogólną decyzją Europejskiego Instytutu Miedzi czyli podmiotu odpowiedzialnego za wystawianie podmiotom współpracującym certyfikatu i zgody na użytkowanie znaku Cu+ dotyczącą wycofywania się tego podmiotu z działań na rynku medycznym na rzecz przemysłu. Podmioty współpracujące do tej pory z Europejskim Instytutem Miedzi zostały poinformowane, że mogą stosować miedź przeciwdrobnoustrojową, ale bez oznakowania mebli znakiem Cu+.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Termin składania ofert, tj. 14.08.2020 r. godz. 10:00 i termin otwarcia ofert, tj. 14.08.2020 r. godz. 11:00 pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW


mgr Anna Pietrzyk