



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

**SPZP.271.68.2024**  
I.dz. PORT/KW/2024/07/00577

Wrocław, dn. 24 lipca 2024 r.

## Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dostawa systemu do kompleksowego procesowania materiału histologicznego” SPZP.271.68.2024*

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie nr 1

*Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia dla poz. 2 – Stacja do zatapiania w przypadku zaoferowana urządzenia wyposażonego w podgrzewaną, łatwą do czyszczenia powierzchnię pracy z systemem odpływu parafiny o wymiarach 52x12cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ?*

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stację do zatapiania wyposażoną w podgrzewaną, łatwą do czyszczenia powierzchnię pracy z systemem odpływu parafiny o wymiarach 52x12cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania w OPZ.



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZYNYCH

Projekt pn. "Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych", finansowany z budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych, w ramach programu "Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej" na podstawie umowy nr 2023/ABM/02/00004-00.

**Strona 1 z 1**