

## INFORMACJE UZYSKANE W DIALOGU TECHNICZNYM

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie informuje, że po zakończonym Dialogu Technicznym na dostawę 2 szt. samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia, Zamawiający uwzględnił następujące informacje w Opisie Przedmiotu Zmówienia.

Rezygnacja ze sprzętu:

1. Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, możliwości uszkodzenia sprzętu w trakcie transportu, zrezygnowano z Mikroskopu ramanowskiego poz. 6.12.
2. Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, zrezygnowano z Chromatografu jonowego poz. 6.10 oraz przenośnego spektrometru promieniowania gamma z detektorem o wysokiej rozdzielczości poz. 6.30. Częściowo zrezygnowano z zestawu rozpoznania wstępnego pozostawiając jedynie kamerę termowizyjną poz. 6.17.
3. Ze względu na trudności prawne wykreślono Atropinę poz.6.3.

Pozostałe zmiany:

1. Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie możliwości organizacyjnych doprecyzowano szkolenia w zakresie: dopuszczenia obiektów PSP jako miejsc szkolenia, a także w części szkoleń dopuszczono liczniejsze grupy.
2. Zmniejszono rezerwę mocy agregatu prądotwórczego z 20 % na 10 %.
3. Określono listę urządzeń zasilanych z UPS. Wynika to z ogólnej przeprowadzonej analizy.
4. Skorygowano listę wykrywanych gazów oraz wagę ręcznego spektrometru ruchliwości jonów.
5. Doprecyzowano zapisy dotyczące rodzaju podwozia w poz. 2.2, 2.4, 2.5, 2.9. Wynika to z ogólnej przeprowadzonej analizy.
6. Zmieniono służę trójdrożną oraz autoklaw na służę trójdrożną z funkcją autoklawu (ze względu na walory użytkowe tego rozwiązania).
7. Zmieniono zapisy dotyczące wentylacji, wymiany filtrów od wewnątrz oraz sposobu dekontaminacji i szczelności zabudowy (ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i łatwiejsze w użytkowaniu).
8. Zmieniono zapisy dotyczące neutralizacji ścieków z metody termicznej na metodę chemiczną
9. (tańsze i łatwiejsze w użytkowanie).
10. Zmniejszono ilość detektorów jednogazowych. Wynika to z ogólnej przeprowadzonej analizy.
11. W związku z wyeliminowaniem części sprzętu zmianie uległy kryteria punktowe.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

