

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**  
**post. nr 2/D/SZ-Kw/21**

W związku z wpływem do Aresztu Śledczego w Krakowie pism z pytaniami dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ postępowania nr 2/D/SZ-Kw/21 zamawiający informuje:

1. Pakiet 1 pozycja 1 - W związku z faktem, iż preparaty z dodatkiem aldehydu zostały wycofane z obrotu, Prosimy o dopuszczenie preparatu alkoholowego bez zawartości aldehydu.

Zamawiający wyraża zgodę

2. Pakiet 1 pozycja 2 - W związku z faktem, iż opisany preparat został wycofany z obrotu prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego (Viruton Extra). Jest to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym - proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Przeznaczony jest do manualnej Dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed oraz producenta endoskopów Vimex. Wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w stęż. 0,5% w 15 minut.

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet 1 pozycja 22 - W związku z faktem wycofania ze sprzedaży preparatu opisanego SIWZ prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego (Aniosyme XL3) z zawartością czwartorzędowy węglan amoniowy, niejonowe związki powierzchniowo-czynne, proteazę, mannazę, amylazę. Stabilność roztworu – 12 godzin. Zakres działania: B (Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococcus aureus MRSA, Salmonella choleraesuis), F, V (min. HBV, HCV, HIV, Herpes). Czas działania do 5 minut. Możliwość przechowywania narzędzi chirurgicznych w roztworze preparatu do 72 godz. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej.

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 3 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie poz. 3 z Pakietu nr 2.

5. Pakiet 9 pozycja 1 - Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 1 w zadaniu nr 9 lub utworzył pakiet 9A. Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości.

Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczony produktu.

Zamawiający nie wyraża zgody na podział Pakietu.

6. Pakiet 9 pozycja 1 - Prosimy aby zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie masek medycznych typu IIR.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane maseczki były zgodne z opisem.

7. Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3 Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 2 ust. 3 poprzez dodanie zapisu: „Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy częściowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadł na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”

Zamawiający dopuszcza modyfikację umowy o zdanie: Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy częściowej.

8. Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy § 3 W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny. „W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto

powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT. Zmianie ulega tylko cena brutto. Cena netto pozostaje bez zmian." Stanowisko to motywowane jest następującymi względami. Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennego ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażąco stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty. W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p. W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 lit. B) Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „1. Zamawiającemu służy względem Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: b) w razie zwłoki w realizacji dostawy przez Wykonawcę za każdy dzień zwłoki - 0,2% wartości niedostarczonych w terminie partii wyrobów medycznych, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia łącznie”.

Zamawiający wprowadza zmianę § 5 ust. 1 lit. b) „w razie zwłoki w realizacji dostawy przez Wykonawcę za każdy dzień zwłoki – 1% wynagrodzenia za partię towaru niedostarczoną w terminie, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia za tę partię towaru łącznie”.

10. Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy § 5 Mając na uwadze obecnie panującą sytuację epidemiczną i związane z tym okresowe problemy w zakresie dostępności części produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 5 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość,

stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

11. Dotyczy Pakiet 7 Drobne sprzęt medyczny jednorazowego użytku I Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie Pakietu 7 i wydzielenie pozycji 1 jako osobnego pakietu? Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy Pakiet 7 Drobne sprzęt medyczny jednorazowego użytku I Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jako alternatywę rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o uniwersalnym kształcie w kolorze niebieskim. Długość min. 240mm, AQL 1,0. Mankiet rolowany, grubość pojedynczej ścianki: mankietu 0,05-0,07mm, dłoni 0,07-0,08mm i palca 0,10-0,12mm. Zgodność z normą EN 455-1,2,3,4. Zgodność z normą EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 16523; EN 374-2:2014; EN374-4:2013; EN ISO 374-5:2016. Odporność na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D-6978. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B Rozmiary S, M, L, XL?

Zamawiający wymaga, aby zaofierowane rękawiczki były zgodne z SWZ.

13. Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie maseczek z gumkami typ IIR, bezpieczniejszych od maseczek typu II, bez względu na większą nieprześlakliwość i odporność na rozpryski cieczy?

Zamawiający wymaga, aby zaofierowane maseczki były zgodne z SWZ.

14. Pakiet 9 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych takich jak: 40% Sodium Hydroxide, 37% Formaldehyde, 30% Hydrogen Peroxide, 25 % Ammonium Hyrdoxide, z potwierdzeniem na opakowaniu?

Zamawiający wymaga, aby zaofierowane rękawice były zgodne z SWZ.

15. Pakiet 8 poz. 2 Czy zamawiający dopuści pościel z poszwą 160 x 210 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza pościel z poszwą 160x210, bez zmiany pozostałych parametrów.

16. Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne o wymiarze min. 210 x 80cm?

Zamawiający dopuszcza prześcieradło o wymiarze min. 210x80, bez zmiany pozostałych parametrów.

17. Prosimy o:

- modyfikację par. 5 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: "z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy";

Zamawiający nie wyraża zgody.

- modyfikację par. 5 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: "w razie zwłoki w realizacji dostawy przez Wykonawcę za każdy dzień zwłoki – 0,2 % wartości niedostarczonego towaru (...)" ;

Jak w odpowiedzi do nr 9.

- wprowadzenie do przyszłej umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta;

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

„W przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta, Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego”.

- przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pakiet 2, pozycje 18, 22, 23, 45

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjniejszej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu z w/w pozycji do osobnego pakietu.

19. Pakiet 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? W przypadku zgody Zamawiającego prosimy o informację czy przeliczone ilości opakowań podać do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę czy podać ilość opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a 12 szt. z zaokrągleniem w górę

20. Pakiet 2, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 20 opakowań po 6 sztuk?

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a 6 szt.

21. Pakiet 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Zamawiający nie dopuszcza plastrów na tkaninie bawełnianej

22. Pakiet 2, pozycja 27

Zwracamy się z prośbą o weryfikację rozmiaru przylepca i dopuszczenie do zaferowanie przylepca w rozmiarze 20cm x 10m.

Zamawiający dopuszcza przylepiec o roz. 20 cm x 10 m.

23. Pakiet 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z ramką oraz wycięciem w kształcie litery „U” bez poduszeczki pod kaniulę?

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku bez poduszeczki pod kaniulę.

24. Pakiet 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 cm x 8 cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza opatrunek w roz. 5,8cm x 8 cm

25. Pakiet 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty zawierającej 50% bawełny i 50% wiskozy?

Zamawiający dopuszcza watę zawierającą 50% bawełny i 50 % wiskozy.

26. Pakiet 2, pozycje 32-35

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjniejszej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu.

27. Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli o przepływie 56ml/min?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny kaniuli o proponowanym przepływie.

28. Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli o przepływie 90ml/min?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny kaniuli o proponowanym przepływie.

29. Pakiet 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli o przepływie 142ml/min?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny kaniuli o proponowanym przepływie.

30. Pakiet 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę standardowego przyrządu do transfuzji wyposażonym w dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej oraz uniwersalnym elastycznym drenem z zakończeniem luer-lock?

Zamawiający nie dopuszcza wym. przyrządu.

31. Pakiet 4, pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny strzykawki z kryzą zabezpieczającą.

32. Pakiet 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Zamawiający dopuszcza wycenę w opak. a 50 szt.

33. Pakiet 4, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczka w opakowaniu a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza wycenę w opak. a 250 szt.

34. Pakiet 4, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny kranika z optycznym identyfikatorem pozycji.

35. Pakiet 4, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza wycenę kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu.

36. Pakiet 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający nie dopuszcza nakłuwaczy a 100 szt.

37. Pakiet 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy o średnicy ostrza 0,6mm?

Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy o śr. ostrza 0.6 mm.

38. Pakiet 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy o średnicy ostrza 0,8mm?

Zamawiający nie dopuszcza wyceny nakłuwaczy o śr. ostrza 0,8 mm.

39. Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość wynosi na palcu  $0,08 \pm 0,01$  mm, na dłoni  $0,06 \pm 0,01$  mm, na mankiecie  $0,05 \pm 0,01$  mm, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1, która to norma jest równoważna dla EN 374-3, dla takich substancji jak 40% wodorotlenek sodu, 65% kwas azotowy, 37% formaldehyd, 30% nadtlenuk wodoru, 40% kwas fluorowodorowy oraz produkowane bez użycia ZMBT, na potwierdzenie czego przedstawimy raport badania na wezwanie Zamawiającego?

Zamawiający wymaga, aby zaferowane rękawice były zgodne z SWZ.

40. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, zgodne z EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Zamawiający wymaga, aby zaferowane rękawice były zgodne z SWZ.

41. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe, syntetyczne, wykonane z nitrilu, sterylne, kształt anatomiczny, rolowany brzeg mankietu, AQL max 1.0, zgodne z EN 455-2, ASTM D3577 i ASTM F1671, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawice były zgodne z SWZ.

42. Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kieliszki były zgodne z SWZ.

43. Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli składający się z: poszwy w rozmiarze 210x160 cm, poszewki w rozmiarze 70x80 cm oraz prześcieradła w rozmiarze 210x150 cm?

Zamawiający dopuszcza taki komplet i prześcieradło

44. Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 200x80 cm?

Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 90 cm x 75 cm?

Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 90 cm x 120 cm?

Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 100 cm x 150 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

48. Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, zapobiegający przenoszeniu czynników infekcyjnych o dużej wytrzymałości na rozciąganie i wypychanie, wykonany z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem, z trokami w okolicy pasa oraz z zapięciem typu rzep w okolicy karku, spełniający normy PN-EN 13795 oraz EN 14126?

Zamawiający nie dopuszcza.

49. Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Zamawiający nie dopuszcza.



50. Pakiet 8, pozycja 5

51. Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?

Zamawiający dopuszcza.

52. Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą 14126 oraz dopuści fartuch medyczny z długim rękawem zakończonym gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>?

Tak, zamawiający odstępuje.

53. Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczkę jednorazową wykonaną z:

- warstwy wewnętrznej w kolorze białym z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>±2 g/m<sup>2</sup>,
- warstwy filtracyjnej w kolorze białym z włókniny polipropylenowej Meltblown o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>±2 g/m<sup>2</sup>,
- warstwy zewnętrznej w kolorze niebieskim z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>±2 g/m<sup>2</sup>?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

54. Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, których grubość wynosi na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, na mankiecie 0,05±0,01 mm, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1, która to norma jest równoważna dla EN 374-3, dla takich substancji jak 40% wodorotlenek sodu, 65% kwas azotowy, 37% formaldehyd, 30% nadtlenuk wodoru, 40% kwas fluorowodorowy oraz produkowane bez użycia ZMBT, na potwierdzenie czego przedstawimy raport badania na wezwanie Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza takie rękawice.

55. Dot. pakietu nr 6 poz. 4, Formularz ofertowy Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie wymaganej objętości strzykawki do gazometrii, czy ma to być 1 ml czy 2ml?

Prosimy również o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była sterylna, pakowana pojedynczo w blistry?

Zamawiający wyraża zgodę na strzykawki do gazometrii o objętości 2 ml, sterylne, pakowane pojedynczo w blistry.

56. Dot. pakietu nr 6 poz. 4, Formularz ofertowy Pakiet 6

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe strzykawek do gazometrii zawiera 100 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej, zapobiegnie późniejszym, ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia formularze ofertowe, wymagane 100 sztuk.

57. Dot. pakietu nr 6 poz. 5, Formularz ofertowy Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie wymaganej objętości próbówki na amoniak.

Zamawiający określa objętość próbówki na amoniak na 4 ml.

58. Dot. pakietu nr 6 poz. 5, Formularz ofertowy Pakiet 6

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe próbek na amoniak zawiera 50 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej, zapobiegnie późniejszym, ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia formularze ofertowe, wymagane 50 sztuk.

59. Dot. pakietu nr 6 poz. 6, Formularz ofertowy Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oferowana próbówka do OB. ma być o pojemności 2 ml czy 3,5 ml?

Zamawiający doprecyzowuje pojemność – 3,5 ml.

60. Dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby asortyment w Pakiecie nr 6 służył do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno-próżniowym i w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, pochodził od jednego producenta, co zapewnia kompatybilność poszczególnych elementów?

Zamawiający wymaga, aby asortyment do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno-próżniowym pochodził od jednego producenta.

61. Dot. zapisów SWZ rozdz. III pkt 4, Umowy § 1 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację SIWZ rozdz. III pkt 4 oraz Umowy § 1 ust. 1 poprzez dopisanie: „(...) na własny koszt i własne ryzyko przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Zamawiający nie wyraża zgody. Każdorazowe zamówienie będzie przekraczało 150, 00 zł netto.

62. Dot. zapisów Umowy § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody.


63. Czy w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wydzieli poz. 8 i 28 z Pakietu 4 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu? Ze względu na dużą liczbę podmiotów oferujących paski testowe i testy diagnostyczne, niepowiązane funkcjonalnie z pozostałym asortymentem zgromadzonym w Pakiecie 4 wydzielenie wymienionych pozycji przyczyni się do znacznego zwiększenia konkurencji

asortymentowo-cenowej i w konsekwencji do obniżenia cen ofert przetargowych w przedmiotowym postępowaniu, będąc zgodnym z literą art. 91 ust 2 Pzp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Czy w Pakiecie 4 poz. 28 Zamawiający dopuści nakłuwacze o standardowej średnicy ostrza i grubości igły, tj. 0,8 mm i 21G, gwarantujących że igła nie utkwi w skórze pacjenta i będzie bardziej odporna na złamanie?

Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR  
Aresztu Sędziącego w Krakowie  
ul. Montelupich 7  
  
ppik Witold Poręba

