



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-291/18/2021

Łódź, dnia 10 stycznia 2022 r.

**Do zainteresowanych  
prowadzonym postępowaniem**

**Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych i drobnego sprzętu stomatologicznego, serwet jednorazowego użytku i zestawów porodowych oraz osprzętu do defibrylatorów i kapnometrów.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

**ZADANIE NR 5 poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2-warstwowego o parametrach włókniny chłonnej min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

**ZADANIE NR 5 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 95 cm
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m<sup>2</sup>)
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm
- 3 zaciski do pępownicy plastikowe 53 mm
- 4 rękawiczki Peha-soft nitrile L by pack
- 1 gruszka gumowa 60 ml
- 1 x torebka papierowa 30 x 18,5 cm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3**

**Projekt umowy § 1, ust. 4**

W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



#### Pytanie 4

##### Projekt umowy § 7, ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

##### § 7, ust. 1b

10% wartości niezrealizowanej części umowy

##### § 7, ust. 1e

do kwoty 0,5% wartości danego towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty. Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotyczącą zapisów § 7, ust. 1b. Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

„b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;”

Zamawiający w zakresie § 7, ust. 1e podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie 5

##### Zadanie nr 1, pozycja nr od 12 do 16

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 pozycję nr od 12 do 16 do odrębnego zadania? Wymienione pozycje stanowią odrębną kategorię asortymentową, a wydzielenie powyższej pozycji umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie 6

nr 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego?

Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie 7**

nr 7 – zgodnie z wytycznymi ustawy MDR wyrób obecnie jest dostępny w niedzielonym na sztuki opakowaniu podstawowym a 10 strzykawk. czy w związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania 1 opakowania podstawowego czy też dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego, pakowanego a' 1 strzykawka x1g?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8**

nr 9 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9**

nr 10 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10**

nr 12 – zgodnie z wytycznymi ustawy MDR wyrób obecnie jest dostępny w niedzielonym na sztuki opakowaniu podstawowym a 25 ampułek lub 50 ampułek. Czy w związku z tym należy podać koszt 1 ampułki i wycenić wskazana w formularzu ilość 15 szt, ale z zaznaczeniem wielkości opakowania podstawowego, czy też należy wycenić jedno opakowanie zbiorcze i jeśli tak, to o jakiej wielkości?

**Zamawiający wyraża zgodę na produkt równoważny, na opakowanie konfekcjonowane (3 amp. x 1 ml - 5 op.). Należy wycenić 15 sztuk.**

**Pytanie 11**

nr 12 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego na bazie tego samego składnika aktywnego, ale o innej ilości jednostek fluoru (w porównaniu z wyrobem wskazanym w formularzu) oraz innej konfekcji opakowania (10 amp. x1ml lub 3 amp.x1ml)?

**Zamawiający wyraża zgodę na produkt równoważny, na opakowanie konfekcjonowane (3 amp. x 1 ml - 5 op.)**

**Pytanie 12**

nr 17 – wyrób dostępny jest w strzykawkach a 0,3 g i 1,5 g oraz zgodnie z wytycznymi ustawy MDR dostępny jest wyłącznie w opakowaniach podstawowych zbiorczych (3x 0,3g i 20x 0,3g oraz 2x1,5g i 6x 1,5g). prosimy o podanie wymaganej gramatury strzykawki oraz konfekcji opakowań, jakie należy zaoferować w tej pozycji?

**Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 opakowań w dawce (0,3g x 3).**



**Pytanie 13**

nr 21 prosimy o informację, czy pozycja jest zdublowana z poz. 27 i dotyczy tego samego produktu, czy też dotyczy ona jednościennego paska profilowanego (płaskiego z zarysem brzuszka, 1 op.= 30 pasków) do formówki starego typu lub paska innego, wskazanego przez Zamawiającego rodzaju (jakiego)?

**Pozycja dotyczy formówki typu Ivory.**

**Pytanie 14**

nr 35 – prosimy o potwierdzenie czy pozycja dotyczy szczoteczki z nylonu białego i czy wymagane jest zaoferowanie każdego czy jednego (jakiego) rodzaju kształtu (duży kielich – 50szt/op. oraz stożek – 100szt/op.) – szczoteczki nie są już dostępne na pojedyncze sztuki.

**Szczoteczka z nylonu białego, duży kielich, jedno opakowanie a 50 sztuk.**

**Pytanie 15**

nr 41 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16**

nr 45 - prosimy o wskazanie wymaganego rozmiaru amalgamatu – nr 1 lub nr 2 oraz o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu równoważnego?

**Rozmiar amalgamatu nr 1, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17**

nr 47 – prosimy o wskazanie rodzaju formówek (zęby przednie 1-3: 160szt/op lub zęby 1-6: 208szt/op lub zęby boczne 4-6, 96szt/op) – różnice w cenie pomiędzy rodzajami;

**Formówka białostocka zęby przednie 1-3.**

**Pytanie 18**

nr 48 - prosimy o informacje, czy pozycja dotyczy materiału do wypełnień (Fuji IX) czy do innego (jakiego) zastosowania.

**Pozycja nr 48 w Zadaniu nr 4 dotyczy Fuji IX.**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy Easylance?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 20**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 22 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21**

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu – tak jak dotychczas stosowane?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22**

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki lateksowe pokryte elastomerem silikonu, pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23**

Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane spełniające pozostałe wymagania swz?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24**

Zadanie 1, pozycja 18-19

Czy Zamawiający oczekuje samej maski czy maski z nebulizatorem?

**Zamawiający oczekuje maski do nebulizacji z nebulizatorem.**

**Pytanie 25**

Zadanie 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z wysokiej jakości medycznego, niesilikonowanego PCV?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26**

Zadanie 1, pozycja 21



## Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z 100% silikonu, tak jak dotychczas stosowane?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 27

Zadanie 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści maskę bez znacznika RTG?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 28

Zadanie 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu zbiorczym a'800 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 29

Zadanie 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy do pomp infuzyjnych wyłącznie o długości 150cm tak jak dotychczas stosowane?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 30

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z 6 paskami RTG i plastikowym zatraskiem w pełni zabezpieczającym przed zakłuciem, występujące w rozmiarach:

G14 2,0x45mm

G16 1,7x45mm

G17 1,5x45mm

G18 1,3x45mm

G20 1,1x32mm

G22 0,9x25mm

G24 0,7x19mm tak jak dotychczas stosowane?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 31

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym?

**Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie 32**

Zadanie 2, pozycja 9-12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali ?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 33**

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 34**

Zadanie 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym, w rozmiarach 55 x 41mm oraz 36x31mm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 35**

Zadanie 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki spełniające pozostałe wymagania swz?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36**

Zadanie 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z linią RTG?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 37**

Zadanie 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek w rozmiarach:

Od 2,0 do 4,0

Od 4,5 do 6,5

Od 7,0 do 10,0 ?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38**

Zadanie 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23G o głębokości nakłucia 1,8mm?

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39**

Zadanie 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40**

Zadanie 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 19mm?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 41**

Zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 19mm lub 24mm?

**Zamawiający dopuszcza igłę 19 mm.**

**Pytanie 42**

Zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 45cm?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43**

Produkt z poz. 6 nie jest obecnie dostępny z uwagi na brak aktualnych zezwoleń (w tym CE) dopuszczających go do obrotu. Importer nie posiada go na stanie magazynowym ani też nie został poinformowany przez producenta odnośnie przewidywanej daty przywrócenia do obiegu). Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego w opakowaniu a 38g lub 40g?

**Zamawiający wyraża zgodę na produkt równoważy w opakowaniu a 40 g.**

**Pytanie 44**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya jednostronnie silikonowany?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 45**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowany bez wewnętrznego worka tylko





w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 46**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 47**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści cewnik z dwoma otworami naprzeciwlegle?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 48**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 8**

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści opakowanie w kształcie półksiężyca zapewniające utrzymanie anatomicznego kształtu rurki?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 51**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 20**

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z nazwą producenta na opakowaniu?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 21**

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową niesilikonowaną wykonaną z PCV?




**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 23**

Czy zamawiający doprecyzuje czy ma na myśli stabilizator do rurek intubacyjnych wykonany z miękkiego materiału z mocowaniem na rzepy, z możliwością docięcia, zdjęcie poglądowe poniżej?



Czy zamawiający doprecyzuje czy ma na myśli stabilizator ze specjalną śrubą dociskającą umożliwiającą zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, z gryzakiem zapobiegającym traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki oraz posiadający specjalną piankę po wewnętrznej stronie zapewniającą dodatkowy komfort pacjenta?



**Zamawiający ma na myśli stabilizator ze specjalną śrubą (opcja druga).**

**Pytanie 54**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 24**

Czy zamawiający dopuści kraniki trójdrożne zawierające niewielką ilość ftalanów, dopuszczoną dla wyrobów medycznych?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 55**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 27**

Czy zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową niesilikonowaną, wykonaną z miękkiego



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

PCV?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 56**

**Zadanie nr 1, pozycja nr 28**

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych wyłącznie o długościach 150 i 200 cm?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

W związku z art. 284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 14 stycznia 2022 r.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrmlodz> do dnia 14 stycznia 2022 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 11:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
WSRM w Łodzi  
  
mgr Dawid Kowalewski

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP