



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 2658/2021/W

Wrocław dn. 20.08.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”, sprawa nr: PO.271.3.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 13:

pytania do Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści pipety posiadające w opisie specyfikacji maksymalny dopuszczalny błąd systematyczny

pipeta 2-20 ul dla objętości 10 ul do 1,4 %

pipeta 100-1000 ul dla objętości 1000 ul do 0,7 %?

Odpowiedź 13:

Tak, zamawiający dopuści wskazane parametry.

Strona 1 z 1

