

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji</p>	<p>Nr sprawy: ZP/12/2023</p>
--	---	-----------------------------------

Elbląg, dnia 27.03.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, Nr sprawy ZP/12/2023.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Pakietu nr 3 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2- dot. Pakietu nr 3 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści taśmy spełniające wymogi SWZ, o przyczepności do stali 8N/25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3- dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymogi SWZ w formie nieprzylepnej, które mogą być dokumentowane w ten sam sposób jak test mycia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4- dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymogi SWZ w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5- dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6- dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy klasy IV, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7- dot. Pakietu nr 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8- dot. Pakietu nr 3 poz. 2,4 i 6

Czy Zamawiający dopuści testy, na których napisy są w języku angielskim, z dostarczeniem instrukcji w języku polskim? Wymóg napisów w języku polskim jest bezzasadny i uniemożliwia zaoferowanie produktów wielu wiodących producentów spoza terytorium Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9- dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO/TS 15883-5, kontrolujący skuteczność mycia z czterech różnych kierunków? W przypadku pozytywnej odpowiedzi wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy kompatybilny uchwyt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji</p>	Nr sprawy: ZP/12/2023
--	--	--------------------------

Pytanie 10 - dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 - dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12 - dot. Pakietu nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści etykiety zgodne z wymogami SWZ, w rozmiarze 35 x 74mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - dot. Pakietu nr 3 poz. 1,2,3,4,5,6,7

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by testy były wyrobem medycznym.

Pytanie 14 - dot. Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pisak o grubości 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski