



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 09.01.2025r.

Znak: ZP.26.1.51.2024.1

Informacja o wpłynięciu pytania oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa podłoży bakteriologicznych gotowych oraz przesiewowych testów immunodiagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytania 1: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją oraz certyfikatem kontroli jakości (załącznik nr 1 i 2 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 2: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 3 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania 3: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 4 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 4: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 15 podłoża, które sterylizowane jest poprzez autoklawowanie w temp. 121°C przez 15 min.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 5: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 30 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 5 do pytań), które w swoim składzie zawiera Trimetoprim, Kolistynę, Nystatynę oraz Wankomycynę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 6: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 33 podłoża chromogenne o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 6 do pytań), które nie różnicuje E.faecalis i E.faecium na podstawie oceny zabarwienia kolorystycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 7: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 35 podłoża chromogenne o specyfikacji zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 7 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 8: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tj. możliwości zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych? Podłoża gotowe pakowane są standardowo w opakowania zbiorcze foliowe po 10 sztuk, zaś podłoża płynne w kartoniki po 50 sztuk. Wymóg wprowadzony przez Zamawiającego wymusza na Wykonawcy ingerencję w opakowanie handlowe wyrobu medycznego.

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem że w opakowaniu zbiorczym znajduje się nie więcej niż 10 płytek agarowych lub nie więcej niż 50 probówek z podłożem płynnym

Pytania 9: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymaganego terminu dostawy asortymentu. W zakresie kryterium parametrów ocenianych Zamawiający wskazuje 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zaś we wzorze formularza ofertowego wskazano termin max 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Kryterium "parametry oceniane" stanowi składnik jakościowy ogólnej oceny oferenta. Możliwość zapewnienia dostawy asortymentu w ciągu 3 dni roboczych jest z punktu widzenia Laboratorium istotną dodatnią cechą jakościową zamówienia. Niespełnienie tego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty, a jedynie nieprzyznanie dodatkowych punktów w ocenie. Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SWZ pkt 3 nadając mu nowe brzmienie. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument.

Pytania 10: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 23 podłoża o specyficzności zgodnej z załączoną instrukcją (załącznik nr 8 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 11: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o parametrach zbliżonych wskazanych w załączonej karcie (CHŁODZIARKA (1))?

Odpowiedź: NIE. Głównym powodem negatywnej odpowiedzi jest zbyt mała szerokość wewnętrzna wynosząca 470 mm. Zamawiający wymaga możliwości ustawienia obok siebie pudełek z podłożami w 5 – 6 rzędach, co przy założeniu rozmiaru krótszego boku pudełka ok. 10 cm daje wymaganą szerokość użytkową półek 500 – 600 mm

Pytania 12: Pytanie dotyczy Pakietu nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki, która z uwagi na swoje gabaryty nie może być wyposażona dodatkowo w kółka jezdne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.01.2025r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.01.2025r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.02.2025r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a

Formularz Ofertowy (wzór)

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:.....

TELEFON:

REGON:, NIP:

INTERNET: http:; e-mail:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie dostawy asortymentu
(imię nazwisko, tel. kontaktowy)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy w zakresie dostawy analizatora:.....
(imię nazwisko, tel. kontaktowy)

Osoba upoważniona do zawarcia umowy:.....
(imię nazwisko, zajmowane stanowisko)

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.26.1.51.2024

1. Wartość oferty

Pakiet nr*: netto: zł, brutto: zł

Pakiet nr*: netto: zł, brutto: zł

2. Termin dostawy urządzenie: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. Termin dostawy asortymentu: (max 5) dni robocze, na cito 48 godziny, od dnia złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 19:00, pod warunkiem złożenia zamówienia przed godz. 12:00*

*** UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.**

4. Oświadczam/ y, że materiały eksploatacyjne, odczynniki, kalibratory i materiały niezbędne do wykonania badań i funkcjonowania analizatorów, a nie wskazane przeze mnie / nas w ofercie, w przypadku konieczności ich zastosowania do w/w badań, będą dostarczone przeze mnie / nas na mój / nasz koszt i ryzyko.

5. Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

6. Oświadczam/y, że transport podłoży i innych odczynników powinien odbywać się w sposób gwarantujący odpowiednią jakość dostawy (zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych).

7. Oświadczam/y, że zapewnię przeszkolenie pracowników ZZOZ w Wadowicach w zakresie obsługi analizatorów w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w dniu ich odbioru.

8. Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu,

9. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załączonym do niego wzorem umowy.

10. Oświadczam, że wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich czynników określonych w SWZ oraz w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 5 do SWZ.

11. Zobowiązuję/my się do utrzymywania cen na niezmiennym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów w umowie.

12. Oświadczam/ y, że zapoznałem/ liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.

13 Oświadczam/y, że jesteśmy : ¹

13.1.mikroprzedsiębiorstwem*

13.2.małym przedsiębiorstwem*

13.3.średnim przedsiębiorstwem*

13.4.dużym przedsiębiorstwem*

13.5.jednoosobowa działalność gospodarcza*

13.6.osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

14 Wykonawca informuje, że:*

14.1.wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14.2.wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto.**

15. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:

.....

16. Oświadczam/y, że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom

(podać nazwę firmy podwykonawcy)(podać zakres powierzonych prac)

..... (podać wartość powierzanych prac (brutto)).....(podać % udział (brutto) w cenie oferty)

III. Opis kryteriów oceny

Pakiet nr 1

L.p.	Parametry oceniane	Punktacja
1.	Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
2.	Czułość i specyficzność wykrywania MRSA na podłożu chromogennym $\geq 95\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
3.	Specyficzność wykrywania <i>Salmonella</i> na podłożu chromogennym $\geq 99\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
4.	Czułość wykrywania <i>Streptococcus agalactiae</i> na podłożu chromogennym $\geq 94\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
5.	Czułość wykrywania <i>Yersinia</i> na podłożu chromogennym $\geq 99\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
6.	Czułość wykrywania <i>Enterobacteriales</i> produkujących karbapenemazy na podłożu chromogennym $\geq 99\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
7.	Specyficzność wykrywania wankomycynoopornych <i>E. faecalis</i> i <i>E. faecium</i> na podłożu chromogennym $\geq 90\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
8.	Czułość wykrywania ziarenkowców opornych na linezolid na podłożu chromogennym $\geq 99\%$ udokumentowana oficjalną ulotką	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
9.	Agar z eskuliną i solami żółci do hodowli <i>Enterococcus spp.</i> ma postać słupka ze skosem	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
10.	Dołączony aplikator do płytek odciskowych z TSA	Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt

Pakiet nr 2

L.p.	Parametry oceniane	Punktacja
1.	Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia	Tak – 40 pkt Nie – 0 pkt

Pakiet nr 3

L.p.	Parametry oceniane	Punktacja
------	--------------------	-----------

1 Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 162)

1.	Dostawa asortymentu w trybie zwykłym w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt
2.	Test do wykrywania produkcji nabytych karbapenemaz u <i>Acinetobacter</i> jest testem kasetkowym; rozróżnia i oznacza przynajmniej KPC, NDM, VIM (test kasetkowy)	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt

**UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.*

17. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia*.
- 17.1. zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO² o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy³
- 17.2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy⁴
18. Informuję/emy, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024, poz 1557)

LP	Nazwa oświadczenia lub dokumentu	Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
1		

.....
*podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy*

**niepotrzebne skreślić*

*** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- wewnątrzspółnotowego nabycia towarów*
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT*

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa

⁴ Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa