

## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 15.02.2024  
EZ/350/125/2023/...129.....

### **Wg rozdzielnika**

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne  
Dotyczy: 125/2023 **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), **udziela odpowiedzi** na pytania:

#### **PYTANIE**

Pakiet 8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego z konektorem rury 22M/22M, spełniającego pozostałe wymogi swz.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga układu oddechowego ze złączem respiratora typu 22F – 22F, worka oddechowego ze złączem ze złączem typu 22M/19F, złączem od strony pacjenta typu 22/15F

#### **PYTANIE**

Pakiet 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy dodatkowa rura w układzie oddechowym ma być rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m?

#### **ODPOWIEDŹ**

Precyzując – Zamawiający wymaga zgodnie z opisem – trzech rozciąganych drenów karbowanych, rozciąganych w zakresie 60-180 cm.

#### **PYTANIE**

Pakiet 33

Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego wykonanego z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany z zestawie z mandrynem metalowym lub poliestrowym do wyboru przez Zamawiającego oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH 3/4/5/6/7/8. Produkt pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylny.

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści, pod warunkiem posiadania pozostałych opisanych elementów zestawu.

Czy Zamawiający dopuszcza adapter luer lock dostarczany osobno?

## ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem dostarczenia obu produktów w komplecie.

## PYTANIE

Pakiet 33

Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego singiel wykonanego z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu w rozmiarze CH6/7/8 z otworami drenażowymi na pętli oraz części prostej, cewnik otwarty/zamknięty, długość 90 cm z możliwością docięcia. W zestawie prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 150cm średnica 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylizowany.

## ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający nie wie co to jest za materiał dwuwarstwowy „inny niż poliuretan”. Może zawiera niedozwolony w opisie latex. Poza tym Zamawiający wymaga otworów drenujących tylko na pętli a nie na części prostej również.

## PYTANIE

Pakiet 33

Pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm; skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynem oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH8 i CH9.

## ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

## PYTANIE

Pakiet 33

Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o składzie: cewnik DJ wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą, bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty lub otwarty/zamknięty do wyboru przez Zamawiającego, popychacz sterowalny o dł. 45 cm, prowadnica ze stali nierdzewnej pokryta PTFE o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

## ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

## PYTANIE

Pakiet 51:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do drenażu pasywnego, dwuczęściowego, składającego się z przezroczystego worka o pojemności 450 ml, z kranikiem, uniwersalnego łącznika do drenów oraz okrągłego drenu o długości 1000 mm o średnicy 27 CH posiadający 5 otworów bocznych i 1 otwór centralny, linia kontrastu RTG na całej długości drenu, w zestawie 2 zawieszki do wygodnego zawieszenia worka, pakowany podwójnie (zew. papier-folia, wew. folia).

## ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu dodatkowo wyposażonego w tacę 2,5x27x37cm.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do laparoskopii ginekologicznej zapakowanego w opakowanie typu foliowa torba z portami do sterylizacji, zamiast opakowanie typu tyvec z klapką.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej do laparoskopii z przyklepnym oknem brzuszny 26 x 32 cm.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający bardzo szeroko opisał ten parametr, a proponowany rozmiar nie mieści się w dopuszczonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 40x Kompres gazowy 10x10 cm 16W 17N z nitką RTG.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Kompres gazowy 10x10 cm może mieć najwyżej 12 warstw.

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika igieł magnetyczno - piankowego, ze zdejmowaczem ostrzy, na 20 szt., w kolorze żółtym.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści .

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako równoważny produkt o poniższych parametrach bez zachowania pierwotnych zapisów SWZ:

4x Kompres gazowy w kształcie kuli śr. 5 cm, po rozłożeniu 40x50 cm.

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści wymiar wykroju oraz średnicę, pod warunkiem, że to będzie tupfer a nie kompres. ( Zamawiający nie wie co to jest kompres w kształcie kuli ).

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu monopolarnego do narzędzia laparoskopowego pakowanego osobno. Pozostałe parametry zgodne z swz.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem takiego ich zapakowania wraz z zestawem aby nie groziło to uszkodzeniem opakowania i kontaminacją sprzętu. Dodatkowo przewód monopolarny musi być kompatybilny z generatorami Valleylab ForceTriad i FT10.

PYTANIE

Pakiet 26 punkt 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako równoważny produkt o poniższych parametrach bez zachowania pierwotnych zapisów SWZ:

Jednorazowe nożyczki laparoskopowe z ostrzem o długości 18 +/-2mm, wykonanym ze stali chirurgicznej, ostrze na całej długości bransz, długość trzonu 33cm, średnica narzędzia 5mm, rotacja 360 st w obie strony, 4mm(średnica) złącze do koagulacji, trzon pokryty izolacją antyrefleksyjną, z rękojeścią i rotatorem z tworzywa sztucznego, pakowane oddzielnie.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem takiego ich zapakowania wraz z zestawem aby nie groziło to uszkodzeniem opakowania i kontaminacją sprzętu.

PYTANIE

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy posiadający właściwości:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej

- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści – wymaga układu rozciągliwego w zakresie długości 60cm do 180cm, oferowany produkt ma długość maksymalną 160cm

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki na całej powierzchni w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 2

. Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo wielkości wzmocnienia 60cm x 145cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik chłonny w wymiarach 30cm x 30cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza organizator foliowy do liczenia materiałów opatrunkowych o wymiarach 96cm x 26cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych parametrów.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 5

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń na narzędzia w wymiarach 30cm x 40cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych parametrów.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 10

Czy Zamawiający dopuszcza tufery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50cm x 50 cm o wymiarach 50cm x 50cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 13

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 15cm x 15 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych parametrów.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 17

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną z tnitką RTG oraz tasiemką, po wstępnym praniu w wymiarach 45cm x 45cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuszcza.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 18

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną z tnitką RTG oraz tasiemką, po wstępnym praniu w wymiarach 45cm x 45cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych, a nie opisanych w pytaniu parametrów.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 19

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Gaza wymagana 24-nitkowa od oferowanej 17-nitkowej różni się znacznie.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 20

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną samoprzylepną o wymiarach 90cm x 120cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści pod warunkiem, że pozostałe wymagane parametry zgodne są z SWZ.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 21

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną samoprzylepną o wymiarach 180cm x 180 cm z padem chłonnym o wymiarach 25cm x 60 cm o gramaturze łącznej 140g/m<sup>2</sup> (podstawa 60g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnienie 80g/m<sup>2</sup>)?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SWZ.

PYTANIE

Pakiet 23, składowa 23

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną samoprzylepną o wymiarach 150cm x 240cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Rozmiar 150 cm jest za krótki.

PYTANIE

Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuszcza etykietę wkładaną do środka opakowania umieszczoną w widocznym miejscu?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem, że będzie sterylna.

PYTANIE

Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie kolorystyczne zestawu na etykiecie?

ODPOWIEDŹ

Tak, nie tylko dopuszcza ale również ocenia.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę chirurgiczną o wymiarach 180/280cm x 220cm z otworem brzuszny wypełnionym folią w wymiarach 30cm x 20cm x 20cm oraz kroczywym 10cm x 15cm o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> odpornością na rozerwanie na sucho >/+40 kPa?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający nie rozumie otworu wypełnionego folią w trzech wymiarach 30 x 20 x 20 cm.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stół Mayo o wymiarach 80cm x 145cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnienia z włókniny PP 37g/m<sup>2</sup>?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń foliową o wymiarach 40cm x 30cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 5

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń foliową 2-komorową p wymiarach 15cm x 30cm oraz 25cm x 30cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymiar 2x15x30 cm oznacza kieszeń z dwoma komorami 15x30cm.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę 2-warstwową, wzmocnioną, samoprzylepną o wymiarach 180cm x 180 cm z warstwą chłonną 25cm x 60cm , wykonaną z włókniyny PP gram. 30g/m<sup>2</sup>, Foli PE 30g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnienia wykonanego z materiału SM o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymiar 180 x 180 cm jest zbyt szeroki ( 150 cm wymagany )

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 8

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę gazową wykonaną z gazy 17-nitkowej w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga kompresu zielonego.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 9

Czy Zamawiający dopuszcza kompres wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 10cm x 20cm w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, wymaga kompresu zielonego.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 12

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik do liczenia igieł o liczbie pól 30, wymiarach 11,5cm x 5,5cm x 1,5cm, bez zamknięcia?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Pojemnik na igły musi mieć zamknięcie.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 15

Czy Zamawiający dopuszcza skalpel bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11P?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga ostrza bezpiecznego 11 (SS).

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 17

Czy Zamawiający dopuszcza organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm?

ODPOWIEDŹ

Tak , dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 21

Czy Zamawiający dopuszcza kleszczyki do mycia pola operacyjnego o długości 23cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 22

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50cm x 50cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 23

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 15cm x 15cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 23

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20cm x 20cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 24

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30cm x 30cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 28, składowa 26

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z folii PE gram. 40g/m<sup>2</sup> oraz włókniny PP 37g/m<sup>2</sup> z obszarem chłonnym w wymiarach 65cm x 190cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania wymiarów serwety.

PYTANIE

Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion: 450mm i 180mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw w rozmiarze CH27 z workiem 600ml skalowanym co 50ml?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych nie ujętych w pytaniu, a wymaganych parametrów.

PYTANIE

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?



**ODPOWIEDŹ**

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga fartuchów min. 4 – warstwowych typu SMMS.

**PYTANIE**

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko na 1 sposób – literowo M lub L?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania dopuszczonych długości.

**PYTANIE**

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści.

**PYTANIE**

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści.

**PYTANIE**

Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści.

**PYTANIE**

Pakiet 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep (velcro) o wymiarach 2cm x 22cm, składająca się z dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiającą zamocowanie rzepu na serwecie?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych nie ujętych w pytaniu, a wymaganych parametrów.

**PYTANIE**

Pakiet 55, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną 2 komorową w rozmiarze 30x40cm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie, nie dopuści. Proponowane wymiary znacznie odbiegają od wymaganych ( 18x30 cm ).

**PYTANIE**

**Dotyczy Pakietu 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji piersi mały o następującym składzie i parametrach:

**PYTANIE**

Ppkt. 1- serweta na stół instrumentarium 150x190 cm (owinięcie zestawu) zbudowana z folii polietylenowej wzmocniona włókniną polipropylenową 64x190 cm. Całkowita gramatura w polu krytycznym 93 g/ m<sup>2</sup>- 1 szt

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści.

Ppkt. 2- serweta na stół Mayo 80x145 cm zbudowana z folii polietylenowej wzmocniona włókniną polipropylenową 64x145 cm. Całkowita gramatura w polu krytycznym 89 g/ m<sup>2</sup>  
ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych nie ujętych w pytaniu parametrów

Ppkt. 3- ręcznik chłonny min. 30x40 cm- 5 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

Ppkt. 4- organizator foliowy do liczenia materiału opatrunkowego o wym. 96x30 cm z 10 kieszeniami na materiał bez otworów w górnej części- 2 szt

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga otworów do powieszenia na stojak.

Ppkt. 5- kieszeń na narzędzia 2- komorowa 25x45 cm z jedną taśmą lepnią o szerokości 5 cm do mocowania- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga 2 taśm lepnych do mocowania i regulacji kieszeni.

Ppkt. 6- taśma samoprzylepna 10x50 cm- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

Ppkt. 7- samoprzylepny organizator typu rzep 2x25 cm- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 8- licznik igieł piankowo- magnetyczny 20 miejsc- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 9- miska 250 ml plastikowa, niebieska ze skalą- 2 szt.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający **wymaga** 2 misek 250 ml.

Ppkt. 10- tufier miękki z gazy 20-nitkowej, o wykroju o 40x50 cm- 6 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 11- brak

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

Ppkt. 12- kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowe plastikowe 19 cm- 2 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 13- brak

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści

Ppkt. 14- wielowarstwowy opatrunek o znacznej chłonności z nacięciem pod dren- brak.

Zestaw zawiera samoprzylepny opatrunek pooperacyjny 8x10 cm- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga opatrunku z nacięciem pod dren.

Ppkt. 15- Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 15x8 cm- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga opatrunku o szer. Min. 9,5 cm

Ppkt. 16- Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10x30 cm- 1 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 17- brak

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

Ppkt. 18- Serweta operacyjna z tasiemką i elementem kontrastującym RTG, wykonana z gazy, 20-nitkowa 4-warstwowa, rozmiar po praniu wstępnym min. 40x40 cm, kolor biały – 5 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, a nawet w poz. 18 takiej wymaga.

Ppkt. 19- Tupfer twardy z gazy 24-nitkowej, o wykroju 9,5x9,5 cm, z elementem kontrastującym w promieniach Rtg zapakowany dodatkowo w papierową torebkę- 10 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

Ppkt. 20- Serweta operacyjna samoprzylepna 90 x 110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 67,5 g/m<sup>2</sup>. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 2 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 21- Serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 150 cm x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 67,5 g/m<sup>2</sup>. Serweta wzmocniona trzywarstwową łątą chłonną (polietylen/ wiskoza/ wiskoza) o wymiarach 20 x 50 cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 161,7 g/m<sup>2</sup>. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 1 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 22- Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 67,5 g/m<sup>2</sup>. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 1 szt

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Ppkt. 23- Serweta operacyjna samoprzylepna 190 x 225 cm (+/-5 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 67,5 g/m<sup>2</sup>. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repositionowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

Poz. 24- kompresy gazowe 20x20 cm 17- nitkowe, 16- warstwowe z RTG- 10 szt

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie potrzebuje w/w kompresów gazowych. Wydaje się to być zastępstwo za poz. 17, jednak Zamawiający wymaga tam obszytych serwet operacyjnych wstępnie pranych.

Etykieta główna wewnątrz opakowania jednostkowego- worek polietylenowy z papierową klapką typu TYVECK. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

PYTANIE

**Dotyczy Pakietu 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznej-brzuszej zgodnego z SWZ, z następującymi różnicami:

Ppkt. 1- serweta do chirurgii brzuszno- kroczonej 231x240/220 cm posiadająca dodatkowo po obu stronach otworu zintegrowane kieszenie polietylenowe o wym. 67x37,5 cm

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych nie ujętych w pytaniu parametrów

Ppkt. 6- serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o gramaturze powyżej 67 g/ m<sup>2</sup> dodatkowo wzmocniona padem chłonnym trzywarstwowym- w strefie krytycznej 5 warstw o gramaturze powyżej 160 g/ m<sup>2</sup>.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych nie ujętych w pytaniu parametrów

Ppkt. 9- kompres laparotomijny 13x38 cm 20- nitkowy, 8- warstwowy, ze znacznikiem RTG, biały

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga kompresu 4-warstwowego, zielonego.

Ppkt. Uchwyt do koagulacji monopolarnej 3- pinowy dodatkowo zapakowany

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

Ppkt. 12- pojemnik do liczenia igieł piankowo- magnetyczny o wym. 11,2 x 5,4 x 3 cm. Liczba miejsc 20

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zaoferowania dwóch pojemników, tak aby liczba miejsc wynosiła 40.

Ppkt. 14- aspiracja Yankauer z bulwiastą końcówką i 4 otworami ma długość 26,5 cm i jest dodatkowo zapakowana

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów tj. rozmiaru 22ch lub 24ch lub 26ch.

Ppkt. 18- opatrunek pooperacyjny samoprzylepny 10x30 cm włókninowy (2 szt)- dodatkowo zapakowane

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zachowania pozostałych nie ujętych w pytaniu parametrów

Ppkt. 23- tufpery 17x20 cm ze znacznikiem RTG włókninowe

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, wymaga tupperów gazowych.

PYTANIE

Dotyczy Pakietu 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha do procedur standardowych z antystatycznej włókniny SSMMS 35 g/m<sup>2</sup> o następujących parametrach:

- rozmiar M- 120 cm (+/- 2 cm) ; oznakowanie literowe
- rozmiar L- 130 cm (+/- 2 cm) ; oznakowanie literowe
- rzepy przy szyi o wym. 9,5 x 3 cm oraz 5 x 3 cm
- oznakowanie rozmiaru literowe w postaci wszytej metki widocznej przed rozłożeniem
- mankiety poliestrowe 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100
- 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności oraz kod kreskowy
- rękawiczki w rozmiarze 30 x 43 cm (+/- 3 cm)

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

PAKIET 53 Czy Zamawiający dopuści fartuchy standardowe w rozmiarze L w miejsce M o długości 127 cm oraz XL w miejsce L o długości 135 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

PAKIET 53 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M o długości 115 cm i L o długości 127 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści

PYTANIE

PAKIET 53 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

PAKIET 53 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z oznaczeniem rozmiaru tylko na jeden sposób- literalny. Rozmiar nadrukowany na fartuchu, na serwecie włókninowej (widoczny jeszcze przed otwarciem opakowania), oraz na naklejce na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie posiadające 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz producenta?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem, że rozmiar będzie nadrukowany na fartuchu i serwecie włókninowej, w którą fartuch jest owinięty.

**PYTANIE**

PAKIET 53 Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane na rzep w okolicach szyi w rozmiarze 2,5x6cm i 2,5x12 cm?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści.

**PYTANIE**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z 2 rur karbowanych o długości w zakresie 0,45 – 1,8m oraz dodatkową rurą karbowaną do worka rozciągliwą do długości 120cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga trzech rozciąganych drenów karbowanych, - w zakresie 60-180 cm, oferowany produkt ma rurę karbowaną do worka rozciągliwą jedynie w zakresie do 120cm.

**PYTANIE**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z workiem 2-litrowym, bezlateksowym ze złączem 22F, w zestawie złączka 22M-22M?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, wymaga układu oddechowego ze złączem respiratora typu 22F – 22F, workiem oddechowym ze złączem typu 22M/19F i złączem od strony pacjenta typu 22/15F

**PYTANIE**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z polipropylenu oraz materiału EVA?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, wymaga układu wykonanego z polipropylenu

**PYTANIE**

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z PCV?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, wymaga maski polipropylenowej, bez ftalanów

**PYTANIE**

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturi w zestawie z 6-cioma złączami wymiennymi (o wartościach 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%), w zamian za regulowaną zwężkę? Zdjęcie poglądowe poniżej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, wymaga regulowanej zwężki Venturiego

**PYTANIE**

Pakiet nr 9, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z PCV, posiadająca zacisk metalowy w części nosowej?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, wymaga maski polipropylenowej ,bez ftalanów, bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI

PYTANIE

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z 2 otworami bocznymi (po 1 na każdej stronie) o średnicy ok. 2cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, wymaga otworów na wysokości nosa (4) i oddzielnych na wysokości ust (2)

PYTANIE

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści linię o średnicy wew. 1,8mm i zew. 3,0mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga średnicy wewnętrznej 1,2mm i średnicy zewnętrznej 3 mm;

PYTANIE

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści linię wykonaną w całości z PCV?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga linii wykonanej z PCV wyłożonego wewnątrz LDPE

PYTANIE

Pakiet nr 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści igłę posiadającą lejek ze „szkiełkiem” powiększającym w celu uwidocznienia wycieku płynu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga przezroczystego eliptycznego uchwytu ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, nie zaś szkiełka powiększającego

PYTANIE

Pakiet nr 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą 4 otworów w uchwycie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga uchwytu z czterema otworami z każdej strony

PYTANIE

Pakiet nr 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły długości 103mm, igła 120mm jest znacząco dłuższa niż wymagana.

PYTANIE

Pakiet nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę bez bocznego otworu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły z bocznym otworem

**PYTANIE**

Pakiet nr 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca nie wycenił pozycji 4, w przypadku gdy igły w pozycji 1 i 2 posiadają w zestawie prowadnicę?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści, zamawiający wymaga wyceny i dostępności prowadnic jako oddzielnej pozycji.

**PYTANIE**

Pakiet nr 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Strzykawką niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
- **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuści – Zamawiający wymaga cewnika z miękką końcówką typu Soft Tip, atraumatycznego ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G oraz filtra zamykanego korkiem.

**PYTANIE**

Pakiet nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 200cm?

**ODPOWIEDŹ**

Odpowiedź w gestii Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi

**PYTANIE**

dotyczy pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowego z trzema rozciągającymi rurami o średnicy 22 mm: dwie w zakresie 40-200 cm, trzecia rura do worka rozciągalna w zakresie 40-150 cm, z workiem oddechowym 2 L bezłateksowym ze złączem 22 F oraz krótkim łącznikiem prostym 22M-22M przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyrazi zgody: Zamawiający wymaga trzech rozciąganych drenów karbowanych, w zakresie 60/180 cm, oferowana rura do worka jest rozciągalna jedynie do 150cm.

**PYTANIE**

dotyczy pakietu 35 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu karbowanego rozciągalnego w zakresie 40-200 cm o średnicy 22 mm, złączach sztywnych 22F-22F, pakowanego pojedynczo, mikrobiologicznie czystego, jednorazowego użytku, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyrazi zgody, wymaga produktu sterylnego



#### PYTANIE

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 39 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego składającego się z jednej rury PCV dla dorosłych o długości 80 cm i średnicy 22mm, gładkiej wewnątrz?

#### ODPOWIEDŹ

Odpowiedź w gestii Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi

#### PYTANIE

Pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepalącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log<sub>10</sub>; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m<sup>2</sup>x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z rącznikami – fartuch pakowany z dwoma rącznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram rączników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

#### ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści. W takim wypadku wymaga rozmiaru L i XL

#### PYTANIE

Pytanie 1 dot. zadanie 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 17 poz. 1, Protektor/retraktor chirurgiczny jednorazowego użytku do usuwania dużych preparatów, złożony z dwóch pierścieni połączonych elastycznym poliuretanowym rękawem, dający retrakcję 360 stopni Rozmiar 9-14 cm z dodatkowym pierścieniem retrakcyjnym dającym lepszy dostęp/wizualizację i zabezpieczenie rany. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

#### ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający pracuje głównie na rozmiarze 5 – 9 cm. Rozmiar 9 – 14cm wykorzystuje bardzo rzadko.

#### PYTANIE

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 17 poz 2 System dostępu procedur laparoskopowych - zestaw

System dostępu procedur laparoskopowych składający się z:

\*protektor/retraktor raz chirurgicznych o dwóch obręczach, Połączonych trwałym poliuretanowym rękawem;

\*jednorazowego, bezostrzowego trokara optycznego, z separatorem tkanek 12mm, z redukcją 5-12mm, długość 100mm, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO<sub>2</sub> za pomocą zaworu)

Wszystkie komponenty sterylne pakowane pojedynczo w jednym opakowaniu.

Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. W proponowanym składzie zestawu brak szczelnej pokrywki uszczelniającej odmę z możliwością wprowadzenia trokara.

PYTANIE

Pakiet nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z serwetami pokrytymi klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zabiegu oraz umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału?

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści.

PYTANIE

Pakiet 53 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji

Fartuch standardowy

M - długość 119-121cm

L - długość 129-131cm

Rozmiar do wyboru w momencie zamówienia

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar fartucha oznaczony za pomocą wszywki na karku literowo M lub literowo L

Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok. 2cm x 10cm i ok.2cm x 10cm, mankiety o długości 7cm, wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki z tyłu szyi. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści pod warunkiem podwójnego pakowania sterylnego tj. papier krepowy jako owinięcie i rękaw papier-folia.

PYTANIE

Czy Zamawiający w

Pak 33 poz 4

W miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik moczowodowy Pigtail DD zestaw

Stenty moczowodowe DD wykonane z poliuretanu, z łącznikiem DD na końcówce pęcherzowej w pełni sterowane.

- Podziałka w centymetrach.
- Stent całkowicie widoczny w Rtg
- Końcówka typu pigtail cylindrycznie zamknięta i otwory drenujące.
- Dostarczane jako zmontowane, gotowe do użycia
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu

Wymiary:

Długości : 26 / 28 cm

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem zaoferowania wymaganych rozmiarów w dopuszczonych długościach.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dotychczas stosowany zestaw do drenażu Robinsona z workiem z podziałką na 10ml, 30ml oraz 50ml i w zakresie 100-600ml z podziałką co 50ml?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 33 poz.2

Zestaw do szynowania moczowodów Mono-J 4.7Ch/70cm; 6Ch/70cm; 7Ch/70cm; 8Ch/70cm; 9Ch/70cm :

- Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, znakowany co 5cm, zamknięta od strony nerki
- Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach:  
0,028"/125cm dla cewnika 4,7Ch ,  
0,035"/125cm dla cewnika 6Ch, 7Ch, 8Ch  
0,038"/125cm dla cewnika 9Ch
- łącznik igłowy z lejkiem do podłączenia worka na mocz,
- drenaż do 6 mies."

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga zestawów z cewnikami o dł. 90 cm.

PYTANIE

Pakiet nr 33 poz.3

Zestaw do przezskórnej nefrostomii wykonany z poliuretanu w rozmiarach 6Ch; 8Ch; 10Ch i dł. 22-30 cm. W skład zestawu wchodzi: Cewnik pigtail; metalowy obturator; echogeniczna igła Chiba 18G/20cm; Igła punkcyjna 18G/20cm; zestaw rozszerzadeł; prowadnica 0,038"/150cm; łącznik do worka na mocz z lejkiem; worek na mocz; skalpel; kołnierz mocujący i opaska zaciskowa.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga opisanego zestawu.

PYTANIE

Pakiet nr 33 poz. 4

Zestaw do szynowania moczowodów Double-J sterowalny  
4.7Ch/26cm; 287cm;30cm

6Ch/26cm; 287cm;30cm

7Ch/26cm; 287cm;30cm

- Cewnik poliuretanowy, znakowany co 5cm, otwarty/zamknięty,
- Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach 0.028"/125cm i dł. 125cm dla cewnika 4,7Ch i 0,035"/125cm dla cewnika 6Ch i 7Ch
- Popychacz sterowalny 53cm, wstępnie połączony z cewnikiem,
- Zacisk,
- drenaż do 6 mies."

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

Dotyczy pakiet 22

Zwracamy się z możliwością złożenia oferty pokrowca foliowego jednorazowego sterylne go produkowanego przez firmę Ecolab/Microtek na mikroskop operacyjny prod. Carl Zeiss. Pokrowiec **bez chipu** ale posiada aż 5 taśm samoprzylepnych dzięki czemu bardzo dobrze przylega do mikroskopu i nie jest potrzebne aktywowanie systemu odsysania powietrza. Zamawiający będzie mógł to zweryfikować dzięki wymaganym próbkom. Wym. 132x381cm lub 122x305cm

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Mikroskop Carl Zeiss TIVATO 700 wymaga pokrowca z chipem, mikroskop obejmuje gwarancja i Zamawiający w tym okresie nie może używać zastępczych osłon, tylko te które są dedykowane do tego mikroskopu.

PYTANIE

pakiet 7

Czy zamawiający dopuści zgłębnik do jejunostomii umieszczany metodą operacyjną za pomocą techniki Witzela. Wykonany z silikonu medycznego, posiada skrzydełka mocujące bliższe i dalsze, znaczniki RTG, jest wysterylizowany promieniami gamma. Rozmiar 14FR, złącze Luer-Lock. Dopuszczenie wyżej opisanej pozycji pozwoli zwiększyć liczbę oferentów w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

Pytania do pakietu 54

Pytanie 1 Czy Zamawiający może rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu dopuszczalnych produktów, które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta? Wprowadzenie takiej zmiany umożliwiłoby składanie ofert przez innych wykonawców na podobne produkty, które są zbliżone lub równoważne pod względem spełnianych funkcji leczniczych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez różnych wykonawców, jeżeli produkt- port naczyniowy spełnia wszystkie warunki przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia.

PYTANIE

Pytania do pakietu 54

Pytanie 2 Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert bez pozycji 2 i 3 ze względu na fakt, że większość producentów pakuje zestaw akcesoriów wprowadzających w opakowanie razem z portem, czyli taki zestaw jest już umieszczony w pozycji 1.



ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert bez pozycji 2 i 3.

PYTANIE

Pytania do pakietu 54

Pytanie 3 do pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 6F i 8F z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, igła prosta 22 g, igła wprowadzająca 18 G, rozrywalna koszulka, prowadnica



Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji

- Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,
- Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla (1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm (45T/m)
- W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza portów z cewnikiem poliuretanowym.

#### PYTANIE


Pytania do pakietu 54

Pytanie 4 do pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści port o właściwościach techniczno-użytkowcy takich samych, lecz o niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię. Port dostępu żylnego niskoprofilowy z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora, cewnik silikonowy oznaczeniem co 1cm i opisem co 5cm, widoczny w RTG. Wysokość portu: 10,4mm, średnica membrany 9,7mm, podstawa portu: 25,5mm. Ciężar 4,55g Rozmiar 6,5F i 8,5F, długość cewnika 500mm. Możliwość podawania kontrastu PSI do 300.

Zestaw wprowadzający

- strzykawka 10 ml
- igła Seldingera (punkcyjna) 18G
- igła prosta 22 G x 30
- igła prosta 22 G x 30 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- igła ze skrzydełkami 20 G x 20 opcjonalnie w osobnym sterylnym opakowaniu
- prowadnik J
- łącznik
- rozszerzacz i rozrywalna koszulka z prowadnikiem
- tępy tunelizator



#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza port niskoprofilowy, o ile spełnione zostaną warunki wymienione w specyfikacji warunków zamówienia.

## PYTANIE

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

a) Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto części zamówienia niezrealizowanej w terminie.

b) Nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy brutto,

c) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 9 ust.2 umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto umowy

## ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 01.03.2024r. do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 01.03.2024r. o godz. 10.00

Związanie oferta do dnia 29.05.2024r.

Z poważaniem,

wz. Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. *Tadeusz Krzymański*