

Zgierz, dnia 06.05.2022 r.

Nr referencyjny: PN/XXI/2022

## Wykonawcy

*Dotyczy postępowania pn.: Dostawy generatorów Mo-Tc – PN/XXI/2022*

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela odpowiedzi jak niżej:

### Pytanie 1

Ad. par. 2 ust. 11 – prosimy o wykreślenie zapisu, karta charakterystyki nie jest wymagana dla substancji promieniotwórczych, Prawo Atomowe reguluje sposób postępowania z materiałami promieniotwórczymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez wykreślenie par. 2 ust. 11 projektowanych postanowień umowy.**

### Pytanie 2

Ad par. 6 ust. 7 – prosimy o dodanie, zamiast „dwukropek” „przecinek” i zapis „nie dłużej niż udokumentowane działanie poniższych:”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.**

Ponadto prosimy, aby w umowie znalazły się poniższe zapisy:

### Pytanie 4

„Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do dystrybucji produktów leczniczych, posiada wymagane prawem dokumenty, potwierdzające jego prawo do występowania w obrocie produktami leczniczymi (zezwoleń na prowadzenie apteki szpitalnej lub, dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer księgi rejestrowej w rejestrach medycznych csioz) oraz zezwolenie wydane przez PAA na posiadanie i stosowanie substancji promieniotwórczych. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu w rejestrach medycznych, wynikającego z cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia lub zaprzestania wykonywania działalności leczniczej”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jest podmiotem leczniczym wpisanym do Księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność oraz posiada zezwolenie wydane przez PAA na posiadanie i stosowanie substancji promieniotwórczych.**

**Jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez dodanie do treści projektowanych postanowień umowy w par. 2 ust. 14, następującego zapisu „Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdej zmianie statusu w rejestrach medycznych, wynikającego z cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia na posiadanie i stosowanie substancji promieniotwórczych lub zaprzestania wykonywania działalności leczniczej”**

### Pytanie 4

„Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zużytych generatorów technetowych w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ich dostawy. Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady promieniotwórcze i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.**

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Agnieszka Józwik  
podpis na oryginalne

Otrzymują:

a/a

Publikacja:

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgierz](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz)