



Sygnatura akt: CEZAMAT/74/DDM/2022

Warszawa, dn. 21.03.2022 r.

L.dz. – CEZ-162/2022

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzenia zapewniającego właściwą temperaturę przechowywania odczynników laboratoryjnych. W dniu 18.03.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Treść pytania Wykonawcy:

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia:

- 1. Czy rzeczywiście wymagają Państwo zakresu temperatury -40/86 st.C czy może -40/-86 st.C?*
- 2. Czy dopuszczają Państwo urządzenie o poziomie hałasu nie przekraczającym 50 dB ?*
- 3. Czy dopuszczają Państwo urządzenie bez nóżek, za to wyposażone w cztery kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia ?*

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Wymagany zakres temperatury: -40/-86 °C
2. Zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie hałasu nie przekraczającym 50 dB.
3. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez nóżek, wyposażone w cztery kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia.

Dyrektor

Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT

/-/

Mariusz Wielec

**Politechnika
Warszawska**

ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa
tel. 22 182 12 17
sekretariat@cezamat.eu