



MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK • INTERNATIONAL RESEARCH AGENDA • 3P MEDICINE LABORATORY
80-210 Gdańsk, Poland, M. Skłodowskiej-Curie 3A, phone: +48 58 349 11 83, email: mab@gumed.edu.pl

ZP/96/2019

Gdańsk, dnia 25.10.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/96/2019** – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 6

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wirówkę, która posiada zakres temperatur -9°C do 40°C oraz u której wzrost temperatury przy maksymalnej prędkości obrotowej wynosi od $4^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ do $7^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ (w zależności od użytego rotora), która spełnia wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji SIWZ

Zmodyfikowany Pakiet 6 zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 25.10.2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o przedłużeniu termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie **do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09:00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kanclerz
/-/
Marek Langowski