



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 20.02.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 2/PN/ZP/D/2020 – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.01.2020 r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 39

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 39 igły do nakłuć transseptalnych o następujących parametrach:

- igła z jedną krzywizną,
- igła bez kranika,
- igła stalowa z mandrynem,
- igła dostępna długości 71 cm, średnica trzonu 18 gage.
- uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zgięcia igły.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.01.2020 r.

Dotyczy Pakietu nr 37

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 37 Introducera transseptalnego o dostępnej średnicy 8F dla 4 stałych krzywizn oraz o dostępnej średnicy 8,5 F dla 3 stałych krzywizn ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 39

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 39 Igły transseptalnej o dwóch długościach 71, 89 cm, dostępna wersja z podwójnym szlifem ostrza ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.02.2020 r.

Pytanie do Pakietu 31:

4. Czy Zamawiający w pakiecie 31 dopuści chłodzony cewnik ablacyjny o 3,5mm złotym tipie, pozostałe bieguny ze stopu Pt/Ir co nie wpływa na funkcjonalność elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do Pakietu 32:

5. Czy Zamawiający dopuści niechłodzony cewnik ablacyjny z biegunami i tipem ze stopu Pt/Ir?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do Pakietu 49:

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 49 cewnik diagnostyczny typu HALLO o długości użytkowej 90cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

www.usk.umed.lodz.pl

ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

tel./fax: +48 42 639 36 21
fax: +48 42 639 34 58
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

REGON: 471208164
NIP: 7272392503
KRS: 0000016979

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.02.2020 r.

Pytanie 1 dotyczy pak. 15

7. Czy Zamawiający dopuści w miejsce przewodnika angioplastycznego, przewodnik hybrydowy o średnicy 0,356 mm i długości do 108 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 dotyczy & 2A. umowy (zał. nr 4)

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 2A. ust. 18 umowy:
z: „Właścicielem przedmiotu użyczenia pozostaje Wykonawca. Przedmiot użyczenia nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.”
na: „Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania użyczanym sprzętem, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy”
Urządzenia, które będą podlegały **użyczeniu** są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ: W załączniku nr 4 do SIWZ w §2A ust. 18 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „18. Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania użyczanym sprzętem, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy. Po zakończeniu umowy przedmiot użyczenia wraz z niewykorzystanymi materiałami eksploatacyjnymi dostarczonymi przez Wykonawcę zostaną protokolarnie oddane Wykonawcy w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia umowy, nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego chyba, że strony uzgodnią na piśmie zwrot na innych zasadach. Protokół oddania zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.”

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.02.2020 r. (cz. I)

Pakiet 9 parametr 7

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zmiany wektora wyładowań w trakcie jednego epizodu arytmii komorowej, ale z możliwością automatycznej zmiany wektora szoku w ostatnim wyładowaniu podczas jednej interwencji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10 parametr 7

10. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zmiany wektora wyładowań w trakcie jednego epizodu arytmii komorowej, ale z możliwością automatycznej zmiany wektora szoku w ostatnim wyładowaniu podczas jednej interwencji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 48

11. Czy w zakresie Pakietu nr 48 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych w zakresie długości 100 – 120 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.02.2020 r. (cz. II)

Dotyczy Pakietu Nr 1:

12. Prosimy o dopuszczenie elektrod o dł. 46 cm, 52 cm, 58 cm pozwalających na wykonanie badania rezonansem magnetycznym serca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 2:

13. Prosimy o dopuszczenie stymulatorów bez automatycznej detekcji środowiska MRI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 4:

14. Prosimy o dopuszczenie elektrod o dł. 46 cm, 52 cm, 58 cm pozwalających na wykonanie badania rezonansem magnetycznym serca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 5:

15. Prosimy o dopuszczenie stymulatorów bez automatycznej detekcji środowiska MRI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 8:

16. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5T bez stref wykluczeń z elektrodami defibrylującymi aktywnymi DF4, bez automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP, bez tachogramu odstępów RR, bez elektrod do defibrylacji podskórnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 12:

17. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5T bez stref wykluczeń z elektrodami defibrylującymi aktywnymi DF4, bez automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP, bez tachogramu odstępów RR, bez elektrod do defibrylacji podskórnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu Nr 15:

18. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z możliwością wykonania badania MRI 1,5T bez stref wykluczeń z elektrodami defibrylującymi aktywnymi DF4 i elektrodami LV czterobiegowymi, bez automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP, z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy projektu umowy:

19. W zakresie Pakietu 47: Prosimy o dodane zapisu: „Wykonawca ma prawo rozwiązania umowy w przypadku nieużywania przez dwa miesiące sprzętu wyszczególnionego w Pakiecie nr 47.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.02.2020 r. (cz. I)

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2A).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1.1. za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości **netto** niedostarczonej partii za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie partii towarów;**
- 1.2. za nieprzekazanie przedmiotu użyczenia, o którym mowa w §2A do użytkowania w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki – dotyczy dodatkowo pakietu 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieprzekazanego przedmiotu użyczenia;**
- 1.3. za nieprzekazanie na okres naprawy Programatora zastępczego, o którym mowa w §2A ust. 16 w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki – dotyczy dodatkowo pakietu 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieprzekazanego Programatora zastępczego;**
- 1.4. za nieprzekazanie przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w §2B do użytkowania w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki – dotyczy dodatkowo pakietu 45, 47, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieprzekazanego przedmiotu dzierżawy;**
- 1.5. za nieprzekazanie na okres naprawy zastępczego Przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w §2B ust. 11 w ustalonym terminie - 100 zł za każdy dzień zwłoki – dotyczy dodatkowo pakietu 45, 47, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieprzekazanego zastępczego Przedmiotu dzierżawy;**
- 1.6. za zwłokę w dostarczeniu towaru - wolnego od wad po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – w wysokości 0,3% wartości **netto** reklamowanego asortymentu, za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego asortymentu;**
- 1.7. – 1.11 – usunięcie zapisów, w związku z wprowadzeniem powyższego limitu;
- 1.12. za niedotrzymanie oferowanego w Formularzu asortymentowo-cenowym terminu przydatności do użycia, stanowiącego kryterium wyboru oferty, każdorazowo w wysokości **0,5%** wynagrodzenia netto danego pakietu – dotyczy dodatkowo pakietu nr 18, 19, 21, 22, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto danego pakietu.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.02.2020 r. (cz. II)**Pakiet nr 18**

22. Czy Zamawiający wymaga 200 szt. czy też 200 kpl.? Najmniejsze opakowanie = 2 sztuki, czyli 1 komplet.

Odpowiedź: Zamawiający zamawia 40 kompletów (1 kpl. = 2 sztuki). Formularz cenowy został odpowiednio zmodyfikowany w zakresie jednostki miary – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pakiet nr 21

23. Czy Zamawiający wymaga 200 szt. czy też 200 kpl.? Najmniejsze opakowanie = 2 sztuki, czyli 1 komplet.

Odpowiedź: Zamawiający zamawia 200 kompletów (1 kpl. = 2 sztuki). Formularz cenowy został odpowiednio zmodyfikowany w zakresie jednostki miary – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.02.2020 r. (cz. I)

PYTANIE 1 DOT. PAKIETU NR 26

24. Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną do elektrokoagulacji o powierzchni przewodzenia 103cm², o powierzchni całkowitej 168cm², o wymiarach 164x117mm, pakowane po 100sztuk w opakowaniu zbiorczym, pozostałe parametry bez zmian? Prosimy również o doprecyzowanie czy na pewno zamawiający wymaga ilość 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający potwierdza zamawianą ilość 100 sztuk.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.02.2020 r. (cz. II)

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy używania programatora, której wzór przesyłamy w załączeniu? Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wszczepialnych składamy zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaakceptowanie wzoru umowy używania, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania? Umowa gwarantuje serwis, naprawę w ramach obowiązującej umowy przetargowej oraz określa zasady używania sprzętu oraz wynika z obowiązków według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, j.t.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- a) W rozdziale XVII. Wzór umowy punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 4 (**umowa podstawowa**) **oraz dodatkowo w odniesieniu do pakietu nr 45 i 47 oraz, o ile dotyczy pakietów nr: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której postanowienia określają udostępnianie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych, która stanowi załącznik nr 6.**”
- b) W załączniku nr 1 – Formularz oferty w punkcie 3 dodaje się zdanie drugie o treści:
„Oświadczamy, że w odniesieniu do użyczanych programatorów będą przetwarzane dane osobowe i tym samym zobowiązujemy się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 6 do SIWZ):
* TAK
* NIE

**niewłaściwe skreślić*”
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Formularz oferty – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
- c) W Załączniku nr 4 – wzór umowy - tytuł o treści „§ 10 Poufność danych - dotyczy pakietu 45 i 47 (§ 10 w poniższym brzmieniu zostanie wprowadzony do umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie dostawa towaru wraz z dzierżawą z pakietu nr 45, 47)” **otrzymuje następujące brzmienie** „§ 10 Poufność danych - dotyczy pakietu 45 i 47 oraz, o ile dotyczy pakietów nr: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 (§ 10 w poniższym brzmieniu zostanie wprowadzony do umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie dostawa towaru wraz z dzierżawą z pakietu nr 45, 47 oraz, o ile dotyczy dostawa towaru wraz z użyczeniem z pakietów nr: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17)”
- d) W załączniku nr 6 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „**DOTYCZY PAKIETU NR 45 I 47 ORAZ, O ILE DOTYCZY PAKIETÓW NR: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY)**”.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r.

26. Dotyczy pakietu 7: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, z czego ma się składać zestaw, lub czy jednostką miary powinna być sztuka?


Odpowiedź: Jednostką miary jest 1 sztuka = 1 urządzenie. Formularz cenowy został odpowiednio zmodyfikowany w zakresie jednostki miary – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

27. Dotyczy pakietu 20: Prosimy o doprecyzowanie, czy cena uwzględnia urządzenie do telemonitoringu, czy wyłącznie IRL?

Odpowiedź: Cena razem z urządzeniem do telemonitoringu.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SIWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW

mgr Anna Pietrzyk