

Tarnów, dnia 27.03.2020r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIU**

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. *MGB* /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Pakiet 108 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych w rozmiarze 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet 108 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych w rozmiarze 34-43 cm ? Reszta bez zmian.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3 Pakiet 108 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy zamawiającego o wyjaśnienie sformułowania mieszany. Czy chodzi o różne konektory ?

Odp. Tak chodzi o dwa różne konektory.

Pytanie 4 Pakiet 108 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy zamawiającego o wyjaśnienie sformułowania mieszany. Czy chodzi o różne konektory ?

Odp. Tak chodzi o dwa różne konektory.

Pytanie 5 Pakiet 108 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w opisie możliwości czyszczenia mankieta. Powody: 1. Mankiet jest jednorazowy (jednopacjentowy) nie powinien ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa wykorzystywany być wielokrotnie. 2. Fliselina ze względu na swoją strukturę i właściwości nie nadaje się do czyszczenia. 3. Żaden producent mankietów nie jest w stanie obliczyć ilości czyszczeń jak to jest opisane w specyfikacji (min. 15 czyszczeń).

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6 Pakiet 108 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w opisie możliwości czyszczenia mankietu. Powody: 1. Mankiet jest jednorazowy (jednopacjentowy) nie powinien ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa wykorzystywany być wielokrotnie. 2. Fliselina ze względu na swoją strukturę i właściwości nie nadaje się do czyszczenia. 3. Żaden producent mankietów nie jest w stanie obliczyć ilości czyszczeń jak to jest opisane w specyfikacji (min. 15 czyszczeń).

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp.: Zamawiający, zgodnie z opinią uzp dopuści, oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

h