



LAS-91/1-TP/41-2023.AN

Rybnik, dnia 04.07.2023 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE 1

W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:

dostawy wyrobów medycznych urologicznych

(zamówienie nr **LAS-91-TP/41-2023.AN**)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.06.2023 r., nr 2023/BZP 00276459

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „(pakiet nr 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskopy, które były używane w szpitalu w przeszłości o parametrach podanych poniżej:

*W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym
Maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2 Fr.*

Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr

Kąt widzenia 90 stopni

Długość robocza 650 mm ±5%

Kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270° dół,

Źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS Kamera wbudowana w końcówkę URS

Ostrość obrazu ustawiana automatycznie

Dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego

Trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu.

Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylne bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami

Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty.

Przenośna konsola umożliwiająca podłączenie się do dowolnego monitora posiadanego przez Zamawiającego.

Konsola z możliwością ustawienia balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, regulację zoom cyfrowego

Konsola z wyjściem USB umożliwiającym zapis obrazów oraz video na nośniku usb.

Konsola wyposażona w wyjście VGA, SDI, DVI oraz kabel przejściowy DVI na HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego.

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Konsola współpracuje także z jednorazowym giętkim endoskopem dla pacjentów o wąskim moczowodzie, o maksymalnej średnicy części roboczej 7.5 Fr i kanałem roboczo-irygacyjny min. 3.6 Fr”

Odpowiedź 1:Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 2: „**Pakiet 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu używanego w przypadkach zewnątrzpochodnej obstrukcji moczowodu o składzie: cewnik DJ wykonany z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan z dodatkowym wzmocnieniem w postaci poliamidowej siateczki, z pamięcią kształtu, stent na kompresje zewnętrzną, bez otworów w części prostej, w rozmiarach CH7 lub CH8 - do wyboru przez Zamawiającego, przewodnica 0.035" dł. 150cm z nitinolowym rdzeniem hydrofilna na całej długości, popychacz sterowalny 40cm. Cewnik otwarty-otwarty długości 26 cm; 28 cm; 30 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny.

Odpowiedź 2:Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 3: „**Pakiet 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ureterorenoskopu cyfrowego ze średnicą zewnętrzną części roboczej endoskopu 8,6 Fr, o głębi ostrości 2-50 mm, ze źródłem światła LED z automatycznym doborem natężenia. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odpowiedź 3:Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert wyznaczony **do dnia 07.07.2023 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.