



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52/354-55-87: 52/354-56-26: centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 04.06.2020r

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

EZP 224/2020

dot. przetargu nieograniczonego nr D-23/2020 na Dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Dot. wydzielonego pakietu 4A:

Czy Zamawiający w wydzielonym pakiecie 4A dopuści zaoferowanie:

Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotną, samogwintującą. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 2

dot. wydzielonego pakietu 4A:

Czy w kolumnie 5 nie nastąpiła omyłka pisarska i w miejsce wyliczeń wartości pakietu w kolumnie 5 "cena netto" nie powinno być "cena brutto"?

Odpowiedź:

Tak, doszło do omyłki – w kolumnie 5 powinno być „cena brutto”. Dotyczy to plików Pakiet 4 oraz Pakiet 4A.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz