



Znak sprawy: ZP/52/PN/2023

Zabrze, 30.10.2023r.

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDZI NR 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 20

Czy w ww. pakiecie chodzi o opaski do identyfikacji pacjentów w kasetkach, które drukują się na drukarkach opasek Zebra HC100 lub Zebra ZD510?

Opaski dla noworodków białe Z-Band NewbornSoft 19mm x 195mm (260 opasek w kasetce) P/N: 10031289K

Opaski dla dzieci białe Z-Band Direct 25mm x 178mm (300 opasek w kasetce) P/N: 10006999K

Opaski dla dorosłych białe Z-Band Direct 25mm x 279mm (200 opasek w kasetce) P/N: 10006995K

Opaski dla dzieci białe Z-Band UltraSoft 25mm x 178mm (250 opasek w kasetce) P/N: 10015357K

Opaski dla dorosłych białe Z-Band UltraSoft 25mm x 279mm (175 opasek w kasetce) P/N: 10015355K

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opaski identyfikacyjne dla noworodków, dzieci i dorosłych mają być:

- wykonane z wytrzymałego materiału,
- wyposażone w okienko na dane identyfikacyjne pacjenta,
- zapis danych na kartoniku wsuwanym do opaski
- mocne, bezpieczne, jednorazowe zapięcie

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 42 poz. 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżki metalowe z podstawą z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację „zielonego” standardu ISO 7376-3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 42 poz. 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga łyżek standardowych (nie światłowodowych) współpracujących z rękojeściami standardowymi (bez zielonej obwódki) w standardzie ISO 7376-1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga łyżek pasujących do rękojeści standardowej światłowodowej.



Pytanie nr 4 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: poz. 1 Large – powyżej 34 cm poz. 2 Small – 26- 34 cm poz. 3 Micro – poniżej 26 cm, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularów na przenikanie fal świetlnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wkłęcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 49 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV być wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 49

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii zapewniające całkowitą ochronę przed światłem i chroniące przed szkodliwym działaniem światła lampy do fototerapii z zakresem nieprzenikania fal świetlnych potwierdzonym oświadczeniem od Producenta? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1,2, 3, sterylne smoczki do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych, donoszonych i niemowląt w kształcie anatomicznym i stożkowym, szybkość przepływu sygnowana kolorem nakrętki, wykonane z ekologicznego lateksu i silikonu. Oferowane sterylne smoczki posiadają wszystkie wymagane litera prawa deklaracje i certyfikaty o dopuszczeniu do podaży pokarmów w oddziałach neonatologii i pediatrii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 44

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę ilości zamawianych czujników na wielokrotność liczby 5. Tak pakowane zestawy umożliwiają zaoferowanie niższej ceny w porównaniu z opakowaniami pojedynczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz Modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 11 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody biernej niedzielonej o powierzchni 36cm².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 32 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu zamiast sterylizacji radiacyjnej. Tlenek etylenu to powszechna metoda sterylizacji rękawic lateksowych. Podstawowe normy definiujące rękawice jako wyrób medyczny, tj. EN 455 - nie wskazują na metodę sterylizacji. Tlenek etylenu ma istotną przewagę nad promieniami gamma, bowiem trwałość takiej rękawicy będzie większa - promieniowanie wpływa na strukturę i żywotność materiału. Cały proces walidacji i rutynowej kontroli dot. sterylizacji tlenkiem etylenu opisuje m.in. norma 11135:2014/A1:2019. Oferowane przez nas rękawice spełniają to kryterium *co świadczy o najwyższej jakości potwierdzonej badaniem wg międzynarodowego standardu.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 32 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych zgodnych z normą EN ISO 21420:2020 zamiast normy EN 420. Norma EN ISO 21420:2020 zastąpiła w marcu 2020 r. normę EN 420.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 16 dot. §4 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie zapisu: do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Czy Zamawiający oczekuje kilku miejsc dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż towar ma być dostarczony do magazynu Szpitala znajdującego się w piwnicy budynku nr 4.

Pytanie nr 17 dot. §4 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie zapisu rozładunku. Czy Zamawiający wymaga np. roznoszenia towaru po oddziałach szpitalnych czy też np. rozkładania towaru na półki? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia towaru paczkami czy też dopuszcza palety? Prosimy o podanie miejsca i lokalizacji rozładunku towaru (miejsce, kondygnacja...)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż towar ma być dostarczony do magazynu Szpitala znajdującego się w piwnicy budynku nr 4 bez dostępu do windy. Lokalizacja uniemożliwia wjazd wózkami widłowymi. Dostarczony towar ma zostać rozładowany w wyznaczonym pomieszczeniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dot. §5 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 5 ust. 3.. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 19 dot. §7 ust. 2 lit e) wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za rozwiązanie umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2e projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w par. 3 ust. 2 ” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie .20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 35 poz. 1, 2, 3, 4

Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach, prosimy o dopuszczenie: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego, trwale złączony z pokrywą, co zabezpiecza przed przypadkowym rozszczelnieniem, gdy króciec jest obrotowy. Wyposażone

są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wyposażone w szeroki port do pobierania próbek lub wkładania szaszetek żelujących, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości; zawór do szybkiego odcięcia próżni, montowany na drenie. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml, 2000 ml, 3000ml. Kanistry(okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych, ze skalą pomiarową. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, opartego na opatentowanej, antybakteryjnej technologii produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadanie nr 35 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia także kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; rozwarcie łyżeczek 5,0mm, polietylenowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 63 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 8 mm, polietylenowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części prowadzanej do endoskopu 2,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 63 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki o gładkich krawędziach, polietylenowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,00 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 63 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętla z siatką chwytającą; do wyciągania ciał obcych; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 16 podkładu z perforacją co 37cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 14 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 100 sztuk i w związku z tym zakup wielokrotności tej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 200 sztuk i w związku z tym zakup wielokrotności tej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 14 nie ma pozycji nr 4.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 100 sztuk i w związku z tym zakup wielokrotności tej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 14 nie ma pozycji nr 5.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza nadruk z podziałką na butelce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza nadruk z podziałką na butelce.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza nakrętki na butelki do smoczków w komplecie ze smoczkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 40 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtra o skuteczności filtracji 99,9999 (bakterie) oraz 99,999 (wirusy), przebadanego względem takich patogenów, jak HCV , HIV i Mycobacterium tuberculosis , a także pod kątem skuteczności filtracyjnej względem alergenów lateksu naturalnego i białek prionowych, objętość filtra 42 ml (zamiast 35 ml), waga 24 g (zamiast 26 g) o mniejszym oporze 2,7 cmH₂O przy 60l/min (wymagany 3,6 cm, H₂O/60L/min). Proponowane filtry oznaczone są znakiem CE na zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej MDD 93/42/ EEC i wytwarzane są w zakładzie, w którym wdrożono system utrzymania jakości zgodny z między narodowymi wymogami jakości zarządzania i normami zapewnienia jakości ISO 13485 i MDD 93/42/EEC. Zakłady produkcyjne podlegają regularnym inspekcjom prowadzonym przez amerykańską FDA (na zgodność z US GMP) oraz TÜV Product Service, występującym zarówno jako Jednostka Notyfikowana MDD nr 0123 oraz Jednostka Certyfikująca System Jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 40 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtra o skuteczności 99,9999%, o objętości 96 ml (zamiast 85ml), waga 49g (zamiast 47g), opór 2,5 ml H₂O przy 60l.min (zamiast 2 cm, H₂O/60L/min) o utracie wilgoci 6 mg H₂O przy VT500 ml, na 24 godziny. Proponowane filtry oznaczone są znakiem CE na zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej MDD 93/42/ EEC i wytwarzane są w zakładzie, w którym wdrożono system utrzymania jakości zgodny z międzynarodowymi wymogami jakości zarządzania i normami zapewnienia jakości ISO 13485 i MDD 93/42/EEC. Zakłady produkcyjne podlegają regularnym inspekcjom prowadzonym przez amerykańską FDA (na zgodność z US GMP) oraz TÜV Product Service, występującym zarówno jako Jednostka Notyfikowana MDD nr 0123 oraz Jednostka Certyfikująca System Jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 40 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości 92 ml (zamiast 90 ml) oraz skuteczności filtracji 99,9999%, pozostałe parametry b/z. Proponowane filtry oznaczone są znakiem CE na zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej MDD 93/42/ EEC i wytwarzane są w zakładzie, w którym wdrożono system utrzymania jakości zgodny z międzynarodowymi wymogami jakości zarządzania i normami zapewnienia jakości ISO 13485 i MDD 93/42/EEC. Zakłady produkcyjne podlegają regularnym inspekcjom prowadzonym przez amerykańską FDA (na zgodność z US GMP) oraz TÜV Product Service, występującym zarówno jako Jednostka Notyfikowana MDD nr 0123 oraz Jednostka Certyfikująca System Jakości.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 28

Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN ISO 21420:2020, która zastąpiła normę EN 420. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 32

Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN ISO 21420:2020, która zastąpiła normę EN 420. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 32 oraz pkt 9.1 lit. c) SWZ

Czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności rękawic z wymaganymi normami dopuści certyfikat jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności producenta lub kartę techniczną producenta z kraju pochodzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 46 poz. 1

Prowadnica sztywna Lunderquist:

- Pokryta teflonem,
- Zakończenie prowadnicy zagięte 1,5/3,0 mm
- Długość 80 cm, średnica 0,035"
- Produkt sterylny, pakowany folia/papier

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 39 dot. zadania 46 poz. 2

Łącznik Luer-lock męski z lejkiem o dł. 10 lub 20 cm.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 46 poz. 3

Cewnik urologiczny trójdrożny silikonowy 100% typu Dufour o dł. 41 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 41 dot. §5 ust. 1 wzoru umowy

W związku z zawartym w § 5 ust. 1 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszenia zakresu zamówienia o 90% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy oraz zawartym w § 5 ust. 2 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy (jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2) o 99% oraz mając na uwadze fakt, że Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres przedmiotu zamówienia, wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy minimalnej wartości lub wielkości świadczenia Wykonawcy. W świetle art. 433 pkt 4 PZP zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu zamówienia, o ile określi w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny minimalną wartość lub wielkość świadczenia oraz związanego z tym gwarantowanego poziomu wynagrodzenia umownego (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Projekt umowy w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia i ilości przedmiotu umowy odpowiednio aż o 90% oraz 99% i nie określa minimalnej wartości zamówienia lub wielkości świadczenia Wykonawcy, zatem wymaga doprecyzowania w tym zakresie. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że zastrzeżenie prawa nieograniczonej ingerencji (a do takiej sprowadzają wprowadzone w tym wypadku odsetki 90% i 99%) w ilość zamawianych dostaw poprzez ich zmniejszenie na etapie realizacji umowy to niedopuszczalny brak pewności po stronie wykonawcy co do jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty (wyr. KIO z 2.1.2017 r. KIO 2346/16). Także w piśmiennictwie podkreśla się, że „postanowienia projektowanej umowy muszą wskazywać minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron, poniżej których zamawiający nie będzie mógł dokonywać zmiany. Zatem minimalna wartość lub wielkość

świadczenia stron musi zostać podana wykonawcom” (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 42 dot. §7 ust. 2 lit. a) i b) wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie kar w § 7 ust. 2 lit. a i b na: a) w wysokości 10,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3; b) w wysokości 10,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 43 dot. §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 2 lit. c) projektu umowy wysokości kary umownej z 1 000,00 zł na 100,00 zł – wskazana kara nie jest wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 44 dot. §7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Wnosimy o zmianę sposobu wyliczenia określonej w § 7 ust. 2 lit. d) kary umownej za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 umowy tj. brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym określonej jako „0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2” poprzez odniesienie jej do wartości aktualnej dostawy, której ma dotyczyć powiadomienie wskazane w § 4 ust. 5 umowy, a nie całości wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z orzecznictwem pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę, a naliczaną karą umowną musi występować bezpośredni związek. Naliczanie kary umownej od wartości całego kontraktu, w sytuacji, gdy opóźnienie dotyczy braku powiadomienia o konkretnej dostawie w dniu jej poprzedzającym jest nieadekwatne i może prowadzić do wątpliwości, czy naliczana kara umowna nie jest wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 45 dot. §7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 2 lit. e) projektu umowy wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% do 10% jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana. Uzasadnienie dla pytania, jak wskazane powyżej w pkt 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 46 dot. §7 ust. 6 wzoru umowy

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 6 projektu umowy łącznej wysokości kar umownych wynikających z umowy z „30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” do „17 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana. Kara będąca surogatem odszkodowania powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej (por. wyrok KIO z dnia 28 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2574/18). W orzecznictwie uznaje się, że już 20% wynagrodzenia umownego może być karą rażąco wygórowaną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r., II CSKP 59/22, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2022 r., I AGa 205/21), w związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie wysokości określonej w projekcie umowy kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 47 dot. §7 ust. 2 lit. a) – e) wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2 pkt. a-e:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części przedmiotu umowy;**

b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100) z każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy;**

- c) w wysokości **500,00** zł (słownie: **pięćset złotych** 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d) w wysokości 0,1% **wartości** brutto **planowanej dostawy** za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości 10% **niezrealizowanej części**, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 6 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6, Pozycji 4, igły 20 G o dł. 38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 6 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 6, Pozycji 6, igły 22 G o dł. 38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 6 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 6, Pozycji 7, igły 22 G o dł. 70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 63 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu 8,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 63 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie siatki nylonowej 20 mm/ 160 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza podkład włókninowy w rozmiarze 50cm/50m , perforacja 80cm-100cm, jako wyrób medyczny, vat 8%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający może określić jakie ilości z jakiego rozmiaru będzie potrzebował?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić jakie ilości z danego rozmiaru będzie potrzebował.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski z dyszą Venturiego w rozmiarze M i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści „wąsy tlenowe” tylko dla dorosłych (rozmiar L)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 42 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści łyżki półmetalowe, tj. metalowa łyżka i plastikowa stopka (zgodnie z zielonym systemem)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza łyżkę półmetalową odpowiednią do trzonka typu standard oraz do trzonka typu zielona seria.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie podkładu na rolce wykonanego z 2-warstwowej, celulozy w kolorze białym z perforacją co 33-34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rolkę o szerokości 50cm z nawinięciem na rolce na 80m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie z jakiego surowca mają być wykonane podkłady nieskładane w rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podkłady nieskładane w rolce mają być:

- włókninowe,
- flizelinowe,
- celuloza + folia.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 22

Czy Zamawiający w **Zadaniu 22** oczekuje, aby zestaw był wyposażony w cewnik o kształcie prostym (nie z zawiniętą końcówką).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 22

Czy Zamawiający w **Zadaniu 22** oczekuje, aby zestaw był dostępny w co najmniej 2 rozmiarach cewnika (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 22

Czy Zamawiający w **Zadaniu 22** oczekuje, aby zestaw był wyposażony w worek zbiorczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11, pkt 3, Elektroda bierna neonatologiczna jednorazowa dzielona o powierzchni 33cm². Elektroda dzielona jest bezpieczniejsza niż niedzielona, gdyż możemy kontrolować poziom przylegania elektrody do pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Regulowany hydraulicznie sztuczny zwieracz cewki moczowej do leczenia przewlekłego nietrzymania moczu u mężczyzn (AUS). Jest to system całkowicie jednorazowy, sterylny, fabrycznie połączony i gotowy do implementacji składający się z następujących elementów:

- a) mankietu cewki w pięciu rozmiarach: 3,7 cm, 4 cm, 4,5 cm, 5 cm i 5,5 cm aby jak najlepiej dopasować się do anatomii pacjenta i uniemożliwić powstawanie nadżerek;
- b) pompy kontrolnej z samouszczelniającym portem umieszczonej w worku mosznowym, która pozwala na nieograniczoną i łatwą regulację ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej (ambulatoryjnie);
- c) jednego balonu regulującego ciśnienie zwieracza;
- d) akcesoriów potrzebnych przy implantacji zwieracza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 39 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra infuzyjnego neonatologicznego dla wcześniaków i noworodków, wyposażony w zatraskowy zacisk za filtrem oraz samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 0,2µm, eliminuje cząstki nieorganiczne, bakterie,

endotoksyny i grzyby, przepływ powyżej 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,5cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 39 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra do żywienia neonatologicznego dla wcześniaków i noworodków, wyposażony w zatrzaskowy zacisk za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 1,2µm , eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby, przepływ powyżej 10ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,5cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 39 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra do żywienia pozajelitowego, o zwiększonej powierzchni filtracji, wyposażony w dren i samoodpowietrzacz, powierzchnia filtrowania 10cm², objętość wypełnienia 2,4ml, sterylizowany tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 39 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra do żywienia neonatologicznego dla wcześniaków i noworodków, wyposażony w zatrzaskowy zacisk za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, łatwy do umocowania, membrana 1,2µm , eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby, przepływ powyżej 10ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,5cm², nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 39 poz. 5

Filtr do wody, wyposażony w szybkozłączkę, łatwy do umocowania, o progu filtracji wody 0,1 µm nominalnie 0,2 µm całkowicie, eliminuje bakterie Legionellaspp, niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 16

Prosimy o doprecyzowanie z czego mają być wykonane podkłady (celuloza , celuloza + folia, włóknina)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podkłady mają być:

- włókninowe,
- flizelinowe,
- celuloza + folia.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający będzie potrzebował podkładów różnej szerokości, część szer. 50cm, a częściowo aż do 80cm? Informacja ta jest niezbędna w wycenie produktów, rozbieżność w cenach podkładów o szerokości 50 cm i 80cm wynosi nawet 100%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wystarczy rozmiar podkładów o szerokości 50 cm. Ponadto Zamawiający dopuszcza również podkład szerszy do 80 cm. Perforacja podkładów min. co 50 cm.

Pytanie nr 73 dot. zadania nr 16

Prosimy o dopuszczenie podkładów o standardowej perforacji 38cm, jeżeli jest to możliwe. Wielu producentów zrezygnowało z innych perforacji. W procesie technologicznym produkcji podkładów czas wykonania rolek liczy się w sekundach, skalowanie i wymiana części do zmiany parametrów zajmuje zbyt wiele godzin produkcyjnych, co wiąże się z brakiem do przyjmowania zamówień o innych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 74 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 75 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz Modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 76 dot. zadania nr 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody 107cm² przeznaczonej do stosowania u pacjentów dorosłych oraz u pacjentów pediatrycznych o wadze powyżej 5 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 77 dot. zadania nr 11 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej 33 cm².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 78 dot. zadania nr 49

Czy w celu zapewnienia najwyższej skuteczności fototerapii i najwyższego bezpieczeństwa u najmniejszych pacjentów zamawiający wymaga okularków zapewniających 99,9% ochronę oczu przeciwko promieniom UV, co potwierdzają niezależne badania i dokumenty od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 49

Czy w celu ułatwienia pracy na oddziale oraz prewencji incydentów medycznych zamawiający oczekuje okularków z dodatkowym kolorowym identyfikatorem rozmiaru w formie dodatkowych naklejek na opakowaniu nie na materiale: noworodki - kolor turkusowy, Wcześniaki - kolor zielony, mikro-kolor granatowy? Jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 80 dot. §7 ust 2 pkt a oraz b wzoru umowy

Prosimy o modyfikację **§7 ust 2 pkt a oraz b** projektu umowy na:

„a) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

b) w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 49

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy

w fototerapii;

- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, 1000g) i wielkości główki noworodka.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 49

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, natomiast skrzydełka rurki znakowane średnicą wewnętrzną oraz zewnętrzną rurki?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 84 dot. zadania nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 85 dot. zadania nr 6 poz. 7

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 86 dot. zadania nr 6 poz. 8

Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 87 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści jednorazowe maski dla dzieci i dorosłych wykonane z medycznego PCV do natleniania ze zwężkami Venturiego i drenem o długości 2,1m, dostępne w rozmiarach S, M, L oraz XL?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 88 dot. zadania nr 29 poz. 1

Czy zamawiający wymaga rurek Guedel z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 89 dot. zadania nr 40 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przewidywana pojemność: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania: 24h



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 90 dot. zadania nr 40 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przewidywana pojemność: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania: 24h




Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 40 poz. 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania: 24h




Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 40 poz. 3

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- Możliwość stosowania: 24h



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 40 poz. 4

Czy zamawiający dopuści filtr mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 42 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający opisując, iż łyżki mają być kompatybilne z trzonkiem typu standard, ma na myśli łyżki żarówkowe?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż chodzi o typ trzonka.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 49 poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści jednoczęściowe okulary do fototerapii wykonane z delikatnego i niepowodującego podrażnień materiału (welur, pianka poliuretanowa i bawełna), z wygodnym zapięciem na rzepy, co pozwala na szybkie i wygodne założenie oraz możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, możliwość dostosowania rozmiaru, bezłateksowej, zapewniającej maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, występujące w 3 rozmiarach: S 20-31cm; M 25-35cm oraz L 30-40cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje 40 sztuk elektrod czy 40 kompletów pakowanych po 2 sztuki?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje 40 sztuk elektrod.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 64 poz. 1

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami gładkimi wewnątrznie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy SWZ.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 64 poz. 1

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy bez kapturka zabezpieczającego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy SWZ.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 66 poz. 1

Czy zamawiający dopuści ustnik wykonany z polietylenu?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 25 poz. 4, 5, 8

Czy Zamawiający **wymaga**, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemnościach, 5L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 25

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający **wymaga** aby oznakowanie pojemników na odpady medyczne było zgodne z **§6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi**, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
- 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
- 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
- 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;

5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);

6) datę i godzinę zamknięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 25

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający **wymaga** aby pojemniki na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o rozwarciu 7 mm zamiast 5mm, polietylenowa, hydrofilna ostonka? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 63 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o rozwarciu 7,5 mm zamiast 6,5mm, polietylenowa, hydrofilna ostonka? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 63 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do usuwania polipów i ciał obcych (pętla z siatką chwytającą) jednorazowe, owalne. Zakres otwarcia pętli do wyboru zamawiającego 30x60 mm oraz wersja powiększona 40x60mm, Średnica narzędzia 2,6mm, długość robocza 2300mm, pasująca do kanatu roboczego 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maski jednorazowe, które są wykonane z medycznego PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 26 poz. 1,2

Czy zamawiający wymaga przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz płynów infuzyjnych z logo identyfikującym na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 37 poz. 1

Czy zamawiający dopuści:

Zawór bezigłowy z portem i drenami do wkłuć

Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml

Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm

Długość całego zestawu około 9,5 cm

Szybkość przepływu 143 ml/min

Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych)

Kompatybilny z MRI

Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku

Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu

Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew

Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi

zestawami
Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 37 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do i z worków oraz butelek
- Pomaga zachować sterylność leku w butelce lub worku
- Czas użytkowania do 7 dni
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję
- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.
- Pakowane po 100 sztuk

Objętość zaworu	wypełnienia	Objętość zaworu i kolca	wypełnienia
0,085 ml		0,55 ml	

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 111 dot. zadania nr 37 poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

FlowArt zawór (łącznik) do fiolek został zaprojektowany aby zmniejszyć użycie igieł w celu zapobiegania przypadkowym zakłuciom podczas pobierania leków z fiolek.

- Zmniejsza ryzyko przypadkowych zakłuc (ochrona personelu i pacjentów)
- Redukuje czas pracy, ilość zużywanego asortymentu, a tym samym odpadów medycznych
- Pomaga zredukować kosztowne przepiętnie fiolek
- Posiada dezynfekowalny bezigłowy zawór FlowArt kompatybilny z końcówkami Luer wykonanymi zgodnie z normą ISO 80369-7
- Zawór posiada podzielną, silikonową, przezierną membranę
- Zawór pozwala na wymianę płynów podczas podłączenia do strzykawki Luer lub Luer lock i wszystkimi standardowymi zestawami IV posiadającymi złącze Luer Lock
- Odporny na działanie lipidów, chemioterapeutyków
- Wszystkie użyte do produkcji materiały spełniają wymogi normy ISO 10993
- ASSET MEDICAL DESIGN INC. posiada certyfikaty ISO 9001-2008 i ISO 13485:2012
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Liczba aktywacji nawet do 600 razy
- Może być stosowany przez 7 dni

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 112 dot. zadania nr 37 poz. 5

Czy zamawiający dopuści koreczek typu Combi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 113 dot. zadania nr 37 poz. 7

Czy zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny posiadał indentyfikator optyczny i wyczuwalny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 114 dot. zadania nr 37 poz. 11, 12

Czy zamawiający wymaga aby pokrętła posiadała różnokolorowe pokrętła?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 115 dot. zadania nr 37 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rampę pięciostrożną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 116 dot. zadania nr 37 poz. 13

Czy zamawiający dopuści:

Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznie Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 117 dot. zadania nr 37 poz. 14

Czy zamawiający dopuści przyrząd, który:

Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do i z worków oraz butelek

•Pomaga zachować sterylność leku w butelce lub worku

•Czas użytkowania do 7 dni

•Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych

•Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego

•Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję

•Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.

•Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.

•Pakowane po 100 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 118 dot. zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową dzieloną o powierzchni 73cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 119 dot. zadania nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową niedzielną o powierzchni 32cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 120 dot. zadania nr 51 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,2 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-tępy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,2 mm l-310mm ostro – tępy.

Pytanie nr 121 dot. zadania nr 51 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,4 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-tępy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,4 mm l-310mm ostro – tępy.

Pytanie nr 122 dot. zadania nr 51 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,5 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-tępy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,5 mm l-310mm ostro – tępy.

Pytanie nr 123 dot. zadania nr 51 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,6 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-
tępy?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,6 mm l-310mm ostro –
tępy.**

Pytanie nr 124 dot. zadania nr 51 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,8 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-
tępy?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 1,8 mm l-310mm ostro –
tępy.**

Pytanie nr 125 dot. zadania nr 51 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,0 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-
tępy?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,0 mm l-310mm ostro –
tępy.**

Pytanie nr 126 dot. zadania nr 51 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga Drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,2 mm l-310mm ostro- ostry czy ostro-
tępy?

Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza drut Kirschnera z ostrzem typu trokar fi 2,2 mm l-310mm ostro
– tępy.**

Pytanie nr 127 dot. §3 wzoru umowy

§3 punkt 5.3: Czy Zamawiający dopuści następującą zmianę w zakresie zapisu: „o ile średnia arytmetyczna
ze wskaźnika przekroczy 5%.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 128 dot. §7 ust. 2 lit. a-c wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za dzień zwłoki w wykonaniu umowy
do 0,1 % wartości niezrealizowanej części umowy netto oraz usunięcie postanowień dot. odmowy
rozładunku?

Ustalenie wielkości kar umownych na obecnym poziomie – 100 zł za dzień zwłoki, oraz 1000 zł za odmowę
rozładunku, jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i ewentualnego naruszenia zobowiązania
wykonawcy, a także, przekracza granice dopuszczanej swobody umów oraz w warunkach nadużycia prawa
podmiotowego do samodzielnego kształtowania warunków umowy przez Zamawiającego. Kara umowna
stanowi dla wierzyciela zamiennik odszkodowania. Umożliwia mu uzyskanie rekompensaty pieniężnej na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, ale
powinna być adekwatna do ewentualnego naruszenia zobowiązania. Wysokość kar umownych nie powinna
prowadzić do zarobkowania po stronie zamawiającego na realizacji umowy. Ustalenie limitu kar umownych
na aktualnym poziomie jawi się jako nieuzasadnione i prowadzi do przewagi kontraktowej zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 129 dot. wzoru umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę za naliczenie kar umownych od wartości netto wynagrodzenia należnemu
wykonawcy? Z uwagi na to, że wynagrodzenie brutto zawiera w sobie należy podatek VAT, naliczenie kary
umownej powinno być oparte na art. 32 pzp. Przepis ten wskazuje na podstawę oznaczania wartości
zamówienia, od której zależy, czy zamówienia należy udzielić zgodnie z przepisami pzp. Zgodnie z tym
przepisem podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 130 dot. §10 wzoru umowy

Dot. § 10 projektu umowy. Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy następujące postanowienia: „W przypadku wstrzymania produkcji asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym albo wycofania go z obrotu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy albo w przypadku czasowej niedostępności produktu w obrocie na terytorium RP lub wygaśnięcia świadectwa rejestracji dopuszczenia do obrotu na terenie RP, o których to zdarzeniach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, Strony dopuszczają dostawę zamienników o nie gorszych parametrach od tych zaoferowanych w ofercie, występujących pod inną nazwą handlową, jeżeli zostanie zachowana przetargowa cena netto. Przy braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę zamiennika w sytuacjach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego towaru z umowy przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia o wartość asortymentu wyłączonego z umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 131 dot. §3 ust. 4a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 132 dot. §3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 133 dot. §4 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 134 dot. §4 ust. 12 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym, krótszego terminu ważności niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 135 dot. §4 ust. 15 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie **do dni roboczych** rozpatrzy reklamację i po uznaniu reklamacji za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 136 dot. §5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zamówienia o 30% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 137 dot. §5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, a co za tym idzie jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy o 50% w przypadku:...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 138 dot. §5 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia zakresu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 139 dot. §7 ust. 2a i 2b wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 100,00 zł na 50,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 140 dot. §7 ust. 2c wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 000,00 zł na 100,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 141 dot. §7 ust. 2e wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla danego pakietu w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 142 dot. §7 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowych w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, którymi są w szczególności:...”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 143 dot. §12 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 144 dot. zadania nr 52

Prosimy o dopuszczenie używanych już w Szpitalu igieł do biopsji transbronchialnej z plastikowym portem na końcówce rękojeści, z metalową osłonką, która zapewnia sprężystość narzędzia, długość robocza narzędzia 120 cm, średnica osłonki 1,9 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ (strzykawką podciśnieniową 20 ml, blokada igły w rękojeści, średnica ostrza 21G, dł. igły 15 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 145 dot. zadania nr 63 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki do standardowej biopsji; rozwarcie łyżeczek 5,1 mm, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 146 dot. zadania nr 63 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki do standardowej biopsji o jednostopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, rozwarcie łyżeczek 6,9 mm, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 147 dot. zadania nr 63 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki do standardowej biopsji o jednostopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 148 dot. zadania nr 65 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie używanych już w Szpitalu szczotek o uniwersalnej średnicy włosa 2 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 149 dot. zadania nr 65 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie używanych już w Szpitalu szczotek o dł. roboczej 1300 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 150 dot. zadania nr 16

Czy zamawiający oczekuje/dopuszcza podkład nieprzemakalny papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podkłady mają być:

- włókninowe,
- flizelinowe,
- celuloza + folia.

Pytanie nr 151 dot. zadania nr 16

Czy zamawiający oczekuje podkład celulozowy?

W przypadku podkładu celulozowego – dwuwarstwowego czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm lub czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści wycenę za rolkę z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostajemy przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 152 dot. zadania nr 16

W przypadku dopuszczenia podkładu pod oliwanego czy zamawiający dopuści podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 60 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, 100 szt. odcinków na rolce, celuloza o gramaturze 24 g/m², folia o grubości 15 +/- 2 µm i wycenę za rolkę z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 153 dot. zadania nr 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 154 dot. zadania nr 26 poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 155 dot. zadania nr 26 poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 156 dot. zadania nr 26 poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 157 dot. zadania nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 158 dot. zadania nr 26 poz. 2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 159 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez wbudowanego przewodu do odsysania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 160 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z numerem LOT na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 161 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurki tracheostomijnej opaska składającą się z dwóch części wykonana z delikatnej, hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym, na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem, umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany na elastycznej białej gumce, co umożliwi dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, wymiary 43cm x 2,5 cm, hipoaergiczna, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 162 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do mocowania rurek tracheostomijnych za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 163 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia o opisanych przez Zamawiającego parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 164 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy dostępny w rozmiarach od CH6 do CH10 o dł. 800mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 165 dot. zadania nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć podpajęczynówkowych 20G/75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 166 dot. zadania nr 9 poz. 2-6

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, których jałowość osiągnąta jest poprzez proces sterylizacji, tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 167 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z regulowaną dyszą Venturiego (2 dysze w zestawie) i drenem, wykonane z medycznego, nietoksycznego PVC, dostępne w 2 rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 168 dot. zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz za opakowanie a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 169 dot. zadania nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz dla niemowląt z rozróżnieniem płci (dla chłopców i dziewczynek), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 170 dot. zadania nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków na mocz za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 171 dot. zadania nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na kał za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 172 dot. zadania nr 26 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu z nazwą producenta na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 173 dot. zadania nr 26 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu z pochewką na na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 174 dot. zadania nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrzędu z komora kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe, ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 175 dot. zadania nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozdzielenie wyceny na osobną wycenę basenu i przykrywki ze względu na odmienną stawkę VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 176 dot. zadania nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenu za opakowanie a'120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 177 dot. zadania nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokryw za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 178 dot. zadania nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 179 dot. zadania nr 34 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek za opakowanie a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 180 dot. zadania nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę portów bezigłowych za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 181 dot. zadania nr 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji dożylnych o następujących parametrach:

- Przeznaczone do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia
- Na opakowaniu napisy w języku polskim



bezigłowa nasadka na fiolki o średnicy 20 mm



bezigłowa nasadka na fiolki o średnicy 13 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 182 dot. zadania nr 37 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków Combi za opakowanie a'100?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 183 dot. zadania nr 37 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 184 dot. zadania nr 37 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 185 dot. zadania nr 37 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o wytrzymałości na ciśnienie do 4,5 barów (65 PSI)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 186 dot. zadania nr 37 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 187 dot. zadania nr 37 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści rampę pięciodrożną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 188 dot. zadania nr 37 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z pojemników wielodawkowych o następujących parametrach:

- łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radetkowaną powierzchnią zapewniającą pewny chwyt
- ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu)
- filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- łącznik Luer-Lock, żeński, kompatybilny z wyrobami o zakończeniu Luer lub Luer-Lock, męski
- pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów
- wyrób niepirogenny
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 189 dot. zadania nr 37 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z pojemników wielodawkowych o następujących parametrach?

- Ergonomiczny kształt
- System podzielnej silikonowej membrany
- Niewymagane stosowanie koreczków zabezpieczających
- Ostry kolec biorczy
- Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności
- Kompatybilny z łączami Luer oraz Luer-Lock
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.



Pytanie nr 190 dot. zadania nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm

Ostony foliowe, przezroczyste, zakończone elastyczną gumką do stabilizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 191 dot. zadania nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na ramię C w rozmiarze 100 x 220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 192 dot. zadania nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'144 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, tj. 7 opak.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 193 dot. zadania nr 49 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii zapewniające optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła. Dopasowujące się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom zapinanym na rzepy. Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwiający ich przesuwanie się podczas fototerapii. Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka. Bez lateksu. Dostępne w 3 rozmiarach

- L: 300 – 400 mm
- M: 240 – 340 mm
- S: 200 – 280 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 194 dot. zadania nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci półksiężyców dostępna w rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 195 dot. zadania nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości EVA
- uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- karbowane, rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej **160 cm**
- regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
- bez uchwytu do podwieszenia
- dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100 cm
- kolanko z portem Luer-Lock
- jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 196 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą, raportem załączonym do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 197 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości min. 245mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 198 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 199 dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu, z potwierdzeniem w postaci informacji na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 200 dot. zadania nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,17 mm \pm 0,01mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein poniżej 67 μ g/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe, długość min. 280 mm dla wszystkich rozmiarów, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 201 dot. zadania nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,22 \pm 0,02mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, faktyczny poziom protein max. 33 μ g/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe, długość min. 278-290 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 202 dot. zadania nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice poliizoprenowe bezpudrowe z wew. warstwą polimerową, łatwe w nakładaniu na wilgotne lub mokre ręce, z poszerzoną częścią grzbietową, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe, AQL 0,65, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 203 dot. zadania nr 31

Czy Zamawiający odstąpi od normy ISO 14001 i ISO 45001?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 204 dot. zadania nr 32

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełnienia normy EN-556 w karcie katalogowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 205 dot. zadania nr 27 poz. 2, 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 27, pozycji 2 oraz 3 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 206 dot. zadania nr 63 poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczypcy biopsyjne jednorazowego użytku, tyżeczki owalne z okienkiem; tyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznych; rozwarcie tyżeczek 4,5mm, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 207 dot. zadania nr 63 poz. 2

Czy zamawiający dopuści szczytce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,7mm, teflonowa ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 208 dot. zadania nr 63 poz. 3

Czy zamawiający dopuści szczytce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; z możliwością wykonania biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 209 dot. zadania nr 63 poz. 4

Czy zamawiający dopuści siatka tekstylna do wyciągania ciał obcych jednorazowa, średnica 2,5mm, długość 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 210 dot. zadania nr 65 poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczytce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, sterylne 1) łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem i igłą mocującą lub 2) łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem (do wyboru przez Zamawiającego), długość 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 211 dot. zadania nr 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm;długość szczoteczki 10mm;średnica szczoteczki 3,0 i 4,0mm(do wyboru)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 212 dot. zadania nr 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm. Długość 1200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 213 dot. zadania nr 16

Czy zamawiający w pakiecie 16 wymaga podkładu nie podfoliowanego 2 warstwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podkłady mają być:

- włókninowe,
- flizelinowe,
- celuloza + folia.

Pytanie nr 214 dot. zadania nr 16

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 16 podkład na rolce o szerokości 50cm z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozmiar podkładów o szerokości 50 cm. Perforacja podkładów min. co 50 cm.

Pytanie nr 215 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie silikonowych cewników Dufour o dł. 40 cm oraz pojemności balonu 40 ml dla 18CH, 50ml dla 20CH, 60ml dla 22CH, 70 ml dla 24CH, używanych obecnie przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 216 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający wymaga, aby silikonowe cewniki Dufour posiadały zapakowany sterylnie łącznik luer z zatyczką, do podłączenia linii irygacyjnej, tak jak w cewnikach obecnie używanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 217 dot. zadania nr 57

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 57 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 57 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 218 dot. zadania nr 57

(Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 219 dot. §7 ust. 2 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 2 na następującą treść:

„2.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,2% wartości zamówienia częściowego 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości 0,2% wartości zamówienia częściowego 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.
- c) w wysokości 0,2% wartości zamówienia częściowego 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. Seite 2 von 2 za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości 10% 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Obecna wysokość kar umownych jest wygórowana i nieadekwatna do ewentualnych uchybień.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 220 dot. §7 ust. 6) wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiając obniży łączną wysokość kar umownych do 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 221 dot. zadania nr 57 poz. 1 i 3

Czy w związku z tym, że opisane w poz. 1 i 3 formularza cenowego dreny i pojemniki na skrawki tkanki są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 222 dot. zadania nr 57 poz. 2

Czy w związku z tym, że opisane w poz. 2 formularza cenowego karnistry jednorazowe są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 4 szt. w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 223 dot. zadania nr 57 poz. 1-3

Czy w związku z tym, że oferowany w pakiecie 57 asortyment jest pakowany w opakowania handlowe poz. 1 i 3 po 10 szt. w opakowaniu a poz. 2 po 4 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 224 dot. zadania nr 9 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru od S - XL. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 225 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na maski z otwartym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 226 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na maski twarzowe w rozmiarach S, M, L?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 227 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na maskę Venturi w rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 228 dot. zadania nr 64 poz. 1


Czy Zamawiający zgodzi się na układ oddechowy o długości 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 229 dot. zadania nr 64 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na układ oddechowy gładki wewnątrz (zapobiegający zaleganiu bakterii), a karbowany z zewnątrz (jak na szkicu)?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 230 dot. zadania nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyłącznie masek z mocowaniem zgodnym z zielonym standardem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zadanie nr 42 poz. 1 dotyczy tyżek do laryngoskopu.

Pytanie nr 231 dot. zadania nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby podstawa tyżek była również metalowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 232 dot. zadania nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IGŁĘ DO NAKŁUĆ PODPAJĘCZYNKOWYCH TYP STANDARD 20G/75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 233 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny wykonany z 100% celulozy, 2- warstwowy, klejony, rolka o szerokości 50cm i długości 50 metrów, perforacja co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 234 dot. zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny zestaw do punkcji optycznej ze strzykawką luer lock o pojemności 30 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 235 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod z wtykiem umieszczonym wewnątrz opakowania elektrod, czy wyprowadzonym na zewnątrz (pre-connect)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje elektrod z wtykiem wyprowadzonym na zewnątrz.

Pytanie nr 236 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod widocznych w promieniach RTG, czy Zamawiający wymaga elektrod o obniżonej widoczności w RTG, tzw: radioprzejierne (użyte materiały przewodzące to głównie carbon, czyli węgiel)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 237 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o długości kabla połączeniowego od 120 do 160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje elektrod z kablem połączeniowym do 50 cm.

Pytanie nr 238 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 239 dot. zadania nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych elektrod (w jednym komplecie dwie sztuki), do defibrylatora PHYSIO-CONTROL Lifepak 15, umożliwiające stymulację, defibrylację, monitorowanie oraz kardiowersję – elektrody wielofunkcyjne? Elektrody zaprojektowane i wykonane w USA, wyprodukowane na bazie przewodzącego kleju - hydrożelu. Elektrody kompatybilne z defibrylatorami Lifepak - potwierdzenie w karcie katalogowej producenta elektrod.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 240 dot. zadania nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 5,0mm, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 241 dot. zadania nr 63 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 242 dot. zadania nr 63 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, ostonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 243 dot. zadania nr 63 poz. 4

W związku z wycofaniem ze sprzedaży siatek foliowych czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych szczypiec chwytających do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość ramion 7,3mm, długość robocza 1621mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 244 dot. zadania nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń krwi ma być wyposażony w komorę wolną od PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zestaw do przetoczeń krwi ma być wyposażony w komorę bez PCV.

Pytanie nr 245 dot. zadania nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór/pochewka) na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 246 dot. zadania nr 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych ma być wyposażony w komorę wolną od PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych ma być wyposażony w komorę bez PCV.

Pytanie nr 247 dot. zadania nr 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór/pochewka) na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 248 dot. zadania nr 26 poz. 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie warunki dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały opisane w pkt 9 SWZ.

Pytanie nr 249 dot. zadania nr 37 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór dostępu żylnego ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 250 dot. zadania nr 37 poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie "VOL"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 251 dot. zadania nr 37 poz. 8 i 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie warunki dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały opisane w pkt 9 SWZ.

Pytanie nr 252 dot. zadania nr 37 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 253 dot. zadania nr 37 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 254 dot. zadania nr 46 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o długości minimum 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 255 dot. zadania nr 46 poz. 3

Czy Zamawiający potwierdza, że cewnik powinien mieć zakończenie Dufour – czyli zaokrąglony, zamknięty koniec (umożliwiający założenie cewnika po mandrynie) z dużym owalnym otworem centralnym 15 mmx 9mm oraz dodatkowymi oczkami drenażowymi poniżej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 256 dot. zadania nr 46

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Dufour posiadały dodatkowa powłokę hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, a następnie usuwanie cewnika po zakończonym drenażu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 257 dot. zadania nr 54 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika drenażowego typu Malecot, wykonanego z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. Rozmiary 8-20 Ch. Cewnik dostarczany w zestawie z bezłateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą (z wyjątkiem dla rozmiarów CH16/18/20 - rozmiary te dostarczane są indywidualnie). Długość 36 cm (wyjątek CH8/16/18/20: 34 cm). Produkt dostarczany z mandrynem. Produkt sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostajemy przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 258 dot. zadania nr 39 poz. 1

Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm². Filtr z pozytywnie naładowaną membraną, zatrzymuje grzyby, zarodniki i cząstki. Membrana 0,2um, wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Czas stosowania 96h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii Kolor obudowy zielony. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 259 dot. zadania nr 39 poz. 2

Filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm², membrana 1,2um wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; czas stosowania 24h, długość drenów 6 cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 260 dot. zadania nr 39 poz. 3

Filtr o powierzchni 10cm², membrana 1,2um – filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego. Membrana wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Czas stosowania 24h, długość drenów 5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8ml, przepływ >100ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiającą pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy niebieski. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 261 dot. zadania nr 39 poz. 4

Filtr o powierzchni 4,5cm², membrana 1,2um membrana wykonana z PES (polieterosulfon). Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego. czas stosowania 24h, krótki dren przed i za filtrem o długości ok. 1 cm, na końcach męski i żeński luer lock, objętość wypełnienia 0,75 ml, przepływ >90ml/min. Kolor obudowy niebieski. Bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 262 dot. zadania nr 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic zgodnych z normą EN 420/EN ISO 21420. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 263 dot. zadania nr 31 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic posiadających wewnętrzną warstwę polimerową z technologią Dermashield pozwalającą na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na suche i wilgotne dłonie (bez struktury sieci); powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni. Grubość na palcu 0,25 ± 0,03 mm, średnia długość 302 mm, poziom protein <20 µg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 264 dot. zadania nr 31 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic poliizoprenowo-neoprenowych, posiadających wewnętrzną warstwę polimerową z technologią Dermashield pozwalającą na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na suche i wilgotne dłonie (bez struktury sieci). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 265 dot. zadania nr 31 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic poliizoprenowych, posiadających wewnętrzną warstwę polimerową z technologią Dermashield pozwalającą na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na suche i wilgotne dłonie (bez struktury sieci). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 266 dot. SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających certyfikaty potwierdzające zgodność z normą ISO 13485, ISO 9001 oraz ISO 14001. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą ISO 45001. Pragniemy wyjaśnić, iż nie ma żadnego obowiązku prawnego wdrażania i certyfikacji na zgodność z normą ISO 45001. W przypadku wytwórców wyrobów medycznych najważniejszą normą wynikającą choćby z Rozporządzenia o wyrobach medycznych jest norma ISO 13485, gdzie obowiązkowe jest wdrożenie wymagań, a nie nawet sama certyfikacja.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 267 dot. zadania nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 268 dot. SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kryterium oferty ofert w zakresie terminu dostawy na minimalny termin 2 dni robocze ? Termin dostawy 1 dzień roboczy jest niemożliwy do dotrzymania dla wielu oferentów, a jego zaoferowanie ma na celu wyłącznie uzyskanie najwyższej liczby punktów w ramach kryterium pozacenowego. Uniemożliwia to dostępu do zamówienia pozostałym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 269 dot. §7 ust. 2 lit. a i b) wzoru umowy

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2a i 2b wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki? Kara w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki jest nadmierna i nieadekwatna do realizowanych zamówień częściowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 270 dot. §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2c wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 1% wartości zamówienia za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4? Kara w wysokości 1000,00zł za każdy dzień zwłoki jest nadmierna i nieadekwatna do realizowanych zamówień częściowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 271 dot. §7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2e wyrazi zgodę na zmiarkowanie kary umownej do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Zamawiający

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**