

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Nici chirurgiczne” Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1.**

Zadanie nr 6 poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

- \* wosk pszczeli (83%),
- \* parafina stała (5%),
- \* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 2.**

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 3.**

**Zadanie nr 1, poz. 1-33**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, czas wchłaniania bez zmian, bez dodatku chlorheksydyny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 4.**

**Zadanie nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w podwójne opakowanie jednostkowe tj. aluminiowa saszetka i torebka foliowo-papierowa?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5.**

**Zadanie nr 1, 2, 3,**

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłami ze stali typu 300?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6.**

**Zadanie nr 1, poz. 5, 6, 13**

Czy Zamawiający wykresli z Zadania nr 1 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 5, 6 i 13?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykresli i nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 7.**

**Zadanie nr 2, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 70% i po 43 dniach 60%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie nr 8.**

**Zadanie nr 2, poz. 5, 6**

Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 2 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 5 i 6?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli i nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9.**

**Zadanie nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10.**

**Zadanie nr 3, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z ostrzem typu trokar o długości 55 mm lub szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem o długości 45 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11.**

**Zadanie nr 3, poz. 12**

Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 3 ww. pozycję, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 12?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli i nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12.**

**Zadanie nr 4. Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13.**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% i 50% po 21 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14.**

**Zadanie nr 8, poz. 16, 17**

Czy Zamawiający wykreśli z Zadania nr 8 ww. pozycje, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 16 i 17?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli i nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15.**

**Zadanie nr 8, poz. 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłaniające, monofilamentowe, polipropylenowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 16.**

**Zadanie nr 8, poz. 3, 6, 8, 12**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17.**

**Zadanie nr 8, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez pledgetu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18.**

**Zadanie nr 8, poz. 16**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 16 z Zadania nr 8, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem pozycji 16?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy i nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 19.**

**Zadanie nr 9, poz. 18-22**

Czy Zamawiający wykreśli pozycje 18-22 z Zadania nr 9, bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty cenowej z pominięciem powyższych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli i nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 20.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 i/lub 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury za daną dostawę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** zadania, którego odstąpienie dotyczy.

4. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku nie dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji.**