

BZP.38.382-33.11.23

Jastrzębie – Zdrój, 03.10.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji **Dostawy akcesoriów do diatermii (BZP.38.382-33.23)**.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 03.10.2023r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz. 17-19:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 17 oraz 19 co umożliwi złożenie ofert większej ilości firm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w Pakiecie nr 1 poz. 1 – Elektroda, kabel, pinceta, uchwyt do diatermii Valleylab i Erbe w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **zmienia zapis z:**

Lp	Nazwa Towaru	J.m.	Ilość
----	--------------	------	-------

1.	<p>Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie, okrągła z dodatkową zewnętrzną, odizolowana mechanicznie i elektrycznie powierzchnią dodatkowa nie połączoną z głównymi połówkami, na dobrze przylegającym podłożu z włókniny. Powierzchnia połówek bez dodatkowej powierzchni 85 cm - 87 cm². Wymiary dodatkowej powierzchni zapewniającej równomiernie rozprzewadzenie prądu na głównych powierzchniach elektrody 23 cm² - 25 cm². Możliwość niekierunkowej aplikacji. Elektroda kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii ERBE potwierdzona przez producenta diatermii. Kompatybilność z aparatem ERBE oraz Valleylab.</p> <p>Lub</p> <p>Jednorazowa dzielona elektroda neutralna dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg , dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm² , powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Elektroda z zaokrąglonymi narożnikami, z możliwością niekierunkowej aplikacji. Współpracująca z systemami zabezpieczającymi NESSY stosowanym w aparatach Firmy ERBE a także z systemem bezpieczeństwa REM stosowanym w aparatach firmy Valleylab. Potwierdzająca kompatybilność z aparatami Firmy ERBE oraz aparatami firmy Valleylab deklaracja zgodności producenta. Kompatybilna zarówno z aparatami firmy ERBE jak i Valleylab. Opakowanie handlowe zawiera 100 sztuk elektrod neutralnych.</p> <p>Lub Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona na dwie równe symetrycznie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, hydrożelowa, z systemem antyoparzeniowym zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a skórę pacjenta, o powierzchni aktywnej 108cm² (wymagane 85+23 =108cm²). Możliwość niekierunkowej aplikacji. Kompatybilne z aparatami firm Erbe i Valleylab współpracujące z systemem Nessy i REM. Opakowanie zbiorcze po 100sztuk lub Elektroda neutralna owalna, dzielona symetrycznie na dwie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 168 cm², powierzchni aktywnej 103 cm², oraz wymiarach 164x117 cm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą. Potwierdzenie kompatybilności z aparatmi Erbe i Valleylab deklaracją zgodności producenta elektrod.</p>	op.	<p>a) 220 (op. 50 szt.) lub b) 110 (op. 100 szt.)</p>
----	---	-----	---

który otrzymuje brzmienie:

Lp	Nazwa Towaru	J.m.	Ilość
----	--------------	------	-------

<p>Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie, okrągła z dodatkową zewnętrzną, odizolowana mechanicznie i elektrycznie powierzchnią dodatkową nie połączoną z głównymi połówkami, na dobrze przylegającym podłożu z włókniny. Powierzchnia połówek bez dodatkowej powierzchni 85 cm - 87 cm². Wymiary dodatkowej powierzchni zapewniającej równomiernie rozprowadzenie prądu na głównych powierzchniach elektrody 23 cm² - 25 cm². Możliwość niekierunkowej aplikacji. Elektroda kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii ERBE potwierdzona przez producenta diatermii. Kompatybilność z aparatem ERBE oraz Valleylabb.</p> <p>Lub</p> <p>Jednorazowa dzielona elektroda neutralna dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg , dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm² , powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Elektroda z zaokrąglonymi narożnikami, z możliwością niekierunkowej aplikacji. Współpracująca z systemami zabezpieczającymi NESSY stosowanym w aparatach Firmy ERBE a także z systemem bezpieczeństwa REM stosowanym w aparatach firmy Valleylab. Potwierdzająca kompatybilność z aparatami Firmy ERBE oraz aparatami firmy Valleylab deklaracja zgodności producenta. Kompatybilna zarówno z aparatami firmy ERBE jak i Valleylab. Opakowanie handlowe zawiera 100 sztuk elektrod neutralnych.</p> <p>Lub Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona na dwie równe symetrycznie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, hydrożelowa, z systemem antyoparzeniowym zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a skórę pacjenta, o powierzchni aktywnej 108cm² (wymagane 85+23 =108cm²). Możliwość niekierunkowej aplikacji. Kompatybilne z aparatami firm Erbe i Valleylab współpracujące z systemem Nessy i REM. Opakowanie zbiorcze po 100sztuk lub Elektroda neutralna owalna, dzielona symetrycznie na dwie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 168 cm², powierzchni aktywnej 103 cm², oraz wymiarach 164x117 cm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą. Potwierdzenie kompatybilności z aparatmi Erbe i Valleylab deklaracją zgodności producenta elektrod.</p> <p>lub elektroda neutralna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo</p>	<p>op. lub szt.</p>	<p>a) 220 (op. 50 szt.)</p> <p>lub</p> <p>b) 110 (op. 100 szt.)</p> <p>c) 11 000</p>
--	------------------------------------	---

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:

Elektroda neutralna owalna, dzielona symetrycznie na dwie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 162 cm², powierzchni aktywnej 107 cm², oraz wymiarach 150x108 cm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą. Potwierdzenie kompatybilności z aparatami Erbe i Valleylab deklaracją producenta elektrod.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie końcówki 1,0 mm, w przypadku spełniania pozostałych wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1 poz. 19:

Prosimy o wydzielenie poz. 19 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania

większej liczbie wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Załącznikiem do pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy (**Pakiet nr 1 – Elektroda, kabel, pinceta, uchwyt do diatermii Valleylab i Erbe**) po zmianach z dnia 03.10.2023r.;

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem