

Grudziądz, dnia 09.07.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP-.....1577/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do barwienia preparatów immunohistochemicznych wraz z dzierżawą dwóch aparatów dla Zakładu Patomorfologii (znak sprawy: Z/24/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do barwienia preparatów immunohistochemicznych wraz z dzierżawą dwóch aparatów dla Zakładu Patomorfologii (znak sprawy: Z/24/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy Załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i dopuszczenie w „II Parametry oceniane-aparatura” w punkcie 2 „Aparat dozujący stałą ilość odczynnika – 150 mikrolitrów” aparatu dozującego stałą ilość odczynnika – 100 mikrolitrów?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje opis pkt. II. 2. w Załączniku nr 3 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Aparat dozujący stałą ilość odczynnika poniżej 150 mikrolitrów:

- **poniżej 150 mikrolitrów – 20 pkt.**
- **151 - 160 mikrolitrów – 0 pkt.**

PODAĆ

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Stegańskiego w Grudziądzu
Maciej Hoppe

INSPEKTOR
Paulina Kowalewska
Paulina Kowalewska