

ZP/4/21

### **Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) pn. Sukcesywna dostawa opatrunków, pieluchomajtek, wyrobów z włókniny oraz zestawów zabiegowo-operacyjnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

#### **I**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Wykonawcy:

1. Czy w pakiecie 18 fartuch musi mieć kolorową lamówkę oraz jak uzasadnia to zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 18 fartuch bez kolorowej lamówki. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że lamówka w zamierzeniu Zamawiającego ma identyfikować rozmiar fartucha, Wykonawca musi zapewnić czytelną identyfikację rozmiaru fartucha.

2. Część 9\_Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm – pozostałe parametry zgodnie SWZ?

**Odpowiedź:** W tej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że minimalny rozmiar opatrunku to 10x20 cm. Wykonawca może więc zaoferować opatrunek w rozmiarze 20x20 cm.

3. Część 10, poz. 8 Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. Część 12, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

5. Część 12, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

6. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 1** kompresów wysokochłonnych niejałowych w rozmiarze 15x25cm zamiast 20x20cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza kompres wysokochłonny niejałowy w rozmiarze 15x25 cm.

7. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 2** serwety samoprzylepnej w rozmiarze 50x70cm z otworem 6x8cm zamiast serwety 50x60cm z otworem 7cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50x70 cm z otworem 6x8 cm.

8. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 3** serwety z otworem samoprzylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu w rozmiarze 50x70cm zamiast 45x75cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem samoprzylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu w rozmiarze 50x70cm.

9. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 4** jednej serwety włókninowej barierowej w rozmiarze 75x100 zamiast 75x90cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza jedną serwetę włókninową barierową w rozmiarze 75x100cm.

10. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 3, pozycja 4** jednej serwety włókninowej barierowej z otworem i przylepną krawędzią boczną w rozmiarze 75x100 zamiast 75x90cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza jedną serwetę włókninową barierową z otworem i przylepną krawędzią boczną w rozmiarze 75x100 cm.

11. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w **Części 3, pozycja 5** jałowego zestawu do wklucia centralnego o następującym składzie:

- 6x kompres gazowy 17n8w 7,5x7,5cm
- 4x tampon gazowy średniej wielkości
- 1x kleszczyki plastikowe typu kocher 14cm
- 1x pęseta plastikowa anatomiczna zielona 12,5cm
- 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 50x70cm
- 1x serweta barierowa włókninowa 50x70cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa)
- 1x strzykawka typu Luer-Lock 10ml, opakowana
- 1x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa, opakowana
- 1x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona, opakowana
- 1x skalpel jednorazowy, opakowany
- 1x igłotrzymacz metalowy 14cm
- 1x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x12cm, opakowany
- zestaw zapakowany w miskę dwudzielną.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do wklucia centralnego o następującym składzie:

- 6x kompres gazowy 17n8w 7,5x7,5cm
- 4x tampon gazowy średniej wielkości
- 1x kleszczyki plastikowe typu kocher 14cm
- 1x pęseta plastikowa anatomiczna zielona 12,5cm
- 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 50x70cm
- 1x serweta barierowa włókninowa 50x70cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa)
- 1x strzykawka typu Luer-Lock 10ml, opakowana
- 1x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa, opakowana
- 1x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona, opakowana
- 1x skalpel jednorazowy, opakowany
- 1x igłotrzymacz metalowy 14cm
- 1x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x12cm, opakowany
- zestaw zapakowany w miskę dwudzielną.

12. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w **Części 3, pozycja 6 i 7** pokrowca Mayo z folii, wzmocnionego dodatkową warstwą chłonna w rozmiarze 80x140cm zamiast 78x145cm

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza pokrowiec Mayo z folii, wzmocniony dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 80x140cm

13. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w **Części 15, pozycja 1** zestawu do porodu o następującym składzie i parametrach:

- 1x serweta 2-warstwowa 100x150cm (owinięcie zestawu)
- 10x kompresów włókninowych 10x10cm
- 1x ręcznik 30x30cm
- 1x serweta 2-warstwowa 75x100cm
- 1x serweta dla noworodka 70x80cm
- 1x serweta 2-warstwowa pod rodzącą ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów i skalą.

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 49g/m<sup>2</sup>. Serweta dla noworodka wykonana z miękkiego materiału bawełnopodobnego o gramaturze min. 50g/m<sup>2</sup>, dobrze wchłaniającego ciecze, nietoksycznego i przyjaznego dla skóry noworodka.

Zestaw spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta.

Opakowanie papierowo foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

14. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w **części 15, pozycja 2** serwety pod pacjenta z workiem na płyny wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m<sup>2</sup> zamiast 57,5g/m<sup>2</sup>. Spełnia wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane adresowe producenta, nr katalogowy, LOT oraz datę ważności. Serweta w rozmiarze 40x100 z dodatkową zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szerokości 20cm. Torba do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową. Wielkość worka 70x100cm.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

15. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do chirurgii ręki bez osłony Mayo w zestawie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę.

16. dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu do cesarskiego cięcia, w którym 1 serweta główna o wymiarach 250x300cm posiada zintegrowane nogawice, oraz przyklepne okno o wym. 17x28x32cm otoczone torbą do zbiórki płynów o wym. 80x80cm oraz 2. zaworami i kształtownikiem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę.

**Pytania do wzoru umowy:**

17. Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

18. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie z którą

nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

19. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

20. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 7 projektu umowy. UZASADNIENIENI: Przywołana przez Zamawiającego ustawa nie obowiązuje, obecnie obowiązująca ustawa nosi odmienną nazwę oraz regulacje.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie brzmienia § 7 ust. 7 projektu umowy. Nowa treść: „7. Wykonawca będzie wystawiał i doręczał Zamawiającemu odrębne noty odsetkowe z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424)”.

21. Wnosimy o wykreślenie § 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po

wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.**

22. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych:

- a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1);
- b. 0,1% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
- c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3);

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.**

23. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 1 pkt 3) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dokona modyfikacji § 12 ust. 1 pkt 3) projektu umowy. Nowe brzmienie postanowienia: „3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu”.

Dodatkowo nowe brzmienie otrzymuje zapis § 14 ust. 1 projektu umowy. Nowe brzmienie: „1. . Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy”.

24. Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.



25. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wymaga.

26. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny krepowanej?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wymaga.

27. Część 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym, o chłonności min 12 g/g? Na potwierdzenie próbka i karta danych technicznych na wezwanie.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wymaga.

28. Część 1 poz. 11-14: Czy Zamawiający wymaga siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych wykonanych z jedwabiu poliamidowego teksturowanego (50%) oraz jedwabiu poliuretanowego (50%)? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wymaga.

29. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści wate opakowaniu 500 gram? Większe opakowanie jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne (efektywniejszy proces produkcji, mniejsza ilość odpadu w postaci opakowań).

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

30. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

31. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

32. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w miejsce waty bawełniano-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą 100 %.

33. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w miejsce waty bawełniano-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą 100 %.

34. Część 6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym.

35. Część 6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym.

36. Część 7 poz. 1-3: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SWZ.

37. Część 7 poz. 1-3: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SWZ.

38. Część 9 poz. 4: Czy Zamawiający nie miał na myśli opatrunku w rozmiarze 10cmx30cm? W pozycji 3 oraz 4 jest ten sam rozmiar.

**Odpowiedź:** Prawidłowy wymiar opatrunku w tej pozycji to min. 10cmx30 cm. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że w pozycji nr 3 Zamawiający określa rozmiar opatrunku na min. 10cmx20 cm, a w pozycji nr 4 na min. 10cmx30cm , zasadniczo Wykonawca mógłby zaoferować taki sam asortyment w tych pozycjach. Z tego też powodu Zamawiający stawia dodatkowy warunek, że Wykonawca nie może w pozycji 3 i 4 zaoferować opatrunku w tym samym rozmiarze. W pozycji nr 3 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować opatrunek o mniejszych wymiarach aniżeli w pozycji 4.

39. Część 11 poz. 2: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 11 pozycję nr 2 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

40. Część 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny niejałowy ze ściągaczem poliestrowym (dł. min. 8cm), z włókniny min. 35g/m<sup>2</sup>, rękaw prosty, szwy zszyte ultradźwiękowo rozmiar XL?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

41. Część 12 poz. 2 i 9: Czy Zamawiający wymaga kart danych technicznych na potwierdzenie chłonności podkładów, załączonych do oferty?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie wymaga wyszczególnionych przedmiotowych środków dowodowych.

42. Część 12 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokie, wiązane pokrowce na obuwie wykonane z włókniny SMS?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza wysokie, wiązane pokrowce na obuwie wykonane z włókniny SMS.

43. Część 12 poz. 5: Czy Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 12 pozycję nr 5 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

44. Część nr 12 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze Li XL?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

45. Część nr 12 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 145x80cm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza osłonę w rozmiarze 145x80 cm.

Pytania do wzoru umowy:

46. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

47. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 9 ust. 2. punkt 3) wyrażenia „20% całkowitek wartości brutto umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

48. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian?

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak w pytaniu nr 23.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 9 ust. 2 pkt 1) do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. Nowe brzmienie zapisu: „1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy ogółem,

której dotyczy zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki w terminie dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy”.

50. 1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycje: 4, 5): pieluchomajtki dla dorosłych:

- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza oraz eliminują możliwość powstania obtarć w okolicach podbrzusza szczególnie u pacjentów z nadwagą (co często ma miejsce w przypadku zastosowania ściągacza przedniego);
- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynną kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);
- spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 7, pozycji 4, 5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w sprzedaży produktów chłonnych dla dorosłych oraz przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

52. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycje: 4, 5): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

53. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycje: 4, 5): pieluchomajtek o poziomach chłonności co najmniej 2600g? Należy zauważyć, iż przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę ale nie wymaga.

54. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 5): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, lecz o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę w pytaniu.

55. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 4): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę w pytaniu.

56. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 5): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę w pytaniu.

57. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycje: 1, 2, 3): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga przedkładania dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci.

58. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 1): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dzieci, które posiadają specjalne miejsce na pępowinę?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę ale nie wymaga.

59. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

60. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

61. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 7, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

62. Pakiet 18. Poz.1 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha z tolerancją +/- 2 cm. Barrierowość min. 35 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

63. Pakiet 18. Poz.2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na

jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha z tolerancją +/- 2 cm. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykatorem sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

64. Pakiet 18 poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w postaci:

**Sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych.** Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przyklepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przyklepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przyklepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 175 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozzerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzyklepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.



## II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

1/ Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy, otrzymuje nowe brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień,

2/ W załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, część 9 otrzymuje nowe brzmienie:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa asortymentu</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	Opaska gipsowa umieszczona na rdzeniu z tworzywa sztucznego lub ekologicznej tektury czas wiązania do 5min. ( 3m x 10 cm )	Szt.	672
2	Opaska gipsowa umieszczona na rdzeniu z tworzywa sztucznego lub ekologicznej tektury czas wiązania do 5min. ( 3m x 14-15cm )	Szt.	1300
3	Opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką białą parafiną. Jałowy-sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie: papier-aluminium . Rozmiar min. 10 cm x 20 cm (zaoferować opatrunek o rozmiarach mniejszych niż w poz. 4)	Szt.	10
4	Opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką białą parafiną. Jałowy-sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie: papier-aluminium. Rozmiar min. 10 cm x 30 cm (zaoferować opatrunek o rozmiarach większych niż w poz. 3)	Szt.	20
5	Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 10cm )	Szt.	1300
6	Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 15cm )	Szt.	800

Jednocześnie Zamawiający publikuje jednolitą wersję załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu