



Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/08/2022

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-21 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Nr post.: PCZ/II-ZP/08/2022.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1. Pytanie dotyczy: Grupa 18 poz. 1 i 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie grupy 18 produkty jak niżej:

punkt 1 pojemnik histopatologiczny, zakręcany, 20 ml

punkt 3 pojemnik histopatologiczny, zakręcany, 90 ml

Oferowane pojemniki histopatologiczne to pojemniki bezpieczne, co oznacza, że formalina, nie powoduje zmian w środowisku pracy. Przez cały proces umieszczenia biopatu w pojemniku formalina znajduje się w nakrętce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie dotyczy: Grupa 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki nasączone białym mydłem, okrągłe, zwężane w nadgarstku, wymiary min. 17 x 23 cm, warstwa polipropylenowa: min. 20 g/m² + warstwa z włókniny typu Molton min. 70 g/m², w opakowaniu znajduje się 20 szt.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Pytanie dotyczy: Grupa 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szampon w pojemniku plastikowym z pompką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie dotyczy: Grupa 21 poz. 5

Prosimy o określenie zamawianej pojemności kremu z tlenkiem cynku i jednocześnie dopuszczenie kremu o pojemności 100 ml, z ewentualnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kremu z tlenkiem cynku o pojemności 200 ml zgodnie z Informacją o zmianie do załącznika nr 2 do SWZ z dnia 13.06.2022. Zamawiający dopuszcza krem o pojemności 100 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

5. Pytanie dotyczy: Grupa 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści piankę w pojemniku a`400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 45 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

6. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne lekkie, miękkie, jałowe, jednorodne, z polipropylenu monofilamentowego, niewchłaniające, do leczenia przepuklin pachwinowych, ukształtowane anatomicznie z otworem na powróżek, o grubości 0,53 mm, gramaturze 88 g/m², porowatości średniej: 945 µm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych). Technologia pozwalająca w przypadku siatek lekkich, zwiększyć ich wytrzymałość na



rozciąganie (>4 N/mm), w rozmiarze 4,5 x 10 cm (SIWZ wymaga 6 x 12 cm), pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie, z pięcioma naklejkami, opakowanie zbiorcze 5 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne lekkie, miękkie, jałowe, jednorodne, z polipropylenu monofilamentowego, niewchłaniające, do leczenia przepuklin, o grubości 0,32 mm, gramaturze 30 g/m², porowatości 89,2 %, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych). Technologia pozwalająca w przypadku siatek lekkich, zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie (>1,8 N/mm), siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia, co gwarantuje skuteczność leczenia, w rozmiarach zgodnych z SIWZ, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie, z pięcioma naklejkami, opakowanie zbiorcze 5 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

8. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne lekkie, miękkie, jałowe, częściowo wchłaniające, składające się z 25 % niewchłaniającego polipropylenowego włókna monofilamentowego (PP) oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA), o grubości siatki 0,60 mm, grubości nitki: 120 µm, gramaturze przed wchłonięciem: 80 g/m², po wchłonięciu: 20 g/m², czas absorpcji: 7 - 10 miesięcy, ukształtowane anatomicznie, z otworem na powróżek, w rozmiarze 5 x 11 cm (SIWZ wymaga 8 x 13 cm), pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie, z pięcioma naklejkami, opakowanie zbiorcze 1 sztuka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

9. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści Siatki IPOM do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wewnątrzotrzewnowe, separujące, antyadhezyjne, miękkie, niewchłaniające, 2-warstwowe: z jednej strony wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową.

Parametry: grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 108g/m², porowatość średnia: 667 µm, dwukierunkowa elastyczność - wytrzymałość na rozciąganie 37,9 N/cm dla jednego kierunku, 59,3 N/cm dla drugiego kierunku, posiadająca pamięć kształtu. Siatki z nadrukiem pozwalającym określić powierzchnię, która powinna być skierowana w stronę jelit i krzyżykiem określającym środek protezy oraz jej dłuższą i krótszą oś. Możliwość przycinania protezy bez ryzyka jej rozwarstwienia i utraty włókien polipropylenowych, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie, z pięcioma naklejkami, opakowanie zbiorcze 1 sztuka

Poz. nr 6: 14 x 18 cm, owalna (SIWZ wymaga 14 x 19 cm);

Poz. nr 7: 20 x 25 cm, owalna (SIWZ wymaga 18 x 24 cm);

Poz. nr 8: 11 x 14 cm, owalna (SIWZ wymaga Ø 6,4 cm)?

Poz. nr 9: 11 x 14 cm, owalna (SIWZ wymaga Ø 8 cm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

10. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 7

Czy zamawiający dopuści igły typu motylek pakowane po 100 szt/op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

11. Pytanie dotyczy: Grupa 21 poz. 6

Czy zamawiający dopuści kaniule z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 10-15

Czy zamawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach:

Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 32 1,2 x 45	80 m/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

13. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 10-15

Czy zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami rtg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 12

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 65ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

15. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 13

zy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

16. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 16-18

Czy zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

17. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 16

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 33ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

18. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 17

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 55ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

19. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 18

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 85ml/min?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

20. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 19

Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie wymiarach 0,6 x 19 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

21. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 20

Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

22. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawki o rozszerzonej skali 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt/op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

24. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawki z wymiarami igły 0,33 x 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawki z nazwą producenta i logiem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 7

Czy zamawiający dopuści strzykawki posiadające podwójną skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 8

Czy zamawiający dopuści strzykawki posiadające rozszerzoną skalę do 60ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 9

Czy zamawiający dopuści kraniki z przedłużaczem o dł. 10 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

29. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 10

Czy zamawiający dopuści przyrząd o podanych parametrach:

- Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek
- Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną
- Posiada filtr powietrza 0,2 μ i odpowietrznik
- Pomaga zachować sterylność leku w fiolece
- Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji
- Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych
- Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego
- Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję
- Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.
- Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.

- Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną
Pakowany po 100 szt
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 11

Czy zamawiający dopuści przyrząd o dł. 55 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 15

Czy zamawiający ma na myśli kraniki o kolorze pokrętła białym?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa koloru.

32. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek z gumkami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

33. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny SPUNLANCE 35G / M2, 30% WISKOZA, 70%POLIESTER?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

34. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek w wysokości z przodu 13 cm (+/- 2 cm tolerancji)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

35. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu czepek dostępnych w czterech kolorach?

Odpowiedź: Tak.

36. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek posiadający wszytą wkładkę na pot ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany w folie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

38. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany w folie?

Odpowiedź: Brak w/w pozycji w Grupie 15.

39. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 101x150 cm (tolerancja +/- 2 cm)

Rdzeń chłonny 50x150 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

40. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm).

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

41. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami • poliestrowymi

- podkład wysokochłonnym podfoliowany
- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem
- podkład pozwala zabezpieczyć łózko, a także meble i urządzenia medyczne
- podkład nieuczulający
- jednorazowego użytku
- produkt opatrzony znakiem CE

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

42. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koc z włókniny SMS gramatura 35 gm/2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

43. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli w rozmiarze: poszwa 160x210 cm, poszewka 70x80 cm, prześcieradło 160 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

45. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści 3 kieszenie (jedna na górze , 2 na dole bluzy) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

47. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Pytanie dotyczy: Grupa 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia • Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepionym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

49. Pytanie dotyczy: Grupa 13 poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści • Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm, z otworem 25 x 20 cm otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm, ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

50. Pytanie dotyczy: Grupa 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra • Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przyklepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przyklepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przyklepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

51. Pytanie dotyczy: Grupa 13 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści rękaw inny niż reglan?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

52. Pytanie dotyczy: Grupa 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wymaga aby wszystkie zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę (jeżeli dotyczą składanej przez Wykonawcę oferty), były zaznaczone i opisane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym oferty - Załącznik nr 2 do SWZ o treści: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie nr

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galas-Gasior