

Warszawa, 12 czerwca 2024 r.

BF-2.261.19.2024

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na **badanie maksymalnie 15 próbek maszyn – elektronarzędzi zasilanych z sieci**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek:**

W formularzu, w „kryteriach i warunkach formalnych” w punkcie 4 dotyczącym akredytacji pojawia się niniejsza treść: „Należy złożyć oświadczenie, że laboratorium posiada aktywną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego (europejskiego) ośrodka na przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie badania maszyn.” – czy należy ten zapis rozumieć, że laboratorium powinno posiadać przytoczone w zapytaniu normy, tj. PN-EN 62841-2-1:2018-03; PN-EN 62841-2-2:2015-03; PNEN 62841-2-11:2016-08 w zakresie swojej akredytacji ?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że laboratorium powinno posiadać aktywną akredytację ogólnie w zakresie badania maszyn, nie jest wymagana w zakresie konkretnych norm.**

Powyższa odpowiedź nie stanowi modyfikacji treści zapytania ofertowego. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia **do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny 12:00.**

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Finansowego  
*/podpisano elektronicznie/*