

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.03.23

Nowy Tomyśl, dnia 23.03.2023 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 20.03.2023r. :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?

Uzasadnienie rozwiązania.

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów ?

Uzasadnienie rozwiązania.

Zastosowanie lampy zespolonej (belki) zamiast lampy typu „kogut” zdecydowanie poprawia widoczność ambulansu w ruchu drogowym. Wynika to z faktu zastosowania większej ilości punktów świetlnych w belce niż w lampie typu „kogut”. Lepsza widoczność ambulansu to z kolei większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jednocześnie wysokość lampy zespolonej (belki) jest niższa niż lampy typu „kogut” co z kolei wpływa na ergonomię i właściwości użytkowe ambulansu.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

Odp. Nie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci trzech regulowanych halogenów montowanych i załączanych osobno dla kierowcy oraz pasażera zamiast lampki na giętym przewodzie (co-pilot)? Lampki są wyposażeniem dodatkowym i montowane są na etapie zabudowy pojazdu na ambulans drogowy.

Odp. Nie

Zestaw pytań nr 2 z dnia 20.03.2023r. :

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nie uszkodzony ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie narzuca Wykonawcom sposobu dostawy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza dostawę na kołach lub na lawecie. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie 2

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby radioodtwarzacz był wyposażony w bluetooth oraz USB.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga aby dostarczany ambulans spełniał minimalne wymagania określone w SWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm , z alternatorem o mocy 185A ?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga aby dostarczany ambulans spełniał minimalne wymagania określone w SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający zamiast stopnia wewnętrznego, certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski ?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga aby ambulans posiadał stopień wewnętrzny oraz dodatkowy elektrycznie wysuwany stopień.

Pytanie 7

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.

Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrzych” pojęć: „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „ powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku (w załączeniu).

W załączniku A do w/w normy w punkcie **Rozpoznawanie i widoczność ambulansów** stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluorescencyjnej, żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluorescencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, **prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?**

Odp. Kolor oraz oznakowanie ambulansu ma być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego - kolor nadwozia żółty RAL 1016 zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub równoważnej lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r.

Pytanie 8

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odp. Tak

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odp. Koszty dojazdu/transportu do/z serwisu pojazdu (ASO) w związku z wykonywaniem przeglądu ponosi Zamawiający, w przypadku przeglądu/naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej przeglądy winny odbywać się w siedzibie Zamawiającego (zgodnie z OPZ pkt 10. Wymagania pozostałe).

Zestaw pytań nr 3 z dnia 20.03.2023r. :

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin płatności określony w § 6 ust. 5 wzoru umowy do 30.06.2023r. został określony przy założeniu, że dostawa przedmiotu zamówienia odbyła się w ostatnim dniu wyznaczonego terminu tj. w dniu 31.05.2023r. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się we wcześniejszym terminie niż maksymalny termin określony w §7 ust. 1 wzoru umowy tj. np. do końca kwietnia, wówczas termin płatności za przedmiot zamówienia będzie wynosił 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. Termin płatności do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru ambulansu).

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w załączniku nr 1A do SWZ w określeniu przedmiotu zamówienia. W pierwszym zdaniu załącznika jest: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu ratunkowy typu B”, a winno być: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu ratunkowego typu B lub C”. Prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, winno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu ratunkowego typu „B” lub typu „C”.

We wszystkich przypadkach, w których w specyfikacji i w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał, że wymaga dostarczenia ambulansu, należy rozumieć, że wymaga dostarczenia ambulansu typu „B” lub typu „C”.

3. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu odpowiednio do 72 h i 96 h, o którym mowa w Części „Wymagania pozostałe” wiersz 9 tabeli załącznika nr 1A do SWZ.

Odp. Zamawiający zmienia Części „Wymagania pozostałe” wiersz 9 tabeli załącznika nr 1A do SWZ na:

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 96h

4. W związku z zaistniałą omyłką pisarską, prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 2 wzoru umowy i zastąpienie wyrażenie „Dostawca” sformułowaniem „Wykonawca”. Wskazać należy, iż faktura VAT zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, a nie Dostawcę, po dostawie Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron.

Odp. Zamawiający poprawi powyższą omyłkę pisarską.

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „serwis pozagwarancyjny”, o którym mowa w §3 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego na koszt i ryzyko Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy i za odrębnie ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem?

Odp. Tak

6. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wskazanie przez jaki okres Wykonawca ma świadczyć serwis pozagwarancyjny. Informacja ta jest niezbędna do sporządzenia prawidłowej kalkulacji ceny oferty, gdyż koszt takiej usługi znacznie zawyży cenę oferty.

Odp. Nie dotyczy (patrz odp. na pyt. 5).

7. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki, o którym mowa w §3 ust. 4 wzoru umowy do 5 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

8. W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodów bazowych, zabudowy oraz sprzętu medycznego prosimy o wydłużenie terminu naprawy, o której mowa w §3 ust. 5 wzoru umowy do 10 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia, to jest do standardowego okresu napraw gwarancyjnych (nie jest możliwa wymiana np. silnika w ciągu 7 dni).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

9. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na podjęcie naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego, o którym mowa w §3 ust. 7 wzoru umowy, a także w pkt 9 tabeli zamieszczonej w części „Wymagania pozostałe (Ogólne, związane z zakresem usług po zrealizowaniu dostawy)”, będącej załącznikiem nr 1A do SWZ do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę części zdania w §3 ust. 9 i 11 z: „spełniający wymagania opisane w załączniku nr do niniejszej umowy” **na: „o podobnych parametrach do tych określonych w załączniku nr do niniejszej umowy”**. Żądanie zapewnienia ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia o takich samych parametrach i zastosowaniu będzie wiązało się dla Wykonawcy z dużymi kosztami i przyczyni się do znacznego wzrostu ceny oferty. Wykonawca musiałby przygotować kilka takich samych dodatkowych ambulansów spełniających w całości wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia tak aby mogły one służyć w razie potrzeby za ambulans zastępczy. W ocenie Wykonawcy wystarczającym będzie zapewnienie ambulansu zastępczego o podobnych parametrach do tych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuści powyższą modyfikację

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie i o dodanie do treści projektu umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym, w przypadku dostarczenia ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia, o którym mowa w §3 ust. 9 wzoru umowy, na czas przedłużającej się naprawy Przedmiotu Umowy ponad terminy wynikające z Umowy, Zamawiający nie naliczy kar umownych przewidzianych w §8 ust. 1 pkt. 1.3 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza. W przypadku dostarczenia ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia Zamawiający nie naliczy kar umownych. Zamawiający dodaje do § 3 ust. 13 w następującym brzmieniu:

„W przypadku dostarczenia ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia, o którym mowa w §3 ust. 9 umowy, na czas przedłużającej się naprawy Przedmiotu Umowy ponad terminy wynikające z Umowy określone w § 3 ust. 4, 5,6 i 7, Zamawiający nie naliczy kar umownych przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt. 1.3 umowy”

12. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z ambulansiem stanowiącymi przedmiot umowy karty pojazdu, o którym to wymogu mowa m.in. w treści sekcji IV pkt 4.2.2. ppkt 4 ogłoszenia o zamówieniu, w treści rozdziału II pkt 3 ppkt c) SWZ oraz w §1 ust. 4 ppkt 4.2, §2 ust. 1 i §7 ust. 4 wzoru umowy. Pragniemy wskazać, że począwszy od dnia 4 września 2022 roku karty pojazdu nie są już wydawane. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć Zamawiającemu karty pojazdu w sytuacji, gdy sam nie będzie posiadał takiego dokumentu.

Odp. Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu i wykreśli z wzoru umowy powyższy zapis.

13. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści § 5 ust.3 wzoru umowy. Wskazać należy, iż zgodnie z treścią §3 ust. 4 wzoru umowy, protokolarny odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany w dniu dostawy kompletnego ambulansu do siedziby Zamawiającego wraz z niezbędną dokumentacją oraz po przeprowadzeniu szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji ambulansu. W związku z tym Zamawiający nie powinien w późniejszym czasie, już po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, zgłaszać mailowo i telefonicznie niezgodności w zakresie przedłożonej dokumentacji i dokonywać zwrotu otrzymanych dokumentów, tym bardziej, że zgodnie z treścią §5 ust. 2 wzoru umowy ewentualny zwrot dokumentów nastąpi w dniu wydania ich Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający wykreśla z § 5 ust. 3.

14. Prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności w zakresie terminu na poinformowanie Zamawiającego o planowanej dostawie Przedmiotu Umowy. W treści § 2 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca informuje Zamawiającego o tym fakcie „na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą”, przy czym w treści §7 ust. 4 wzoru umowy wskazano, że informacja ta ma zostać przekazana „co najmniej na 3 (dni) robocze przed dostawą”.

Odp. Zamawiający ujednotacza zapisy: Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie co najmniej na 3 dni robocze przed dostawą.

15. Prosimy o wykreślenie lub modyfikację treści zapisu zawartego w §7 ust. 4 wzoru umowy, poprzez rezygnację z nałożenia na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą ambulansu. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ograniczenie tego ustawowego prawa nie powinno mieć miejsca. Chcielibyśmy nadmienić, iż na fakturze powinna znajdować się data sprzedaży. Jest to jeden z elementów wymaganych przez art. 106e ustawy o VAT. Za datę sprzedaży uznaje się datę dokonania dostawy towaru czy też wykonania usługi, która jest pewna dopiero w momencie skutecznej dostawy. Wykonawca będzie więc mógł wpisać tą datę dopiero po podpisaniu przez strony wiążącego protokołu odbioru. Może okazać się, że taki odbiór z różnych przyczyn nie nastąpi w dniu dostawy (np. wystąpią usuwalne wady przedmiotu zamówienia) tylko w dniach kolejnych co uniemożliwia uprzednie wystawienie poprawnej faktury. Dodatkowo Zamawiający nie ma prawa uzależniać przyjęcia towaru od doręczenia w tym samym momencie faktury, faktura nie jest przedmiotem zamówienia ani nie jest objęta postępowaniem o udzielenie zamówienia dlatego nie może stanowić przedmiotu odbioru i być oceniana w kontekście przedmiotu zamówienia. Jej brak w dniu dostawy w żaden sposób nie ma wpływu na prawidłowość dostawy i dostarczonych towarów, a obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór w terminie wskazanym w umowie towaru zgodnego z umową. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający dopuszcza dostarczenie FV drogą mailową, zatem FV zostanie Zamawiającemu dostarczona niezwłocznie po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu z dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zamawiający wykreśla z § 7 ust. 4 obowiązek dostarczenia przy odbiorze faktury oraz karty pojazdu.

16. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym z chwilą podpisania przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia.

Odp. Zamawiający dopisze do wzoru umowy powyższe zastrzeżenie w § 4 ust. 8:

Z chwilą podpisania przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia.

17. Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c. zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę wysokości kary określonej w §8 ust. 1 pkt. 1.1 wzoru umowy z 20% na 10%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

18. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości sumy kar umownych, o której mowa w §8 ust. 3 wzoru umowy do 25%. Pragniemy wskazać, iż wprowadzenie do projektu umowy postanowienia warunkującego możliwość naliczania kar umownych na poziomie 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w treści art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także w sposób znaczący odbiega od standardów rynkowych. Kary umowne zastrzeżone w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinny zostać określone w sposób niezbędny i przydatny dla realizacji przez zamawiającego celów określonych w umowie i powinny mieć na celu motywowanie Wykonawcy do terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy. W związku z tym ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 50% wartości umowy brutto należy uznać za karę nadmiernie wygórowaną i mogącą prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę treści cytowanego postanowienia umownego.

Odp. Zamawiający zmniejszy wysokość maksymalnej kary do 35%

19. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9 ust. 5 wzoru umowy i wykreślenie zdania drugiego. Wskazać należy, iż odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych należne są Wykonawcy już za sam fakt wystąpienia opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego, niezależnie od winy Zamawiającego. W związku z tym brak spełnienia świadczenia w terminie wynikającym z zawartej umowy, powstałego na skutek okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, w tym także na wypadek zaistnienia siły wyższej, nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty należnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odp. Zamawiający wykreśli z §9 ust. 5 wzoru umowy zdanie drugie.

20. Prosimy Zamawiającego o dodanie do treści §9 dodatkowego ustępu o następującej treści: „Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SWZ.

21. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §10 ust. 2 wzoru umowy punktów o następującym brzmieniu:

- ✓ zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- ✓ zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- ✓ zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- ✓ nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
- ✓ obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

22. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

*Nazwa Wykonawcy

Odp. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Zamawiający doda powyższą klauzulę w § 6 pkt 20, która dotyczyć będzie dużego przedsiębiorcy:

„ (Wykonawca).....* , w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.

23. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści załącznika nr 2 do SWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia niepodleganiu wykluczeniu, a także Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania. W treści ogłoszenia o zamówieniu- sekcja V pkt 5.2. oraz w rozdziale VI pkt 2 SWZ Zamawiający wskazał, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w treści art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. W treści przywołanych oświadczeń natomiast wskazano także odniesienie do fakultatywnej przesłanki wykluczenia przewidzianej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. W związku z tym prosimy o zmianę treści Oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i wykreśla z załącznika nr 2 przesłankę wykluczenia określoną w art. 109 ust. 1 pkt 7.

Poprawną treść załącznika nr 2 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej .

Zestaw pytań nr 4 z dnia 20.03.2023r. :

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odp. Zamawiający określił wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w SWZ:

Oferowany ambulans musi spełniać wymagania dla ambulansu drogowego typu „B” lub „C” określone w następujących normach:

- PN EN 1789+A2 lub równoważnej dla środka transportu drogowego typ B lub C, z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN EN 1789+A2 lub równoważnej, wymaganej przez NFZ,
- normy PN EN 1865-1 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" lub normy równoważnej w tym zakresie.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021**, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich

zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm**, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.**

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

Odp. Zamawiający określił wymagania w SWZ (patrz odp. na pyt. 1)

3. W związku z sytuacją, że wg **aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg** pytamy czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

Odp. Zamawiający określił wymagania minimalne w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego parametry minimalne opisane w ww. dokumentach.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 20.03.2023r. :

1. **DOTYCZY: OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA – punkt 5 (system dekontaminacji)**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na lampę UV222 Vehicle montowaną na stałe w przedziale pacjenta zgodnie z EN 1789, emitującą filtrowane światło UV o długości fali 222nm (bezpieczne dla skóry i oka i wszelkich urządzeń medycznych i materiałów), działającą 24 godziny na dobę podczas obecności ludzi, gwarantującą natychmiastowe działanie (od momentu uruchomienia lampy) na mikroorganizmy w powietrzu i na powierzchniach, chroniącą personel i pacjentów podczas jazdy karetki, umożliwiającą Ciągłą Aktywną Dezynfekcję działającą między ludźmi?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu do dekontaminacji zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

2. **DOTYCZY: OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA – punkt 6**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na plazmowe urządzenie hybrydowe, montowane na stałe w ambulansie na ścianie lub szynach L-track, posiadające uchwyt montażowy zgodny z EN 1789, umożliwiające:

- ochronę personelu i pacjentów podczas jazdy poprzez wykorzystanie Promieniowej Jonizacji Katalitycznej RCI, UVC oraz jonizacji plazmowej HPI, które dezynfekują powietrze przepływowo, usuwają lotne związki organiczne oraz silnie jonizują powietrze w ambulansie tworząc atmosferę ochronną działającą między ludźmi i oddziałującą na mikroorganizmy na powierzchniach i w powietrzu?
- dekontaminację ozonem (podczas postoju i przerw) poza obecnością ludzi, w czasie do jednej godziny?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Zestaw pytań nr 6 z dnia 20.03.2023r. :

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło kardiologiczne z systemem płozowym zgodne z normą 1865-4 o wadze do 15 kg?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 7 z dnia 20.03.2023r. :

Czy Zamawiający dopuszcza nosze z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy ?

Odp. Tak.

Zestaw pytań nr 8 z dnia 20.03.2023r. :

1. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.

Odp. Zamawiający dopuści

2. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazdu wyposażony w lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane i podgrzewane.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga, aby dostarczany ambulans spełniał minimalne wymagania określone w SWZ.

Zestaw pytań nr 9 z dnia 20.03.2023r. :

Czy Zamawiający dopuści transporter bez dodatkowych uchylnych uchwytów transportera? Zamawiający wskazuje konkretne rozwiązanie techniczne. Zestaw transportowy jaki pragniemy zaoferować umożliwia spełnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności tj. łatwe manewrowanie, możliwość odblokowania goleni bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów.

Odp. Zamawiający wymaga, aby dostarczany transporter spełniał minimalne wymagania określone w SWZ.

Zestaw pytań nr 10 z dnia 21.03.2023r. :

1. Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jakiej używa zamawiający w celu dopasowania odpowiedniego uchwytu.

Odp. Zamawiający posiada różne drukarki, Wykonawca winien zamontować półkę najczęściej montowaną w ambulansach. Zamawiający obecnie używa drukarek o wym. ok. dł .36 cm x 20 cm gł. x 16 cm wys. (instalacja w ambulansie winna umożliwiać podłączenie drukarki standardowej zasilanej 230V).

2. Prosimy o potwierdzenie, że GPS Teltonika FMC640; Tablet Zebra L10XSLATE, Skaner Datalogic QD2430-WSK1, drukarka nie stanowią przedmiotu zamówienia, tzn. nie należy ich wliczać w ofertę.

Odp. Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o podanie przybliżonego rocznego przebiegu ambulansu.

Odp. Zamawiający informuje że przybliżony roczny przebieg ambulansu wynosi 90 000 km.

4. Prosimy o informację, czy w ofertę mają być wliczone przeglądy zabudowy medycznej ambulansu, co znacznie zwiększy jej koszt?

Odp. Tak

5. Prosimy o informację, czy w ofertę mają być wliczone przeglądy sprzętu medycznego, co znacznie zwiększy jej koszt?

Odp. Nie

INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5-9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu informuje, że dokonuje zmiany SWZ oraz Zał. 1A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu określonym w odpowiedziach na pytania Wykonawców i zmiany te są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zamieści nowe załączniki do SWZ:

- Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1)
- Zał. nr 4 Wzór umowy (w przypadku nie uwzględnienia wszystkich zmian w zamieszczonym załączniku zmiany zostaną uwzględnione na etapie podpisywania umowy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ)

Jednocześnie informuje również, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji do zapisów SWZ oraz wzoru umowy, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **28 marca 2023r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia **28 marca 2023r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia **28 marca 2023r.** o godz. **10:15**
- Termin związania ofertą upływa w dniu **26 kwietnia 2023r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/741732>.

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 271 wyżej cytowanej ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomysłu
/-/ Tomasz Przybylski