

Warszawa, dnia 9 września 2022 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa płytek mikromacierzy HLA-B27 i HLA-Cw6 i odczynników do przeprowadzenia reakcji na poziomie molekularnym, zestawów kontroli reakcji molekularnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą specjalistycznej aparatury do diagnostyki molekularnej metodą mikromacierzy” – sprawa nr 44/PN/2022/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie przystąpienia do naprawy serwisowej maksymalnie do 48 godzin od powiadomienia przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska