

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 28.02.2024r.

SA-381-6/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę karetki sanitarnej typu „B” wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści nosze z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 85 stopni? Różnica pomiędzy wymogami jest niewielka (5 stopni) i nie wpływa znacząco na funkcjonalność noszy.	Zamawiający dopuszcza
2	Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści nosze z ramą z możliwością ułożenia pacjenta na wznak? Ta forma transportu jest najczęściej stosowana i umożliwia wykonanie procedury intubacji.	Zamawiający dopuszcza
3	Dotyczy: OPZ - Pkt. 8 POJAZD BAZOWY NADWOZIE Prosimy o dopuszczenie kabiny kierowcy dwuosobowej. Rozwiązanie trzyosobowe wyklucza możliwość zaoferowania przejścia pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.	Zamawiający modyfikuje zapis OPZ pkt. 8 na: “Kabina kierowcy dwuosobowa”
4	Dotyczy: OPZ – Pkt. 12 SILNIK I UKŁAD JEZDNY Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający miał na myśli normę EURO VI AR i jest to jedynie omyłka pisarska?	Tak jest to omyłka pisarska. norma EURO VI AR
5	Dotyczy: OPZ – Pkt. 46 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu z „Zestaw 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min 92 AH do zasilania wszystkich odbiorników prądu.” na „Zestaw 2 akumulatorów o łącznej pojemności min 92 AH do zasilania wszystkich odbiorników prądu.”. Fabryczny akumulator występuje tylko w ilości 1 szt., akumulator do zasilania przedziału medycznego jest dokładany przez Oferenta na etapie zabudowy.	Zamawiający wyraża zgodę



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

6	Dotyczy: OPZ – Pkt. 53 OZNAKOWANIE POJAZDU Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z pojedynczą lampą w technologii LED w tylnej części dachu.	Zamawiający dopuszcza
7	Dotyczy: OPZ – Pkt. 62 OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Prosimy o dopuszczenie oświetlenia zgodnego z normą PN EN 1789 tj. 6 listew oraz 2 lamp.	Zamawiający dopuszcza
8	Dotyczy: OPZ – Pkt. 73 ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Prosimy o dopuszczenie zamiennie „Na ścianie lewej zestaw szafek i półek, schowek na ortopedię, szafka na butle tlenowe.”	Zamawiający dopuszcza
9	Dotyczy: OPZ – Pkt. 1 – Krzeselko transportowe Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie krzeselka transportowego bez systemu płozowego. Zaoferowanie krzeselka płozowego znacznie zwiększy koszt złożonej oferty.	Zamawiający dopuszcza
10	Dotyczy: OPZ – Pkt. 4 – Krzeselko Transportowe Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu „Regulacja tylnego uchwytu w min. 4 pozycjach” w nawiązaniu do Pytania 7, ponieważ takie rozwiązanie stosowane jest wyłącznie w krzeselkach płozowych, a nie transportowych. Zaoferowanie krzeselka płozowego znacznie zwiększy koszt złożonej oferty.	Zamawiający dopuszcza
11	Dotyczy: Umowa - §3 pkt. 4 Prosimy o informację czy Zamawiający dokona płatności za przedmiot umowy po 30 dniach od daty podpisanego obopólnie protokołu odbioru oraz dostarczonej prawidłowej faktury końcowej? Okres płatności wpływa na ryzyko związane z potencjalnym złożeniem oferty przez Oferenta oraz wartością końcową wynikającą z odsetek, które Oferent będzie musiał zapłacić za wydłużenie terminu u dostawców.	Tak
12	Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 4 Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie §5 pkt. 4, ponieważ z jego treści wynika, że Oferent obejmuje ochroną gwarancyjną Zamawiającego na uszkodzenia	Zamawiający wyraża zgodę



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>mechaniczne, które nie są winą Zamawiającego, a następnie wyłącza w podpunktach 1-4 uszkodzenia mechaniczne, które nie są winą Zamawiającego. Według Oferenta w tym punkcie występuje sprzeczność, ponieważ uszkodzeniem mechanicznym jest każde uszkodzenie inne niż wada produktu i nie może zostać ono objęte gwarancją.</p> <p>Oferent proponuje następujące brzmienie §5 pkt. 4.</p> <p>„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wady przedmiotu z wyłączeniem awarii/usterek wynikających z:</p> <ol style="list-style-type: none">1) niewłaściwego użytkowania karetki, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową;2) mechanicznego uszkodzenia karetki, powstałego z winy Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;3) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;4) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).”	
13	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 5</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „serwis pogwarancyjny”. Oferent oferuje serwis pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego, jednak nie prowadzi warsztatu i nie serwisuje pojazdu bazowego.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis umowę §5 pkt. 5 na:</p> <p>„Wykonawca zapewnia do dostarczonej Karetki usługi serwisu gwarancyjnego ...”</p>
14	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 6</p> <p>Domniemy, iż Zamawiający rozumie pod pojęciem „Karetki” zarówno pojazd bazowy, zabudowę medyczną jak i sprzęt medyczny. Prosimy tym samym o wykreślenie z tego punktu fragmentu „oraz do załatwienia niezbędnych formalności” lub potwierdzenia, iż Zamawiający jest świadom, iż serwis pojazdu bazowego wykonuje w ASO oferowanej marki w dogodnym dla siebie terminie, załatwiając samodzielnie zgłoszenia serwisowe, dostarczając pojazd za wykorzystaniem swojego personelu, na</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis umowę §5 pkt. 6 na:</p> <p>W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje usuwanie na własny koszt wszelkich wad, awarii, usterek Karetki , w tym w szczególności wymianę wszelkich części (wyluczając części eksploatacyjne)</p>






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	swój koszt oraz jedynie wspierając się na Oferencie, a nie zlecając mu taką usługę.	
15	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 7</p> <p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w powyższym punkcie Zamawiający oczekuje usunięcia usterki/wady w terminie 7 lub 14 dni roboczych zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego.</p> <p>Oferent nie ma wpływu na czas realizacji serwisu w ASO zaoferowanej marki, ponieważ to Zamawiający zleca i realizuje zgłoszenia serwisowe pojazdu bazowego samodzielnie.</p>	Tak
16	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 9</p> <p>Prosimy zmianę zapisu z:</p> <p>„W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nową część w wyniku zapisów ust. 8 niniejszego paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część w przedmiocie umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy części zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na przedmiot umowy, w zależności który termin upłynie później.”</p> <p>Na:</p> <p>W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nową część w wyniku zapisów ust. 8 niniejszego paragrafu, termin gwarancji wymienionej części biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część w przedmiocie umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy części zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na przedmiot umowy, w zależności który termin upłynie później.</p> <p>Lub potwierdzenie, iż Zamawiający miał na myśli termin gwarancji wymienionej części, a nie całego przedmiotu zamówienia.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis Umowa - §5 pkt. 9 na:</p> <p>“W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nową część w wyniku zapisów ust. 8 niniejszego paragrafu, termin gwarancji wymienionej części biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część w przedmiocie umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy części zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na przedmiot umowy, w zależności który termin upłynie później.”</p>
17	<p>Pytanie 15</p> <p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 10</p>	<p>Zamawiający modyfikuje zapis Umowa - §5 pkt. 10 na:</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>Prosimy o wykreślenie §5 pkt. 10, ponieważ Zamawiający samodzielnie wybiera miejsce serwisowania pojazdu bazowego (treść Pytania 12), stąd też Oferent nie będzie posiadał wiedzy o miejscu serwisowania pojazdu bazowego przez Zamawiającego i nie będzie mógł udzielić informacji dotyczącej zmian miejsca serwisowania. Dodatkowo Oferent nie ma wpływu na czas serwisowania pojazdu bazowego przez ASO marki ani nie posiada informacji o możliwości przedłużenia przez dealera marki gwarancji o czas postoju karetki w serwisie. Pozostawienie tego zapisu wymusi na Oferencie doliczenie do złożonej oferty dodatkowej gwarancji, która pokryje ewentualne wydłużenie terminu gwarancji podstawowej.</p>	<p>Serwis karetki bazowej realizowany w najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) oferowanej marki ambulansu, nie dalej niż 60 km od siedziby zamawiającego.</p>
18	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Zamawiającego pojazdu do producenta zabudowy medycznej w przypadku gdy gdy serwis zabudowy medycznej lub sprzętu medycznego będzie niemożliwy do wykonania w siedzibie Zamawiającego z powodu np. braku sprzętu serwisowego, który nie jest mobilny?</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę</p>
19	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 12 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §5 pkt. 12, ponieważ wymóg zalecanych przez producentów przedmiotu umowy przeglądów i czynności konserwacyjnych realizowanych bezpłatnie przez Zamawiającego będzie skutkowało znaczącym wzrostem ceny oferty składanej przez Oferenta. Domniemy, iż w tym punkcie Zamawiający ma na myśli przeglądy gwarancyjne w ASO marki, przeglądy serwisowe w ASO marki, coroczne przeglądy noszy i krzeselka, przeglądy zabudowy medycznej, a wszystko to w okresie minimum 36 miesięcy, których wymaga Zamawiający. Oferent szacuje, iż koszt dodatkowy wynikający z tego punktu wyniesie około 20 000,00 PLN netto.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
20	<p>Dotyczy: Umowa - §5 pkt. 3 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>Z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu w przedmiocie umowy innego wyposażenia bez utraty gwarancji.”</p> <p>Na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu w przedmiocie umowy innego wyposażenia medycznego w miejscu wskazanym przez Oferenta bez utraty gwarancji.”</p> <p>Oferent informuje, iż zabudowa posiada wzmocnienia w konkretnych miejscach i musi wskazać Zamawiającemu, w którym miejscu montaż będzie zgodny z wymogami norm.</p>	
21	<p>Dotyczy: Umowa - §10 pkt. 8</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu „Przedmiot umowy pozostanie własnością Oferenta do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.” Oferent pragnie poinformować, iż taki zapis będzie również umieszczony na protokole zdawczo-odbiorczym oraz na fakturze końcowej</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

Dyrektor
ds. Administracyjno-Inwestycyjnych
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp. z o. o. w restrukturyzacji

Iwona Wiśniewska