

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2021-07-30

EZ/350/33/2021/ 484

Wg rozdzielnika: do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: 33/2021 zakup i dostawa opatrunków – 4 pakiety - tryb podstawowy.

W związku ze zmianą terminów postępowania Zamawiający zmienia w SWZ termin związania ofertą:

Jest:

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01/09/2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04-09-2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do SWZ, na które udzielamy odpowiedzi:

Pakiet 2, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm –wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm –wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm? **ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**


Pakiet 2, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający nie dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? **ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga sterylizacji w parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu lub radiacyjnie.**

Z poważaniem, Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszewska