



Wrocław, dnia 10.11.2023r

**Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego**

Nr sprawy Szp242/ZP-249A/2023

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Materiałów do badań diagnostycznych

**Pytanie nr 1**

Dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 Formularza Asortymentowo Cenowego kapilary z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego 75 x 2,3mm (140ul) z heparyną litową, pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Dot. pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 Formularza Asortymentowo Cenowego kapilary z wyposażeniem: zestaw kapilar z odpornego na pęknięcie tworzywa sztucznego 75 x 2,3mm (140ul) z heparyną litową, pakowane po 800 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę ?

Proponowany zestaw zawiera: 4 opakowania po 200 kapilar, 4 opakowania po 400 kapturków/zatyczek (po dwie na każdą kapilarę) oraz 1000 mieszadeł ( 4 x 250 sztuk). Mieszadła z metalu, który przyciąga magnes.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 Formularza Asortymentowo Cenowego mieszadła do kapilar średnica 1 mm, długość 9 mm, pakowane po 250 sztuk (odpowiednie dla kapilar proponowanych dla pozycji nr 1 i nr 2 Formularza Asortymentowo Cenowego)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Dot. pakietu nr 1 poz. 4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 Formularza Asortymentowo Cenowego kapturki do kapilar o średnicy 2,3 mm pakowane po 400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

## Pytanie nr 5

Dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści próbki do mikrometody do badań morfologicznych z EDTA K3? Rodzaj użytego antykoagulantu K2 czy K3 nie ma wpływu na końcowy wynik badania. Swoją prośbę motywujemy również tym, że norma PN-EN 14820 jak i ISO 6710 wskazują na trójpotasowy wersnian potasu w próbkach do badań hematologicznych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

## Pytanie nr 6

Dot. projektu umowy §9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zgodne z SWZ**

## Pytanie nr 7

Dot. projektu umowy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „**na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto**”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zgodne z SWZ**

## Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 3 - pojemniki z formolainą:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 30 ml ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

## Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści : pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 50 ml ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaprzeczenia i Zamówień Publicznych

Roman Kojan

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 4924645574, REGON 000977893

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

mgr Karolina Romańska



INSPEKTOR  
ds. Zaopatrzenia Medycznego

mgr Karolina Romańska