



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (WxSG) 1733x780x796 mm? Wysokość urządzenia niema znaczenia dla skutecznej sterylizacji, dlatego nie może być czynnikiem uniemożliwiającym złożenie poprawnej oferty.

Odp.: Zamawiając informuje, iż nie posiada przestrzeni i warunków infrastrukturalnych na instalację sterylizatora z zaproponowaną wysokością. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze do 300 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zostało zaproponowane urządzenie znacznie cięższe niż zakłada Zamawiający.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pojemnikiem na czynnik sterylizujący na 30 cykli o ważności 18 miesięcy? Mając na uwadze częstotliwość sterylizacji plazmowej i to, że w większości producentów czynnik jest ważny do 30 dni po otwarciu, 40 cykli z jednego pojemnika będzie skutkowało przeterminowaniu czynnik a tym samym narażać na niepotrzebne straty Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wymaga pojemnika na nadtlenek wodoru na min. 40 cykli aby ograniczyć częstość ingerencji w urządzenie podczas wymian oraz ze względów bezpieczeństwa operatora sprzętu nie zależnie od wielkości komory . Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści otwieranie ręczne bez awaryjnej fotokomórki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82