

Gdańsk, dnia 17 września 2019 r.

D10.251.47.M.2019

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ II

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZESTAW I

Dotyczy części nr 3 Mobilny system przekładania pacjenta

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnej śluzy z zakresem wysokości 750/1000mm? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie wyrobu. Proponowana przez nas mobilna śluza spełnia wszystkie pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Dotyczy części nr 8, zadane 1 Lampa operacyjna mobilna

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jednokopułowej wyposażonej w czaszę w formie koła z 88 diodami LED, jak na poniższej wizualizacji, o współczynniku R9 = 93 oraz głębokości oświetlenia 110cm (20%)? Proponowana lampa spełnia, a niejednokrotnie przewyższa pozostałe parametry wymagane w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 8, zadanie 2 lampa zabiegowa

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jednokopułowej wyposażonej w czaszę w formie koła z 88 diodami LED, jak na poniższej wizualizacji, o współczynniku R9 = 93 oraz głębokości oświetlenia 110cm (20%)? Proponowana lampa spełnia, a niejednokrotnie przewyższa pozostałe parametry wymagane w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW II

Pakiet nr 9 System do kompresji klatki piersiowej

Pytanie do pkt. 3. Częstość kompresji w zakresie od 80 do 110 uciśnień na minutę

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie, posiadające częstość ucisku od 102 ±2 do 120 ucisków na minutę. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dostosowane jest do częstości ucisków zgodnie z Europejskimi Wytycznymi Resuscytacji 2015 (ERC). Na podstawie podsumowania Komitetu Wykonawczego ERC:

”Wysokiej jakości resuscytacja kręgowo – oddechowa pozostaje najistotniejszym elementem wpływającym na poprawę przeżywalności. Osoby prowadzące RKO powinny wykonywać ucięcia klatki piersiowej na odpowiedni głębokość (tj. przynajmniej 5 cm., ale nie głębiej niż 6 cm.), a częstość ucięć klatki piersiowej powinna wynosić 100 – 120 / min.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie do pkt.11. Wyposażenie urządzenia: torba przenośna

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie wyposażone w specjalny plecak do przechowywania i transportu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Plecak transportowy wykonany z poliwęglanu, łatwy w czyszczeniu w porównaniu do torby. Posiada odbłaskowe elementy, duże wielopunktowe uchwyty oraz duże uchwyty zamka błyskawicznego. Ponadto plecak wyposażony jest w regulowane paski. Konstrukcja plecaka jest trwała i kompaktowa, poprzez wyjątkowe zaprojektowanie komory do przechowywania akcesoriów (akumulatora, pasków, przysawek). Plecak posiada dodatkowo specjalne okienko dzięki, któremu można szybko sprawdzić stan naładowania akumulatora oraz posiada port do ładowania urządzenia znajdującego się w środku plecaka. Decyduje to o ładowaniu urządzenia bez wyjmowania go z plecaka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW III

Dotyczy: Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający może sprecyzować, ile częściowych zamówień przewiduje złożyć w ramach zakupu wózków w pakiecie nr 4? Taka informacja pozwoli na precyzyjną kalkulację oferty uwzględniającą m.in. koszty dostawy sprzętu do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni wzory umów do tego postępowania przetargowego, Zamawiający będzie wymagał zmagazynowania wszystkich urządzeń zawartych w tym pakiecie w magazynie Wykonawcy, aż do czasu oddania inwestycji Bloku Operacyjnego

2. Prosimy w zapisach umowy w §5, pkt. 2 o wyrażenie zgody na termin płatności faktur 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę po realizacji każdego, częściowego zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie nr 1.

ss

Dotyczy: Pakiet nr 4, zad. 1 – Wózek transportowy typ I – 14 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 segmenty ruchome (pozostałe parametry opisane w pkt. 2 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wyprofilowane w podstawie (pokrywie z tworzywa sztucznego opisanej w pkt. 3) miejsce na butlę z tlenem z paskami zabezpieczającymi butlę



przed przesuwaniem się?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający rozstaw pomiędzy kolumnami 115 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

4. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z opuszczonymi barierkami 80,5 cm? Oferowana szerokość jest szerokością całkowitą wózka niezależnie od tego, czy barierki są podniesione, czy opuszczone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

5. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

6. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne lakierowane, wykończone estetycznym tworzywem, składane, o wysokości 32,5 cm (ponad leże) i długości 121 cm, z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową umożliwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, barierki boczne składane na ramę leża poniżej poziomu materaca, gwarantujące łatwy i bezpieczny transfer pacjenta, posiadające minimalną przerwę transferową; wózek wyposażony w uchwyt w kształcie pałaka do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający wymaga barierek, które są chowane pod leże, co wiąże się z brakiem przerw transferowych pomiędzy wózkami zgodnie z pkt. 16 w zad. 1 i 2 w tym pakiecie.

7. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek posiadającą hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 57,5 - 88,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

8. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże wyposażone w stały segment miednicy „obniżone siedzisko” zabezpieczający pacjenta przed zsuwaniem się z leża i zmniejszającym ryzyko powstawania odleżyn, bez konieczności uruchamiania podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

9. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie 0o - 67o, bez automatycznego opuszczania się segmentu miednicy?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

10. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wózek posiadający manualną regulację segmentu nóg tj. segmentu uda w zakresie 0 - 17,5o, ze wspomaganiami sprężyny gazowej oraz regulację podparcia podudzi opisaną w pkt. 21 dla uzyskania pozycji ortopedycznej - obsługiwana manualnie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

11. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie 14,5o przy użyciu pedałów nożnych w obu stron wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ



12. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w zintegrowaną półkę na dokumenty medyczne od strony wezglowia opisaną w pkt. 26?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

13. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka oraz listwy odbojowe znajdujące się na barierkach bocznych, które zabezpieczą wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

14. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników opisanych w pkt. 28?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

15. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia ciśnieniowego)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

16. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac piankowy przeciwoleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan wytrzymały na środki chemiczne, nieprzemakalny, paro przepuszczalny, o zszywanych krawędziach zabezpieczonych przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, grubość materaca 10 cm, niepalny (zgodnie z normą EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu 315 kg, przezierny dla promieni RTG, materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

17. Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy (z regulacją wysokości) wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 hakami, 2 częściowy, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

18. Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści wózek, w którym dźwignia zwalniająca barierki boczne znajduje się mniej więcej w połowie długości leża?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

19. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na pompę lub dodatkowy sprzęt montowaną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, zad. 2 – Wózek transportowy typ I – 2 szt.

20. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 segmenty ruchome (pozostałe parametry opisane w pkt. 2 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

21. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wyprofilowane w podstawie (pokrywie z tworzywa sztucznego opisaną w pkt. 3) miejsce na butlę z tlenem z paskami zabezpieczającymi butlę przed przesuwaniem się?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

22. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający rozstaw pomiędzy kolumnami 115 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

23. Czy (w pkt. 8 i 9) Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 80,5 cm? Oferowana szerokość jest szerokością całkowitą wózka



niezależnie od tego, czy bariereki są podniesione, czy opuszczone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

24. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

25. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w bariereki boczne lakierowane, wykończone estetycznym tworzywem, składane, o wysokości 32,5 cm (ponad leże) i długości 121 cm, z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową umożliwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, bariereki boczne składane na ramę leża poniżej poziomu materaca, gwarantujące łatwy i bezpieczny transfer pacjenta, posiadające minimalną przerwę transferową; wózek wyposażony w uchwyt w kształcie pałeczki do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający wymaga barieriek, które są chowane pod leże, co wiąże się z brakiem przerw transferowych pomiędzy wózkami zgodnie z pkt. 16 w zad. 1 i 2 w tym pakiecie.

26. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek posiadającą hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 57,5 – 88,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

27. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże wyposażone w stały segment miednicy „obniżone siedzisko” zabezpieczający pacjenta przed zsuwaniem się z leża i zmniejszającym ryzyko powstawania odleżyn, bez konieczności uruchamiania podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

28. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie 0o - 67o, bez automatycznego opuszczania się segmentu miednicy?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

29. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wózek posiadający manualną regulację segmentu nóg tj. segmentu uda w zakresie 0 – 17,5o, ze wspomaganiami sprężyny gazowej oraz regulację podparcia podudzi opisaną w pkt. 21 dla uzyskania pozycji ortopedycznej – obsługiwana manualnie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

30. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie 14,5o przy użyciu pedałów nożnych w obu stronach wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

31. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w zintegrowaną półkę na dokumenty medyczne od strony wezgiłowia opisaną w pkt. 26?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

32. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka oraz listwy odbojowe znajdujące się na barierkach bocznych, które zabezpieczą wózek i ścianę przed uszkodzeniami?



Odpowiedź: OPZ bez zmian.

33. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników opisanych w pkt. 28?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

34. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia ciśnieniowego)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

35. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac piankowy przeciwoleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan wytrzymały na środki chemiczne, nieprzemakalny, paro przepuszczalny, o zszywanych krawędziach zabezpieczonych przedostaniem się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, grubość materaca 10 cm, niepalny (zgodnie z normą EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu 315 kg, przezierny dla promieni RTG, materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

36. Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy (z regulacją wysokości) wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 hakami, 2 częściowy, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

37. Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści wózek, w którym dźwignia zwalniająca barierki boczne znajduje się mniej więcej w połowie długości leża?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

38. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na pompę lub dodatkowy sprzęt montowaną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, zad. 3 - Wózek transportowy typ III - 1 szt.

39. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wyprofilowane w podstawie (pokrywie z tworzywa sztucznego) miejsce na butlę z tlenem z paskami zabezpieczającymi butlę przed przesuwaniem się?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

40. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający rozstaw pomiędzy kolumnami 115 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

41. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 81 cm? Oferowana szerokość jest szerokością całkowitą wózka niezależnie od tego, czy barierki są podniesione, czy opuszczone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

42. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość 199 cm, szerokość 69 cm?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

43. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający min. 5 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG od strony głowy lub nóg pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.



44. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG, ale nie wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

45. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

46. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w bariery boczne lakierowane, wykończone estetycznym tworzywem, składane, o wysokości 31,5 cm (ponad leże) i długości 121 cm, z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową umożliwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, bariery boczne składane na ramę leża poniżej poziomu materaca, gwarantujące łatwy i bezpieczny transfer pacjenta, posiadające minimalną przerwę transferową; wózek wyposażony w uchwyt w kształcie pałaka do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający wymaga barierek, które są chowane pod leże, co wiąże się z brakiem przerw transferowych pomiędzy wózkami zgodnie z pkt. 20 w zad. 3 w tym pakiecie

47. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie 0o – 83,5o?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

48. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający manualnej regulacji segmentu nóg ze wspomaganie siłownika hydraulicznego?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

49. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję Trendelenburga i anti-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie 14,5o przy użyciu pedałów nożnych w obu stron wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

50. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w zintegrowaną półkę na dokumenty medyczne od strony wezłowania?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

51. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka oraz listwy odbojowe znajdujące się na barierkach bocznych, które zabezpieczą wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

52. Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników nad kołami?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

53. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia ciśnieniowego)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

54. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac 1-warstwowy, w pokrowcu poliuretan/poliwęglan, nieprzemakalny, paro przepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny, materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

55. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy (z regulacją wysokości) wieszak

infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 hakami, 2 częściowy, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

56. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym dźwignia zwalnająca barierki boczne znajduje się mniej więcej w połowie długości leża?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

57. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na pompę lub dodatkowy sprzęt montowaną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW IV

Pytanie nr 1 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta pkt 14 tabeli specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania materac grzewczy o wymiarach:

Długość – 190 cm

Szerokość – 58,5 cm

Lub

Długość – 120 cm

Szerokość – 58,5cm?

Podane przez nas długości i szerokości to najpopularniejsze rozmiary wysokiej klasy materacy grzewczych stosowanych na oddziałach szpitalnych w całej Polsce. Pasują na wszystkie standardowe stoły operacyjne. Różnice między podanymi w specyfikacji wymiarami, a tymi które chcemy Państwu zaoferować są niewielkie i dzięki udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na pytanie zostanie zwiększony komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta pkt 6 tabeli specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania materac/koc grzewczy których warstw grzewcza wykonana jest w technologii elastycznych polimerów węglowych? Warstwa grzewcza wykonana z elastycznych polimerów węglowych wyklucza wystąpienie tzw. gorących/zimnych miejsc na powierzchni materaca/koca, dzięki czemu wyklucza możliwość przypadkowego oparzenia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta pkt 21 tabeli specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy koc grzewczy o wymiarach:

Długość – 166 cm

Szerokość – 80 cm

Różnica w podanej minimalnej długości koca w specyfikacji technicznej wynosi zaledwie 4 cm i taka różnica ni będzie miała wpływu na zmniejszenie czy zwiększenie komfortu pracy personelu.

Podana w specyfikacji szerokość koca jest zbyt mała. Może to uniemożliwiać okrycie całego pacjenta ora może powodować zsuwanie się koca z pacjenta. Szerokość koca na poziomie 80 cm jest zdecydowanie praktyczniejsza i wygodniejsza w użyciu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta pkt 13 specyfikacji technicznej

Zwracamy się o sprecyzowanie i wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli przez sformułowanie informacji w pkt 13 specyfikacji technicznej „System zapewniający równomierne ogrzewania całej powierzchni materaca? Czy w związku z tym zamawiający wymaga, aby warstwa grzewcza była wykonana w technologii elastycznych polimerów węglowych, gdyż właśnie ta technologia gwarantuje równomierny rozkład temperatur na całej powierzchni materaca/koca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by powierzchnia całego materaca miała równomierną temperaturę.

Pytanie nr 5 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta pkt 2 i 5 tabeli specyfikacji technicznej
Czy zamawiający stosując zasadę jakości produktu wprowadzi do tabeli specyfikacji technicznej punktację, która uwzględni najważniejsze dwa elementy podnoszące komfort pracy personelu jaki i możliwości takiego systemu grzewczego?

Przykład:

Zakres temperatur pracy

37 – 39 st – 0 pkt

30 – 40 st – 5 pkt

25 – 40 st – 15 pkt

Waga kontrolki podgrzewacza

3,5 – 4,5kg – 0 pkt

2 – 3,5 kg – 10 pkt

< 2kg – 15 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

ZESTAW V

Pakiet nr 4 zad. 1

Pytanie 17. Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta ,w którym hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86.4 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca).

Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów gwarantując bezpieczeństwo podczas opuszczania i podnoszenia leża wózka.

Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezglowia

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta , który posiada możliwość instalowania półki na dokumenty medyczne od strony nóg oraz/lub od strony głowy. Możliwość wyjmowania półki ułatwia dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej).

Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet nr 4 zad. 2

Pytanie 17. Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta ,w którym hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86.4 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca).

Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów gwarantując bezpieczeństwo podczas opuszczania i podnoszenia leża wózka.

Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezglowia

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta , który posiada możliwość instalowania półki na dokumenty medyczne od strony nóg oraz/lub od strony głowy. Możliwość wyjmowania półki ułatwia dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet nr 4 zad. 3

Pytanie 23. Manualna regulacja segmentu nóg ze wspomaganie silownika hydraulicznego

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta , którego platforma leża jest dwu segmentowa. Część segmentu nóg bez regulacji wspomaganie silownika hydraulicznego, ze względu na budowę wózka do transport pacjenta i wykonywania wysokiej jakości badań RTG. Platforma wózka regulowana hydraulicznie do podnoszenia leża wózka do odpowiedniej wysokości do wykonywania wysokiej jakości badań RTG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 26 Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezglowia.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta , który posiada możliwość instalowania półki na dokumenty medyczne od strony nóg lub/oraz od strony głowy. Możliwość wyjmowania półki ułatwia dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW VI

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego 2-segmentowe leże wykonane jest z łatwego do dezynfekcji, przeziernego dla promieni RTG tworzywa HPL?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, z miejscem na butlę z tlenem wyprofilowanym w obudowie podstawy wózka?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego kolumny rozstawione są od siebie w odstępnie: 133cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego szerokość z opuszczonymi barierkami wynosi 84cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wymiary leża dla pacjenta wynoszą:

- długość: 1990mm,
- szerokość: 600mm?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne wykonane są z 5 pionowych, chromowanych szczelbli połączonych listwą łączącą z estetycznego aluminium? Długość barierek: 1350mm, wysokość barierek: 400mm.

Barierki składane wzdłuż leżą, wykonane w systemie uniemożliwiającym zakleszczenie palców.

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający wymaga barierek, które są chowane pod leże, co wiąże się z brakiem przerw transferowych pomiędzy wózkami zgodnie z pkt. 16 w zad. 1 i 2 w tym pakiecie.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą obustronnych pedałów nożnych w zakresie: 560-870mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez ruchomego segmentu miednicy?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie 0-62°?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 20. i 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, który z uwagi na 2-segmentowe leże nie posiada regulacji nóg oraz podudzi, a jedynie regulację oparcia pleców?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są w zakresie 0-14°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez możliwości uzyskania pozycji fotelowej?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 28.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, zabezpieczony w każdym narożniku solidnym krążkiem odbojowym przed uderzeniami, bez możliwości wyboru ich koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez możliwości mycia ciśnieniowego?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 30.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w materac medyczny o grubości 10cm, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, odpornym na częste dezynfekcje, przezierny dla promieni RTG? Stabilizowany na leżu za pomocą specjalnych uchwytów.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 17.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 1. Wózek transportowy typ I – 14szt. Pkt. 32.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne składane są za pomocą mechanizmu dostępnego tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:





Pytanie 18.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego 2-segmentowe leże wykonane jest z łatwego do dezynfekcji, przeziernego na całej długości dla promieni RTG tworzywa HPL?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 19.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, z miejscem na butlę z tlenem wyprofilowanym w obudowie podstawy wózka?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 20.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego kolumny rozstawione są od siebie w odstępnie: 133cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pytanie 21.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.



Pytanie 22.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego szerokość z opuszczonymi barierkami wynosi 84cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 23.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wymiary leża dla pacjenta wynoszą:

- długość: 1990mm,
- szerokość: 600mm

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 24.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne wykonane są z 5 pionowych, chromowanych szczebli połączonych listwą łączącą z estetycznego aluminium? Długość barierki: 1350mm, wysokość barierki: 400mm.

Barierki składane wzdłuż leża, wykonane w systemie uniemożliwiającym zakleszczenie palców.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 25.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą obustronnych pedałów nożnych w zakresie: 560-870mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 26.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez ruchomego segmentu miednicy?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 27.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie 0-62°?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 28.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 20. i 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, który z uwagi na 2-segmentowe leże nie posiada regulacji nóg oraz podudzi, a jedynie regulację oparcia pleców?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 29.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są w zakresie 0-14°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 30.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez możliwości uzyskania pozycji fotelowej?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 31.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 28.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, zabezpieczony w każdym narożniku solidnym krążkiem odbojowym przed uderzeniami, bez możliwości wyboru ich koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 32.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez możliwości mycia ciśnieniowego?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 33.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 30.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w materac medyczny o grubości 10cm, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, odpornym na częste dezynfekcje, przezierny dla promieni RTG? Stabilizowany na leżu za pomocą specjalnych uchwytów.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 34.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 2. Wózek transportowy typ II – 2szt. Pkt. 32.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne składane są za pomocą mechanizmu dostępnego tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Pytanie 35.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego 2-segmentowe leże wykonane jest z łatwego do dezynfekcji, przeziernego na całej długości dla promieni RTG tworzywa HPL?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 36.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego platforma leża nie jest wykonana z jednolitego odlew, co wykluczałoby jej 2-segmentowe wykonanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 37.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego platforma leża wykonana jest z laminatu HPL przeziernego dla RTG i łatwego w dezynfekcji?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 38.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, z miejscem na butlę z tlenem wyprofilowanym w obudowie podstawy wózka?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 39.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego kolumny rozstawione są od siebie w odstępach: 133cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pytanie 40.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 41.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego szerokość z opuszczonymi barierkami wynosi 84cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 42.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wymiary leża dla pacjenta wynoszą:

- długość: 1990mm,
- szerokość: 600mm

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 43.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego 2-segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć RTG na całej długości leża (od głowy do stóp), wykonane z HPL?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 44.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, z dostępem do prowadnicy na kasetę RTG od strony głowy i nóg pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 45.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, posiadający podziałkę wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 46.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne wykonane są z 5 pionowych, chromowanych szczelbi połączonych listwą łączącą z estetycznego aluminium? Długość barierek: 1350mm, wysokość barierek: 400mm.

Barierki składane wzdłuż leża, wykonane w systemie uniemożliwiającym zakleszczenie palców.

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający wymaga barierek, które są chowane pod leże, co wiąże się z brakiem przerw transferowych pomiędzy wózkami zgodnie z pkt. 20 w zad. 3 w tym pakiecie.

Pytanie 47.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą obustronnych pedałów nożnych w zakresie: 560-870mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pytanie 48.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie 0-62° za pomocą sprężyn gazowych?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 49.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, który z uwagi na 2-segmentowe leże nie posiada funkcji regulacji segmentu nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 50.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anti-Trendelenburga regulowane są w zakresie 0-14°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 51.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 28.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, zabezpieczony w każdym narożniku solidnym krążkiem odbojowym przed uderzeniami, bez możliwości wyboru ich koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 52.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, bez możliwości mycia ciśnieniowego?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 53.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 30.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w materac medyczny o grubości 10cm, w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym, odpornym na częste dezynfekcje, przezierny dla promieni RTG? Stabilizowany na leżu za pomocą specjalnych uchwytów.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 54.

Dotyczy pakietu. 4. Poz. 3. Wózek transportowy typ III – 1szt. Pkt. 32.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu, którego barierki boczne składane są za pomocą mechanizmu dostępnego tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaofერować w postępowaniu:



Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaofęrować w postępowaniu:



ZESTAW VII

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 8 zadanie 1 – Lampa operacyjna mobilna, szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany całych paneli diod w przypadku ich awarii? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody, o ile dojdzie do ich uszkodzenia, bo takiej czynności dokonuje serwis.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natężeniu oświetlenia w odległości 1m (Ec) na poziomie 150 000 luksów? Różnica 10 000 luksów nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barw na poziomie $Ra \geq 95$? Różnica parametru oferowanego w stosunku do wymaganego nie będzie zauważalna gołym okiem bez zastosowania specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej na poziomie $R9 \geq 95$? Różnica parametru oferowanego w stosunku do wymaganego nie będzie zauważalna gołym okiem bez zastosowania specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 8 zadanie 2 – Lampa zabiegowa, szt. 3

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością wymiany całych paneli diod w przypadku ich awarii? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody, o ile dojdzie do ich uszkodzenia, bo takiej czynności dokonuje serwis.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia w odległości 1m (Ec) na poziomie 150 000 luksów? Różnica 10 000 luksów nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie $Ra \geq 95$? Różnica parametru oferowanego w stosunku do wymaganego nie będzie zauważalna gołym okiem bez zastosowania specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej na poziomie $R9 \geq 95$? Różnica parametru oferowanego w stosunku do wymaganego nie będzie zauważalna gołym okiem bez zastosowania specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW VIII

Dot. Zał. nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 14 Respirator transportowy

Ad pkt 2: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny do postępowania przetargowego respirator z wbudowaną turbiną (gwarancja producenta na 8 lat pracy), który byłby przeznaczony do wentylacji pacjentów od 20 do 2000 ml objętości oddechowej? Terapię wentylacyjną prowadzi się zwykle w obszarze należnej wagi ciała pacjenta a nie rzeczywiście.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ad pkt 5: Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy respiratora z bocznymi szynami do mocowania dodatkowych akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż respirator będzie wyposażony w elementy, do których będzie można przymocować/zawiesić dodatkowe akcesoria

Ad pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z zasilaniem O₂ w zakresie 2,7 do 6,0 bar?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 13: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z możliwością pracy na 45 minut z wbudowanego wewnętrznego akumulatora przy wszystkich trybach wentylacji z możliwością dalszej rozbudowy o panel akumulatora mocowanego do podstawy jezdnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga dostarczenia respiratora wraz z zamontowanym panelem akumulatora do podstawy jezdnej, który umożliwi wydłużenie pracy respiratora w przypadku awarii zasilania - w cenie oferty.

Ad pkt 15: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator bez możliwości podpięcia do instalacji 12V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 19: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator bez wspomaganie objętościowego oddechu spontanicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 21: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator którego nazwa trybu SIMV-PC to PC-BIPAB co klinicznie jest równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ad pkt 23: Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy respiratora, w którym wentylacja nieinwazyjna jest dostępna we wszystkich oferowanych trybach wentylacji?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga dostawy respiratora, w którym wentylacja nieinwazyjna dostępna jest w trybach wskazanych w pkt. 23

Ad pkt 26: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator, który nie jest wyposażony w trigger ciśnieniowy? Wyzwalacze ciśnieniowe mają obecnie niewielkie znaczenie kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Ad pkt 27: Czy Zamawiający przyzna 1 pkt za możliwość regulacji triggera w szerokim zakresie od 1-15 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

Ad pkt 30: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z możliwością regulacji kryterium zakończenia fazy wdechowej w szerszym zakresie od 5-75% przepływu szczytowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 31: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator, w którym brak potwierdzenia przez użytkownika wybrania innego trybu wentylacji i/lub ustawienia parametrów wentylacji, spowoduje automatyczny powrót do poprzednich ustawień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt 35: Czy jeśli Zamawiający wymaga automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego to czy Zamawiający będzie wymagać także automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej (ATC), która jest standardowym wyposażeniem respiratorów już klasy średniej?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad pkt 36: Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny respirator w którym funkcja natlenowania przed odsysaniem odbywa się zawsze ze 100% stężeniem O₂?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i uznaje za równoważny respirator w którym funkcja natlenowania przed odsysaniem odbywa się zawsze ze 100% stężeniem O₂

Ad pkt 37: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z alternatywnym trybem typu MMV (Mandatory Minute Ventilation), który zachowuje się jak tryb VC-SIMV, jednak oddechy obowiązkowe są dostarczane jedynie wtedy, gdy oddychanie spontaniczne nie jest wystarczające i nie osiąga zaprogramowanej objętości minutowej; gdy zwiększa się udział oddechu własnego, zmniejsza się ilość dostarczanych oddechów obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Ad pkt 38: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z możliwością regulacji częstości oddechowej w zakresie od 2 do 80 oddechów na minutę, która jest w pełni wystarczająca do wentylacji wszystkich dzieci i dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 41: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z szerszym zakresem czasu wdechu od 0,2 do 10,0 sek.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 44: Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za regulację ciśnienia wdechowego w szerszym zakresie od 1-99 cmH₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Ad pkt 45: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z regulacją ciśnienia wspomagania w zakresie 0-50 cm (względem PEEP), co w przypadku maksymalnego ustawienia poziomu PEEP znacznie przekracza wymagany zakres?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 46: Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za respirator z regulacją ciśnienia wspomagania w zakresie 0-50 cm (względem PEEP), co w przypadku maksymalnego ustawienia poziomu PEEP znacznie przekracza punktowany zakres?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 50: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z 12 calowym kolorowym ekranem dotykowym, który nie ma możliwości regulacji kąta nachylenia monitora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 61: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator przedstawiający podatność dynamiczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 62: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który mierzy opór całkowity dróg oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 63: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator bez możliwości prezentacji pracy oddechowej pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 64: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z pomiarem RSB (indeks płytkiego dyszenia) zamiast pomiaru P,01? Obydwa parametry mają tę samą funkcję, tj. sprawdzenia przez operatora na ile wydolny jest własny napęd oddechowy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 77: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator, w którym układ pomiarowy jest umieszczony w obrębie obudowy respiratora i składa się z zastawki oddechowej i czujnika przepływu. Obydwa elementy są demontowane i ponownie montowane bez użycia narzędzi i mogą podlegać sterylizacji w autoklawie, a sam czujnik przepływu nie może być myty w myjce ani zwykłej, ani ultradźwiękowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW X

Pytanie nr 1 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta

Czy zamawiający wymaga, aby warstwa grzewcza była kontrolowane przez jeden czujnik temperatury? Jeden czujnik kontrolujący całą powierzchnie daje nam gwarancję równomierności temperatury na całej warstwie grzewczej.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 2 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta

Czy zamawiający oczekuje i wymaga od materaca, aby nie ulegał on łatwemu uszkodzeniu poprzez naklejenie naklejki i jej odklejenie? Naklejanie naklejek na materac jest często stosowana praktyką tzw. znaczniki. Powłoka materac powinna być odporna więc na ewentualne zniszczenia jakie mogą powstać w trakcie odklejania naklejki.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 3 – Pakiet numer 1 – system ogrzewania pacjenta

Czy zamawiający wymaga, aby kontrolka zasilająca materac była wyposażona w baterię? Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane i w przypadku transportu pacjenta nie ma konieczności wyłączenia i ponownego włączania kontrolki. Skraca to czas i ułatwia pracę personelu.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

ZESTAW XI

Dotyczy: Pakiet nr 9 - System do kompresji klatki piersiowej

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system do kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- system pasów stabilizujących pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki stabilizującej pod głowę z systemem mocowania rąk pacjenta wzdłuż osi ciała.

-wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu pacjenta (2 sztuki)

- Możliwość zgrania danych z przeprowadzonej RKO za pomocą karty danych SD.

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 2.

Czy zamawiający będzie wymagał aby oferowane urządzenie pozwalało na zmianę czasu przerwy na wentylację podczas kompresji klatki piersiowej (synchronizacja pracy urządzenia z respiratorem) co znacząco wpłynie na jakość prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego u których należy rozważyć inne czasy oraz ciśnienia podczas wentylacji (zmieniona patologicznie podatność lub rezystencja płuc).

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści 45 dniowy termin wykonania zamówienia?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

ZESTAW XII

Pakiet nr 8 Zadanie 1

Lampa operacyjna mobilna

Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści kopułę o wadze 18 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule. Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami: włączanie i wyłączanie, regulację natężenia i temperatury barwowej niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku R9 równym 96? Jest to niewielka różnica od wymogów SIWZ, niewidoczna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW XIII

Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły świetlne?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści kopułę o wadze 18 kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule? Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami: włączanie i wyłączanie, regulację natężenia i temperatury barwowej niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku R9 równym 96? Jest to niewielka różnica od wymogów SIWZ, niewidoczna dla ludzkiego oka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW XIV

Pytanie dotyczy Pakietu nr 11 Zadania nr 4 - materaców przeciwodleżynowych:

1. W § 6 p.7 wzoru umowy zastrzeżono, że „Przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkowania sprzętu”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych materaców przeciwodleżynowych w siedzibie autoryzowanego serwisu z zastrzeżeniem, że serwis ponosi koszty przesyłek i odpowiada za zamówienie kuriera? Wykonanie przeglądu pompy i materaca wymaga specjalistycznych narzędzi oraz testowania pod obciążeniem, co jest czasochłonne i trudne do przeprowadzenia w warunkach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, OPZ bez zmian

ZESTAW XV RODO

PYTANIE:

1. W odniesieniu do danych pracowników Zamawiającego, wyznaczonych do kontaktów z Wykonawcą, jak również wobec danych pracowników Zamawiającego, niewskazanych w umowie, jednakże podejmujących kontakty z Wykonawcą w toku realizacji umowy, Wykonawca występuje jako odrębny administrator danych. Analogicznie, Zamawiający jest administratorem danych wobec danych pracowników Wykonawcy, przekazanych Zamawiającemu w toku postępowania, zgodnie z deklaracją zawartą w rozdziale XXI SIWZ.

Jednocześnie warto nadmienić, że zakres działań powierzonych Wykonawcy w toku wykonania Zamówienia, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, obejmuje: (1) prowadzenie szkoleń dla personelu z obsługi urządzeń oraz (2) wykonywanie operacji na danych zapisanych na nośnikach elektronicznych urządzeń (w tym usuwanie danych) – w toku wykonywania działań serwisowych.

- W ramach prowadzenia szkoleń Wykonawca, co do zasady, nie gromadzi danych osobowych osób przeszkolonych. Dostęp do danych osobowych osób szkolonych może się jednak okazać konieczny np. w zakresie niezbędnym dla wystawienia zaświadczenia o odbyciu takiego szkolenia, tj. imię, nazwisko, specjalizacja, stanowisko, numer Prawa Wykonywania Zawodu.
- Urządzenia, których dotyczy Zamówienie, mogą przechowywać (1) pojedyncze dane dotyczące personelu korzystającego z urządzeń – w zakresie identyfikatora osoby obsługującej urządzenie; (2) dane identyfikujące pacjenta (imię i nazwisko, waga ciała); (3) dane dotyczące zabiegu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy:

- 1) zmianę §1 ust. 3 lit. a) Załącznika nr 3 do umowy głównej (Umowy powierzenia przetwarzania danych) poprzez zastąpienie treścią:

„a) pracownicy powierzającego wyznaczeni do obsługi aparatury medycznej stanowiącej przedmiot Umowy Odrębnej,“ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia projekt umowy, zgodnie z załącznikiem.

- 2) zmianę §4 Załącznika nr 3 do umowy głównej, nadając mu treść:

„4. Kategorie danych osobowych powierzone do przetwarzania:

dane zwykłe:

a) Pracownicy powierzającego:

- 1) *identyfikator,*
- 2) *imię i nazwisko,*
- 3) *stanowisko,*
- 4) *numer PWZ lub równoważny,*
- 5) *specjalizacja.*

b) Pacjenci powierzającego:

- 1) *imię i nazwisko,*
- 2) *waga ciała,*

dane szczególnych kategorii:

- 1) *dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art.4 pkt 15 RODO w tym, informacje gromadzone w aparaturze medycznej zastosowanej w procesie leczenia pacjenta.“ ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia projekt umowy, zgodnie z załącznikiem.

- 3) dodanie nowego §... do Załącznika nr 3 do umowy głównej o następującej treści poniżej:

„1. Strony są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w stosunku do danych osobowych dotyczących osób, z pomocą których wykonują Umowę. Strony udostępnią sobie dane osobowe osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska i zakresu kompetencji), jakim jest bieżący kontakt w toku wykonania Umowy. Strony zobowiązane są do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja Umowy. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

2. Strona otrzymująca dane osobowe, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się zrealizować w imieniu Strony przekazującej dane osobowe obowiązek informacyjny, wobec osób, których dane zostały udostępnione Stronie otrzymującej w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO. Treść klauzuli obowiązku informacyjnego zostanie przekazany przez Stronę przekazującą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia projekt umowy, zgodnie z załącznikiem.

PYTANIE:

2. Z treści §7 ust. 3 Załącznika nr 3 do umowy głównej wynika prawo Zamawiającego do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku podjęcia wszelkich działań mających na celu rozwiązanie sporu i zaspokojenie roszczenia, w tym poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. To uprawnienie Zamawiającego jest bezwarunkowe i dotyczyć ma wszelkich sytuacji wystąpienia wobec Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami przez osobę, której przetwarzanie danych zostało powierzone Wykonawcy.

Obarczanie Wykonawcy tak szeroką odpowiedzialnością, bez względu na zakres, czy też charakter roszczenia, jak również bez względu na to, czy roszczenie w jakikolwiek sposób związane jest z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku przez Wykonawcę, jest dalece nieadekwatne. Ponadto, odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy wystarczająco precyzuje §7 ust. 3 Załącznika nr 3 do umowy głównej.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważy zmianę §7 ust. 3 Załącznika nr 3 do umowy głównej, nadając mu treść:

„3. Jeżeli jakakolwiek osoba, której dane osobowe zostały powierzone w wyniku Umowy, wystąpi wobec Administratora z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu, Administrator zawiadomi o roszczeniach

Przetwarzającego, który zobowiązuje się podjąć wszelkie działania mające na celu rozwiązanie sporu i zaspokojenie roszczenia. W szczególności Przetwarzający wstąpi do toczącego się postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości zgłosi interwencję uboczną po stronie pozwanej.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XVI

Dot. Pakiet nr 12 zad. 1

1. (Lp. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik z możliwością podnoszenia pacjenta w zakresie od 230 mm do 1765 mm? Zakres ten jest znacznie lepszy niż wymagany i pozwala na podnoszenia pacjenta bezpośrednio z podłogi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

2. (Lp. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik pacjenta o udźwigu 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

3. (Lp. 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne wysokiej jakości podnośnik z 10-punktowym wieszakiem do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej wraz z kompatybilnym 10-punktowym siedziskiem transportowo-kąpielowym w jednym rozmiarze? Proponowane rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne, gdyż jedna podwieszka może być stosowana zarówno u pacjentów o niskiej jak i wysokiej masie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. (Lp. 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne podwieszka 16-punktową do podnoszenia pacjentów w pozycji horyzontalnej, kompatybilnej z 2-punktowym wieszakiem standardowo dostarczanym wraz z podnośnikiem. Podwieszka może być stosowana zarówno u pacjentów o niskiej jak i wysokiej masie, znacząco wpływa też na obniżenie kosztu zakupu urządzenia przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dot. Pakiet nr 12 zad. 2

1. (Lp. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podnośnik z możliwością podnoszenia pacjenta w zakresie od 580 mm do 1680 mm? Oferowany zakres podnoszenia jest znacznie lepszy niż wymagany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW XVII

Dotyczy: Pakiet nr 11

1. Czy Zamawiający może sprecyzować, ile częściowych zamówień przewiduje złożyć w ramach zakupów z pakietu nr 11? Taka informacja pozwoli na precyzyjną kalkulację oferty uwzględniającą m.in. koszty dostawy sprzętu do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni wzory umów do tego postępowania przetargowego, Zamawiający będzie wymagał zmagazynowania wszystkich urządzeń zawartych w tym pakiecie w magazynie Wykonawcy, aż do czasu oddania inwestycji Bloku Operacyjnego.



2. Prosimy w zapisach umowy w §5, pkt. 2 o wyrażenie zgody na termin płatności faktur 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę po realizacji każdego, częściowego zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie nr 1.

Dotyczy: Pakiet nr 11, zadanie 1 – Łóżko szpitalne z ramą ortopedyczną – 17 szt.

- a) Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania stabilności leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.
- b) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 2200 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.
- c) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże (pod materac) o wymiarach 1980 x 860 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- d) Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „gniazda wyrównania potencjału”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- e) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0° – 13°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.
- f) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 14°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.
- g) Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 420 mm do 840 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.
- h) Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko sterowane pilotem przewodowym bez podświetlanych klawiszy; pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterującego (zablokowanie funkcji na centralnym panelu sterującym spowoduje także zablokowanie funkcji na pilocie)?
Odpowiedź: OPZ bez zmian.
- i) Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka; panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

j) Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

k) Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV; płyty odejmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

l) Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna ze względu na to, że w oferowanym łóżku leże wypełnione jest płytami HPL, które gwarantują odpowiednią „sztywność” podczas reanimacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

m) Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane, dzielone, tworzywowe bariery boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, nie zintegrowane ze szczytami łóżka; krążki odbojowe w czterech narożnikach łóżka chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

n) Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w narożnikach leża w 4 krążki odbojowe, jednoosiowe, stożkowe, chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

o) Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko, którego leże posiada metalowe ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia, umożliwiające dostosowanie wymiarów materaca do segmentów leża, ograniczniki zapobiegające powstawaniu urazów kończyn; bariery boczne wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmentie wezglowia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

p) Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w 4 koła (w tym jedno antystatyczne) o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

q) Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadającą konstrukcję łóżka w kolorze biało – szarym oraz możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach łóżka (10 kolorów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

r) Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę wyciągową o poniższych parametrach?

1. Rama wyciągowa wykonana z elementów chromowanych, wszystkie elementy mocujące oraz łączniki, wykonane z aluminium
2. Rama składająca się z:
 1. 4 rur pionowych, z czego 2 wyprofilowane w sposób umożliwiający ustawienie łóżka przy panelach ściennych
 2. 2 rur wzdłużnych na całej długości łóżka
 3. Poprzeczki od strony nóg wyposażonej w kołowrotek do wyciągu

4. Poprzeczki górnej wyposażonej w kołowrotek do wyciągu
 5. 2 dodatkowych poprzeczek górnych do zastosowania wyposażenia dodatkowego
 6. 2 wysięgników z uchwytem do ręki (lewa oraz prawa strona)
 7. Wieszak kroplówki z możliwością dowolnego umiejscowienia na ramie
- Całość wyposażenia ramy (poprzeczki, uchwyty, kołowrotki oraz wieszak) z możliwością dowolnej regulacji i rozmieszczenia w obrębie całej ramy
- Regulacja poprzeczek za pomocą kluczy dostępnych dla personelu, w celu wyeliminowania regulacji i demontażu przez osoby nieupoważnione

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz wymaga spełnienia OPZ w pkt 27 w zadaniu 1.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Dotyczy: Pakiet nr 11, zadanie 2 – Łóżko szpitalne z wysięgnikiem – 22 szt.

- s) Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania stabilności leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- t) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 2200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- u) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże (pod materac) o wymiarach 1980 x 860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- v) Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „gniazda wyrównania potencjału”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- w) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0° – 13°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- x) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 14°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- y) Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 420 mm do 840 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

z) Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko sterowane pilotem przewodowym bez podświetlanych klawiszy; pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterującego (zablokowanie funkcji na centralnym panelu sterującym spowoduje także zablokowanie funkcji na pilocie)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

aa) Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością zawieszenia go na szczytce łóżka; panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

bb) Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

cc) Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV; płyty odedjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dd) Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna ze względu na to, że w oferowanym łóżku leże wypełnione jest płytami HPL, które gwarantują odpowiednią „sztywność” podczas reanimacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ee) Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane, dzielone, tworzywowe bariery boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, nie zintegrowane ze szczytami łóżka; krążki odbojowe w czterech narożnikach łóżka chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ff) Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w narożnikach leża w 4 krążki odbojowe, jednoosiowe, stożkowe, chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

gg) Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko, którego leże posiada metalowe ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia, umożliwiające dostosowanie wymiarów materaca do segmentów leża, ograniczniki zapobiegające powstawaniu urazów kończyn; bariery boczne wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezłowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

hh) Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w 4 koła (w tym jedno antystatyczne) o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- ii) Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadającą konstrukcję łóżka w kolorze biało - szarym oraz możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach łóżka (10 kolorów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Dotyczy: Pakiet nr 11, zadanie 3 – Łóżko szpitalne – 29 szt.

- jj) Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania stabilności leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- kk) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą 2200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- ll) Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże (pod materac) o wymiarach 1980 x 860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- mm) Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „gniazda wyrównania potencjału”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- nn) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0° – 13°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- oo) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 14°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- pp) Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 420 mm do 840 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

- qq) Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko sterowane pilotem przewodowym bez podświetlanych klawiszy; pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterującego (zablokowanie funkcji na centralnym panelu sterującym spowoduje także zablokowanie funkcji na pilocie)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

rr) Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka; panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ss) Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

tt) Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV; płyty odedjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

uu) Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna ze względu na to, że w oferowanym łóżku leże wypełnione jest płytami HPL, które gwarantują odpowiednią „sztywność” podczas reanimacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

vv) Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane, dzielone, tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, nie zintegrowane ze szczytami łóżka; krążki odbojowe w czterech narożnikach łóżka chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ww) Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w narożnikach leża w 4 krążki odbojowe, jednoosiowe, stożkowe, chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

xx) Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko, którego leże posiada metalowe ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia, umożliwiające dostosowanie wymiarów materaca do segmentów leża, ograniczniki zapobiegające powstawaniu urazów kończyn; barierki boczne wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmentie wezgłowia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

yy) Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w 4 koła (w tym jedno antystatyczne) o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

zz) Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadającą konstrukcję łóżka w kolorze biało – szarym oraz możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach łóżka (10 kolorów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Dotyczy: Pakiet nr 11, zadanie 5 - Szafka przyłóżkowa - 68 szt.

- a) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach?
- a)** Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych, blachy ocynkowanej oraz płyt HPL, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć
 - b)** Szafka wykończona estetycznymi płytami HPL najwyższej jakości z możliwością wyboru kolorów przez Zamawiającego
 - c)** Elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty ruchome narażone na częste działanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) – chromowane
 - d)** Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne, posiadające jak najmniej kątów prostych
 - e)** Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane, w celu uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki
 - f)** Regulacja wysokości dodatkowego blatu w zakresie: 950 - 1160 mm
 - g)** Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm z możliwością wysunięcia w poziomie o ok. 13 cm w celu łatwego pozycjonowania nad łóżkiem lub wózkiem
 - h)** Dodatkowy blat boczny posiadający możliwość pochylenia oraz 4 pozycjami zablokowania i możliwością ustawienia pod różnym kątem z powyższego zakresu
 - i)** Możliwość obrotu blatu bocznego w poziomie o 360° oraz zastosowania go jako dodatkowej półki nad blatem głównym
 - j)** Czoła drzwi i szuflad posiadające wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi)
 - k)** Szuflada szafki dwustronna, osadzona na prowadnicach gwarantujących płynne i ciche otwieranie. Prowadnice z pozycjonerem / stoperem szuflady, gwarantującym zatrzymanie jej w odpowiednim miejscu podczas zamykania
 - l)** Wewnątrz szafki przestrzeń na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy. Podział wnętrza za pomocą półki wykonanej z blachy ocynkowanej, zamocowanej na stałe, wykończonej farbą epoksydową
 - m)** Na zewnątrz szafki w dolnej części 2 niezależne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na podręczne rzeczy pacjenta (np. kaptcie / gazety)
 - n)** Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz koła jezdne o średnicy 50 mm, 2 koła z hamulcem
 - o)** Wymiary szafki: szerokość całkowita: 650 mm, głębokość całkowita: 400 mm, wysokość do blatu głównego: 735 mm
 - p)** Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach

q) Możliwość wyboru kolorów frontów (10 kolorów do wyboru)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia OPZ.

ZESTAW XVIII

Pakiet nr 11 Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 996 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pakiet nr 11 Zadanie nr 2

3. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 996 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pakiet nr 11 Zadanie nr 3

5. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 996 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pakiet nr 11 Zadanie nr 4

7. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych w siedzibie autoryzowanego serwisu z zastrzeżeniem, że serwis ponosi koszty przesyłek i odpowiada za zamówienie kuriera? Wykonanie przeglądu pompy i materaca wymaga specjalistycznych narzędzi oraz testowania pod obciążeniem, co jest czasochłonne i trudne do przeprowadzenia w warunkach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 11 Zadanie nr 5

9. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 875 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 434 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW XIX

Pakiet nr 11 Zadanie 1, 2, 3

1. Ad 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta, którego podstawa podpierająca leże w 4 punktach, gwarantująca stabilność leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

2. Ad. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta, którego wymiary zewnętrzne wynoszą:

- długość całkowita: 2190 mm

- szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm

- wymiary leża 2030x880 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Ad. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta, którego regulacje elektryczne wynoszą:

- segment oparcia pleców 0-62° z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu,

- segment uda 0-36°

- kąt przechyłu Trendlenburga 0-12°,

- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-12°,

- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

4. Ad. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 340 do 780 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

5. Ad. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta wyposażone w panel sterujący wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu

oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji CPR, krzesła kardiologicznego. Panel bez możliwości chowania pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka?

Odpowiedź: OPZ bez zmian, Zamawiający dopuszcza panel sterowania instalowany w bocznych barierkach lub w półce na pościel, lecz nie dopuszcza panelu instalowanego wyłącznie na szczycie łóżka.

6. Ad. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta wyposażone w opuszczane stalowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga barierek na całej długości.

7. Ad. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta bez tworzywowych uchwytów materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Ad. 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów - 10 kolorów oraz 1 kolor ramy łóżka - szary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11 Zadanie 1

1. Ad. 26

Ponieważ Zamawiający posiada panele gazowe w miejscu nad łóżkami, prosimy o podanie zakresu wysokości ramy wyciągowej (ortopedycznej) aby nie kolidowała ona z w/w panelami.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ (punkt 27 zad. 1).

Pakiet nr 11 Zadanie 4

1. Ad. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleźnowy renomowanego producenta, którego bezpieczne obciążenie wynosi 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia min. 250 kg tak jak w zadaniach 1-3 w tym pakiecie.

2. Ad. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleźnowy renomowanego producenta z cyklem 10 minutowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Ad. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleźnowy renomowanego producenta bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

4. Ad. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy renomowanego producenta, którego długość wynosi 203 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spe³nienia OPZ (punkt 1 w zad. 4).

5. Ad. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy renomowanego producenta z funkcją maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 15 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Ad. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy renomowanego producenta z przewodem powietrznym z podłączeniem do pompy na wprost?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW XX

Dotyczy SIWZ pkt. IV ; projekt umowy zał. Nr 1C do SIWZ §4 ust. 1 (Pakiet 7)

1. CZAS DOSTAWY:

Czy Zamawiający dopuści czas dostawy do 8 tyg. od podpisania umowy?

Oferowana aparatura, ze względu na indywidualną konfigurację odpowiadającą SIWZ jest produkowana na bieżąco. Wymaga to dla zachowania wysokich standardów produkcji i bezpieczeństwa określonego czasu, który wynosi wraz z transportem około 8 tyg.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że klasa sprzętu i jego ilość wskazana przez Zamawiającego stanowią ogromne ryzyko w przypadku zamówienia sprzętu przez Oferenta przed rozstrzygnięciem przetargu.

Warunek dostawy 28 dni może stać się jedynym elementem wykluczającym z przetargu firmy nie posiadające starego sprzętu na stanie co jest sprzeczne z interesem Zamawiającego.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

Dotyczy SIWZ pkt. IV ; projekt umowy zał. Nr 1C do SIWZ §4 ust. 1 (Pakiet 7)

2. CZAS DOSTAWY:

Czy w przypadku braku zgody na pytanie 1, Zamawiający doprecyzuje zapisy w zakresie wymaganego terminu dostawy w następujący sposób:

„Dostawa Sprzętu Medycznego odbędzie się w terminie najpóźniej do 01.12.2019 r. po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w postaci wiadomości e-mail na adres podany w §6 ust. 7 umowy, pod warunkiem złożenia zamówienia odpowiednio wcześniej, tj. w czasie umożliwiającym wymóg dochowania terminu określonego w zdaniu następnym. Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt Medyczny w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w czasie uniemożliwiającym dostawę Sprzętu Medycznego do dnia 01.12.2019 r., Wykonawca nie ponosi



odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, a Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, ani odstąpienia od umowy z tego powodu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówień częściowych, które Wykonawca dostarczy każdorazowo w terminie 28 dni kalendarzowych od dani otrzymania zamówienia częściowego, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w zdaniach poprzednich”.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 2. (Pakiet nr 7)

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie fragmentu o brzmieniu: „jak również do jego przeniesienia, montażu i uruchomienia w okresie gwarancji w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego”. Takie sformułowanie sugeruje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia, montażu i uruchomienia aparatury w inne miejsce na każde żądanie Zamawiającego przez cały okres gwarancji. Na etapie składania ofert wydaje się być niemożliwe do określenia, ile takich dezinstalacji oraz instalacji może się odbyć. Oszacowanie opisanej usługi może znacząco wpłynąć na cenę oferty i być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4. Pakiet nr 7

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 8. Pakiet nr 7

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę wadliwej części oraz wymianę sprzętu na nowy z „w terminie 10 dni” na „w terminie 10 dni roboczych”?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 15. Pakiet nr 7

6. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą.”?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2. Pakiet nr 7

7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2. Pakiet nr 7

8. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona 0,1% wartości niezrealizowanej umowy za każdy dzień zwłoki.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1.. Pakiet nr 7

9. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 30 dni od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 1.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

ZESTAW XX

Dotyczy SIWZ pkt. IV; projekt umowy zał. Nr 1C do SIWZ §4 ust. 1 (Pakiet 7)

1. CZAS DOSTAWY:

Czy Zamawiający dopuści czas dostawy do 8 tyg. od podpisania umowy?

Oferowana aparatura, ze względu na indywidualną konfigurację odpowiadającą SIWZ jest produkowana na bieżąco. Wymaga to dla zachowania wysokich standardów produkcji i bezpieczeństwa określonego czasu, który wynosi wraz z transportem około 8 tyg.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że klasa sprzętu i jego ilość wskazana przez Zamawiającego stanowią ogromne ryzyko w przypadku zamówienia sprzętu przez Oferenta przed rozstrzygnięciem przetargu.

Warunek dostawy 28 dni może stać się jedynym elementem wykluczającym z przetargu firmy nie posiadające starego sprzętu na stanie co jest sprzeczne z interesem Zamawiającego.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu.

Dotyczy SIWZ pkt. IV; projekt umowy zał. Nr 1C do SIWZ §4 ust. 1 (Pakiet 7)

2. CZAS DOSTAWY:

Czy w przypadku braku zgody na pytanie 1, Zamawiający doprecyzuje zapisy w zakresie wymaganego terminu dostawy w następujący sposób:

„Dostawa Sprzętu Medycznego odbędzie się w terminie najpóźniej do 01.12.2019 r. po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w postaci wiadomości e-mail na adres podany w §6 ust. 7 umowy, pod warunkiem złożenia zamówienia odpowiednio wcześniej, tj. w czasie umożliwiającym wymóg dochowania terminu określonego w zdaniu następnym. Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt Medyczny w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia w czasie uniemożliwiającym dostawę Sprzętu Medycznego do dnia 01.12.2019 r., Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, a Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, ani odstąpienia od umowy z tego powodu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówień częściowych, które Wykonawca dostarczy każdorazowo w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia częściowego, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w zdaniach poprzednich”.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym wzorem umowy do tego pakietu

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 2. (Pakiet nr 7)

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie fragmentu o brzmieniu: „jak również do jego przeniesienia, montażu i uruchomienia w okresie gwarancji w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego”. Takie sformułowanie sugeruje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do

przeniesienia, montażu i uruchomienia aparatury w inne miejsce na każde żądanie Zamawiającego przez cały okres gwarancji. Na etapie składania ofert wydaje się być niemożliwe do określenia, ile takich dezinstalacji oraz instalacji może się odbyć. Oszacowanie opisanej usługi może znacząco wpłynąć na cenę oferty i być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4. Pakiet nr 7

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 8. Pakiet nr 7

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę wadliwej części oraz wymianę sprzętu na nowy z „w terminie 10 dni” na „w terminie 10 dni roboczych”?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 15. Pakiet nr 7

6. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą.”?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2. Pakiet nr 7

7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2. Pakiet nr 7

8. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona 0,1% wartości niezrealizowanej umowy za każdy dzień zwłoki.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1.. Pakiet nr 7

9. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowo, odpowiedni termin nie krótszy niż 30 dni od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 1.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy załącznika nr 1B Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 7

10. Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści szczelny klasyczny ekran LCD o przekątnej 7 cali, który nadaje się do dezynfekcji a co z za tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu? Zwracamy uwagę iż ekrany dotykowe LCD nie nadają się do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści bazę 200 badań EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

12. Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia zapis EKG na karcie SD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

13. Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści filtr pochodzenia mięśniowego: 20, 40, 100, 150 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

14. Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści papier termiczny składany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW XXI

Pakiet 7 Zadanie nr 2 punkt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ.

Pakiet 15 - Tor wizyjny laparoskopowy

Pytanie 1

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści opis:

Cały zaferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji objęty gwarancją serwisową zwykłą (36 miesiące). Endosonograf będący częścią pakietu objęty 36 miesięczną gwarancją Endocasco obejmującą uszkodzenia mechaniczne w ramach gwarancji.

Zgoda na taki zapis znacząco wpłynie na zmniejszenie ceny ofertowej.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 2

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 49

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis HDTV i wymaga: Procesor wideo z obrazem wyjściowym w rozdzielczości min. HDTV 1920x1080?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 3

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 51

Czy Zamawiający dopuści zapis: Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego bez opcji dodatkowego obrazu ruchomego?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 4

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 54

Czy Zamawiający będzie wymagał, oprócz menu urządzenia w języku polskim, również możliwości używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ź,ż) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta oraz polskich czcionek komunikatów procesora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 5

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 55

Czy Zamawiający doprecyzuje parametr na:

Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych, realizowana za pomocą równoczesnego optycznego i cyfrowego filtra ograniczający widmo światła czerwonego ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 6

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 58

Czy Zamawiający dopuści zapis: Funkcje sterownika procesora dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie/panelu sterującym. Poruszanie się po menu przy pomocy dołączonej klawiatury?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 7

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 59

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

Tryb 1 Optymalny tryb do obserwacji górnej części przewodu pokarmowego.

Tryb 2 Tryb do zastosowania ogólnego.

Tryb 3 Optymalny tryb do obserwacji dolnej części przewodu pokarmowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 61

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Funkcja zapisu zdjęć, w tym możliwość zapisu bezstratnego (TIFF):

- w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora

- możliwość przesyłania do szpitalnego systemu za pośrednictwem dodatkowego zewnętrznego oprogramowania

Odpowiedź: OPZ bez zmian. Zamawiający wymaga możliwości przesyłania zdjęć do szpitalnego systemu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza, w razie konieczności, dla uzyskania wskazanej funkcji zastosowania dodatkowego oprogramowania. Zamawiający nie wymaga zaoferowania takiego oprogramowania w obecnym postępowaniu.

Pytanie 9

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 62

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Funkcja zapisu zdjęcia pod dowolnym przyciskiem głowicy kamery, lub programowalnych przycisków na klawiaturze.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 10

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie opisu :

Nieinwazyjna technologia pomagająca w wykrywaniu tkanek nowotworowych wykorzystująca obrazowanie naczyń krwionośnych, realizowana za pomocą równoczesnego optycznego i cyfrowego filtra ograniczającego widmo światła czerwonego?

Z opisanego parametru nie wynika, aby metoda miała być realizowana za pomocą równoczesnego optycznego i cyfrowego filtra - obecnie jedynej akceptowanej metodzie przez FDA . Obecnie na rynku większość producentów posiada takie rozwiązanie.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 11

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 71

Czy Zamawiający będzie wymagał

Wyjścia wideo min.

- 1x DVI-D,

- 1x S-Video (Y/C),

- 1x HD-SDI,

- 1x kompozytowe (BNC)

Przynajmniej jedno wejście HD-SDI, dające możliwość wykorzystania dodatkowego źródła obrazu w opcji PIP w jakości HDTV 1920x1080

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 83

Czy ze względu na istotność parametru dynamiki obrazu w diagnostyce jelita Zamawiający zmieni wymóg i będzie oczekiwał dostawy wysokiej klasy monitora z maksymalnym czasem reakcji matrycy max 8 ms?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 84

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, jasności, kontrastu, ostrości

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 14

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne. Pkt 76. Monitor medyczny FULL HD min 26" - 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga dostawy wysokiej klasy monitora posiadający funkcję klonowania obrazu-klonuje obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarkę zachowując widok PIP lub POP. Jest to bardzo wygodna dla użytkownika funkcja, która mocno ułatwia pracę operatora podczas trudnych procedur endoskopowych

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 80

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Kąt widzenia min. 178 stopni

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 16

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 89

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Monitor wyposażony w funkcję, która:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu uśpienia. Wybranie ustawienia On (Wł.) powoduje przejście monitora do trybu oszczędzania energii obejmującego wyłączenie podświetlenia w przypadku, gdy sygnał wejściowy z wybranego łącza nie będzie nadawany przez co najmniej 1 minutę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. OPZ bez zmian

Pytanie 17

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 92

Czy Zamawiający dopuści monitor z menu tylko w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 99

Czy Zamawiający dopuści zapis:

Maksymalny przepływ przez rurkę do kanału narzędziowego = 700 > 750 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 19

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 114

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek bez szuflady na akcesoria.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 20

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 127

Czy ze względu na fakt, że posiadanie przez endoskop większej ilości przycisków sterujących korzystnie wpływa na pracę operatora poprzez skrócenie czasu zabiegu, sprawności jego wykonania i daje więcej możliwości funkcyjnych Zamawiający oceni wyżej zaoferowanie 4 przycisków i wprowadzi punktację do tego parametru?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 21

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 138

Czy ze względu na fakt, że posiadanie przez endoskop większej ilości przycisków sterujących korzystnie wpływa na pracę operatora poprzez skrócenie czasu zabiegu, sprawności jego wykonania i daje więcej możliwości funkcyjnych Zamawiający oceni wyżej zaoferowanie 4 przycisków i wprowadzi punktację do tego parametru?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 22

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 152

Czy ze względu na fakt, że posiadanie przez endoskop większej ilości przycisków sterujących korzystnie wpływa na pracę operatora poprzez skrócenie czasu zabiegu, sprawności jego wykonania i daje więcej możliwości funkcyjnych Zamawiający oceni wyżej zaoferowanie 4 przycisków i wprowadzi punktację do tego parametru?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 23

Dotyczy: projektu umowy pakiet 15 § 4 Zasady dostawy:

Czy Zamawiający dopuści zapis dla pakietu 15

1. Dostawa Sprzętu Medycznego odbędzie się w terminie najpóźniej do **01.12.2019 roku** po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w postaci wiadomości email na adres podany w §6 ust 7 umowy. Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt Medyczny w terminie **42 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówień częściowych, które Wykonawca dostarczy każdorazowo w terminie 42 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 24

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne Videokolonoskop

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy wysokiej jakości videokolonoskopu posiadającego funkcję zmiany sztywności endoskopu.

Powyższy wymóg jest obecnie standardem w przypadku kolonoskopów, i jest podstawową cechą videokolonoskopu wpływająca na zmniejszenie bólu podczas zabiegu.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pytanie 25

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 109



Prosimy o doprecyzowanie oczekiwania Zamawiającego : "Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością" punktującego: - Odłączanym przewodem - 1 pkt Trwale przymocowanym przewodem - 0 pkt. - o jaki przewód chodzi?

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego parametr dotyczący kabla jest tak istotny, ponieważ nie ma on żadnego wpływu na prace operatora, a co najważniejsze nie wpływa na jakość diagnostyki.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 26

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 15. Wymagania Ogólne pkt 1

Czy Zamawiający stawiając wymóg „(...) sprzęt zaoferowany w okresie gwarancji objęty pełną opieką serwisową (tzw. Endokasko) oczekuje bezkosztowej naprawy wszelkich uszkodzeń oferowanego sprzętu, obejmującej również wymianę uszkodzonych chipów kamery endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 15 pkt 1 oczekuje bezkosztowej naprawy wszelkich uszkodzeń oferowanego sprzętu w tym wymianę uszkodzonych chipów kamery endoskopów

Pytanie 27 Dot. Par. 6 ust. 4 projektu umowy pakiet 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 12 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 28 Dot. Par. 6 ust. 12 projektu umowy pakiet 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski w dniach roboczych (14 dni roboczych)?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

ZESTAW XXII

Pakiet 15 - Tor wizyjny laparoskopowy

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie **5 dni roboczych** od daty uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują **4 dni robocze** od zgłoszenia reklamacji na jej rozpatrzenie. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego przyjęte zostanie jako uznanie reklamacji. W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy na koszt Wykonawcy”

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 8 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej istotnej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie **10 dni roboczych** od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie **10 dni roboczych** od daty zgłoszenia piątej reklamacji tej samej istotnej części. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7”

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy



Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 10 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy wady/usterki sprzętu zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu (przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) ?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 4

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 11 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„Zgłoszona w trybie określonym w ust. 10 wada/usterka winna być usunięta w terminie do 8 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy, z zastrzeżeniem ust. 12”.

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 12 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„Jeżeli dla usunięcia wady/usterki zgłoszonej w trybie określonym w ust. 10 konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza granic Polski, wada/usterka usunięta być winna w terminie **14 dni roboczych** od dnia przystąpienia do naprawy i stwierdzenia konieczności sprowadzenia części z zagranicy”.

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 13 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż **8 dni roboczych** Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany”.

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 15 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 8 dni roboczych powodowała przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 8

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 119 (dotyczy Pakietu nr 15)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 9

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:
„Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wiarygodności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 10

Dotyczy projektu umowy § 8 ust.2, ust. 3 i ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym projektem umowy

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 15, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby cały zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji był ubezpieczony od następstw uszkodzeń mechanicznych zapewniając w ten sposób pełną bezpłatną opiekę serwisową (obejmującą swym zakresem również uszkodzenia mechaniczne)?

Uzasadnienie: Jest to rozwiązanie alternatywne do opieki Endokasko oferowanej przez firmę Olympus.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wersję alternatywną pod warunkiem spełnienia OPZ.

pakiet 15 punkt 1

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 61

Czy Zamawiający przyzna w ocenie 1 pkt. za możliwość zapisu bezstratnego bmp.?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 61

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie dostawy oferowany sprzęt był w pełni gotowy (infrastruktura, licencje, urządzenia) do przesyłania do szpitalnego systemu? Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie posiadanego systemu i sposób przesyłania?

Uzasadnienie: Integracja z systemem szpitalnym wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z licencjami oprogramowania, zewnętrznymi urządzeniami służącymi do przesyłania, kosztem integracji po stronie administratora sieci szpitalnej jak i potencjalnego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości przesyłania zdjęć do szpitalnego systemu, jednocześnie Zamawiający dopuszcza, w razie konieczności, dla uzyskania wskazanej funkcji zastosowania dodatkowego oprogramowania i urządzeń. Zamawiający nie wymaga zaoferowania takiego oprogramowania i urządzeń w obecnym postępowaniu.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści funkcję zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) na dwa niezależne przyciski głowicy kamery? Jeden dowolnie zaprogramowany przycisk dedykowany do wyzwolenia zdjęcia oraz jeden dowolnie zaprogramowany przycisk do wyzwolenia i zatrzymania filmu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 66

Czy Zamawiający miał na myśli technologię wspomagającą detekcję potencjalnych zmian nowotworowych dzięki technologii filtracji i optyczno-cyfrowej obróbki obrazu bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np. podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego?

Uzasadnienie: Diagnoza czy dana tkanka jest nowotworowa czy nie może być postawiona tylko po poddaniu pobranego materiału badaniom histopatologicznym. Możliwości nowoczesnych systemów endoskopowych mogą tylko podpowiedzieć operatorowi, że dane miejsce (obszar, guz) nosi znamiona tkanki patologicznie zmienionej co nie oznacza, że jest ona nowotworowa. Wykrycie zmienionej tkanki niesie konieczność biopsji i dalszych badań laboratoryjnych.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 81

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny nie wyposażony w wejście 1 x Aux in (HD/SD-SDI)?

Uzasadnienie: Oferowany monitor medyczny wyposażony jest w wiele cyfrowych i analogowych wyjść i wejść, które zapewnią pracę systemu na najwyższym poziomie również z możliwością podłączenia drugiego źródła obrazowania np. EUS.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 85/86

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny wyposażony w funkcję PIP (obraz w obrazie) i SWAP (obraz obok obrazu) dla dwóch niezależnych źródeł obrazowania? Natomiast funkcja FLIP (obrót obrazu) będzie realizowana poprzez oferowany procesor wizyjny?

Uzasadnienie: Jest to rozwiązanie alternatywne zasadniczo tożsame do wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści monitor z zewnętrznym zasilaczem?

Uzasadnienie: W zależności od technologii producenci monitorów medycznych stosują swoje produkty z wbudowanymi lub zewnętrznymi zasilaczami. Nie ma to żadnego wpływu na jakość obrazowania i pozostałe cechy użytkowe oferowanych monitorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 94

Czy Zamawiający dopuści monitor, do czyszczenia którego (zwłaszcza matrycy) będą wykorzystywane dedykowane środki do czyszczenia i konserwacji matrycy?

Uzasadnienie: Producenci monitorów zalecają aby matryce (ekrany) LED/LCD czyszczone były dedykowanymi środkami do tego typu powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20



Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 99

Czy Zamawiający dopuści pompę płuczącą określającą przepływy cieczy poprzez zastosowane dreny o różnej średnicy w pompie danego producenta?

- aaa) śr. drenu 1.6 mm : do 135ml/min
- bbb) śr. drenu 3.2 mm : do 410ml/min
- ccc) śr. drenu 6.4 mm : do 1900ml/min

Uzasadnienie: Określenie przepływu w kanale roboczym nie jest cechą pompy. W zależności od zastosowanego endoskopu oraz posiadanego przez niego kanału roboczego (o określonej średnicy) jak i długości samego endoskopu przepływy za każdym razem będą inne.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 102

Czy zamawiający dopuści pompę sterowaną tylko z przycisku nożnego i dodatkowo z przycisku na urządzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 103

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wodę z miarką o pojemności 1 litra?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 104

Czy Zamawiający dopuści pompę z mikroprocesorową kontrolą przepływu cieczy i regulacją przepływu (10 stopni) w celu zabezpieczenia przed nadmiernym podaniem płynu podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 109

Czy Zamawiający może doprecyzować co ma na myśli wpisując wymóg przewodu odłączalnego lub trwale przymocowanego do wieszaka endoskopowego?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane wideogastroskopy wyposażone były w dodatkowy kanał do spłukiwania pola zabiegowego tzw. water-jet?

Uzasadnienie: Obecnie wszyscy wiodący producenci sprzętu endoskopowego (tj. Olympus, Pentax, Fujifilm) w swoich innowacyjnych systemach posiadają wideogastroskopy wyposażono w dodatkowy kanał water-jet.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 135

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o głębi ostrości w zakresie 4-100 mm spełniający

pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu nr 15, OPZ, WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 149

Czy Zamawiający dopuści endosonograf o głębi ostrości 5-100 mm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW XXIII

PAKIET NR 1. SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA

Pozycja 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów koca grzewczego:

- długość 180 cm i szerokości 80 cm

lub

- długość 150 cm i szerokości 50 cm

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

PAKIET NR 16. URZĄDZENIE DO HIPOTERMII TERAPEUTYCZNEJ

Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością automatycznego osiągnięcia temperatury docelowej po schłodzeniu pacjenta z możliwością manualnego określenia wzrostu skokowego.

W fazie podgrzewania pacjenta niezbędne jest sprawdzanie i ocena jego stanu parametrów życiowych nie rzadziej niż co godzinę. Manualne określenie wzrostu skokowego daje pełną kontrolę nad stanem pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pozycja 34 pkt. 2

Czy zamawiający ma na myśli w zapisie „wodne podkłady żelowe, zapewniające dodatkową amortyzację i komfort pacjenta (3 sztuki)”, jako materace wielorazowego użytku kompatybilne z urządzeniem wypełnione polimerem Akton dostępne w rozmiarach (dł. x szer. x wys.) ?:

186,7 cm x 54,6 cm x 1,6 cm

79,4 cm x 60,3 cm x 1,6 cm

50,8cm x 33,1cm x 1,6cm

Pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW XXIV

Pakiet nr 13 Zadanie 1 ad. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny współpracujący z głowicą convexową o zakresie pracy 1,3-5,7 MHz zamiast 1-6 MHz? Tak niewielka różnica w częstotliwości pracy głowicy convexowej jest praktycznie niedostrzegalna w jakości jej obrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pakiet nr 13 Zadanie 1 ad. 14



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny współpracujący z głowicą liniową o zakresie pracy 3-11 MHz zamiast 3-12 MHz? Tak nieznaczna różnica w częstotliwości pracy głowicy liniowej ma niezauważalny wpływ na szczegółowość jej obrazowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet nr 13 Zadanie 2 ad. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny współpracujący z głowicą convexową o zakresie pracy 1,3-5,7 MHz zamiast 1-6 MHz? Tak niewielka różnica w częstotliwości pracy głowicy convexowej jest praktycznie niedostrzegalna w jakości jej obrazowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet nr 13 Zadanie 2 ad. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny współpracujący z głowicą liniową o zakresie pracy 3-11 MHz zamiast 3-12 MHz? Tak nieznaczna różnica w częstotliwości pracy głowicy liniowej ma niezauważalny wpływ na szczegółowość jej obrazowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW XXV

Dot. Pakiet nr 8 Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści regulację góra/dół ramienia uchylnego +/-45°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampy ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4350°K? Proponowany zakres jest na tyle uniwersalny, iż stosowany jest we wszystkich procedurach klinicznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 96? Proponowana różnica jest niezauważalna dla oka ludzkiego i tym samym nie ma wpływu na walory użytkowe lampy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 8 Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści regulację góra/dół ramienia uchylnego +/-45°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampy ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4350°K? Proponowany zakres jest na tyle uniwersalny, iż stosowany jest we wszystkich procedurach klinicznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 96? Proponowana różnica jest niezauważalna dla oka ludzkiego i tym samym nie ma wpływu na walory użytkowe lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1C (DOTYCZY ZADANIA 8)

Pytanie 1 – dotyczy §8 ust. 4

Prosimy o naliczanie kar umownych od wartości sprzętu, którego opóźnienie faktycznie dotyczy poprzez modyfikację istniejącego zapisu na następujący:

*„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto **naprawianego urządzenia** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11, 12 lub 13, lecz nie więcej niż 10% wartości tego **urządzenia**.”*

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: SIWZ BEZ ZMIAN

ZESTAW XXVI

Czy Zamawiający wymaga integracji i podłączenia aparatu RTG do istniejącego w szpitalu systemu RIS/PACS? dot. pakiet nr 5:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga – wszelkie niezbędne licencje po stronie Wykonawcy.

ZESTAW XXVII

Pakiet 1

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej, z możliwością różnych sposobów montażu: zawieszenie na relingu stołu lub ramie łóżka, postawienie na kolumnie, przymocowanie do stojaka do kroplówek

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

Pkt. 4

Czy w rozumieniu punktu 4 Zamawiający dopuści kontrolkę, posiadającą wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy, zapewniających odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kontrolki o wadze 5,5 kg. Kontrolka jest przeznaczona do ustawienia w pobliżu stołu operacyjnego lub do mocowania do stojaka, waga jej nie wpływa więc na parametry użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ, pod warunkiem spełnienia wymogów z poz. 3.

Pkt. 10



Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń, wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zostaną dostarczone po 2 szt. pokrowców do każdego materaca.

Pkt. 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu z uwagi na fakt, że Zamawiający oczekuje materaca wykonanego z włókien węglowych, w którym nie krąży żadna ciecz.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ

Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie koca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń, wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zostaną dostarczone po 2 szt. pokrowców do każdego koca

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach: 180 x 80 cm

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie kabli wyposażonych we złącza między materacem/kocem a kontrolką z zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu rozłączeniu (gniazdo/wtyk).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 27

Prosimy o dopuszczenie koca / materaca z przewodem o długości 0,5 m oraz przewodem przedłużającym o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 Zadanie 1

Pkt. 3, 4, 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: OPZ BEZ ZMIAN

Pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu monitorowania czasu ogrzewania

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonym w alarm dźwiękowy i wizualny oraz ze wskaźnikiem osiągnięcia zadanej temperatury i wyświetlaczem cyfrowym aktualnej temperatury
Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy) oraz odstąpienie od wymogu wbudowanego licznika, gdy, poza wymianą filtra, urządzenie wymaga okresowych przeglądów raz w roku.

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ.

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 – zadanie nr 2 i 3

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie kocy na całe ciało pacjenta dorosłego, o wymiarach: 195 x 100 cm

Odpowiedź: OPZ BEZ ZMIAN.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie kocy pediatrycznych/ na dolną część ciała, o wymiarach 120 x 100 cm

Prosimy o dopuszczenie kocy pediatrycznych pod pacjenta, o wymiarach: 92 x 89 cm

Odpowiedź: OPZ BEZ ZMIAN.

Pakiet 11 – łóżka (zadanie 1,2,3)

1. Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem 120 mm?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 2000 x 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda 35 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

4. Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych 15 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

5. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 400-800 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

6. Czy w rozumieniu pkt 17 Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci opuszczanych tworzywowych barierok bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża (nie wydłużanych razem z leżem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w rozumieniu pkt 17 Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci opuszczanych metalowych barierok bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża (nie wydłużanych razem z leżem)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

8. Czy Zamawiający dopuści metalowe uchwyty materaca bez kątomierzy?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pakiet nr 12 Zadanie 1

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie materaca, w którym komory umieszczone są w rzędach i napełniane powietrzem

i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu co 10 min.

Prosimy o odstąpienie od komór pod głowę stale napełnionych powietrzem

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie materaca, składającego się z 22 komór poliuretanowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pkt. 8, 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu przechyłów i rotacji bocznej

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pkt. 11

Prosimy o odstąpienie od wymogu funkcji owiewu, w przypadku zaoferowania materaca zapewniającego odpowiedni mikroklimat, w tym zdolność do odprowadzania pary wodnej na poziomie powyżej 600g/m²/24h, chroniący przed ryzykiem maceracji skóry. Jest to rozwiązanie lepsze niż dotlenianie tkanek za pomocą mikrootworów, ponieważ nie powoduje wychładzania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu serwisowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie materaca z trybem transportowym do 8 godzin.

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pkt. 17

Prosimy o dopuszczenie materaca z funkcją maksymalnego wypełnienia materaca uruchamianą z jednego przycisku na pompie i automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia przewodu zasilającego przed przypadkowym wypięciem, jeśli materac posiada alarm braku zasilania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie podłączenia prostego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12 Zadanie 5

Czy w rozumieniu opisu całej szafki przyłóżkowej Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze polegające na zaproponowaniu szafki dwustronnej zamiast problematycznego obrotowego korpusu szafki i przekładania blatu bocznego? Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniższym łącznym opisie:

Szafka przyłóżkowa dwustronna o wymiarach 590x520x850 o konstrukcji metalowej. Szafka wyposażona w zamykaną szufladę oraz zamykaną półkę przy których znajdują się chromowane uchwyty. Szafka wyposażona w blat boczny o wymiarach 550x340 mm z bezstopniową regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 710-1000 mm. Blat boczny ograniczony min. z dwóch stron z możliwością pochylecia na boki. Między półką a szufladą wolna przestrzeń na postawienie dodatkowych rzeczy pacjenta. Szafka na czterech podwójnych kołach z czego przynajmniej dwa posiadają blokadę. Szafka łatwa do dezynfekcji i czyszczenia, odporna na działanie promieniowania UV. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflady i zamykanej półki z min. 10 różnych kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki, w tym koloru szarego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia OPZ

Czy Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji szafki z naniesieniem certyfikowanej powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza



Pakiet nr 12 Zadanie 1.

Pkt. 2, 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podwoziem o wysokości 113 cm oraz możliwością blokady tylnych kół.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia (wysokość ramienia) od 660 do 1820 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją podstawy w zakresie od 700 do 1050 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną szerokością podstawy 700 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie następujących nosidełek:

- nosidełko w kształcie litery U- 1 szt., jak na rysunku poniżej

- 4-punktowe nosidełko z podparciem pleców i głowy, z możliwością przenoszenia pacjenta w pozycji półleżącej i siedzącej-1 szt., jak na rysunku poniżej:

- 4-punktowe nosidełko z podparciem pleców i głowy, z możliwością przenoszenia pacjenta w pozycji półleżącej i siedzącej, przeznaczone do kąpielni, wykonane z szybko schnącej siateczki poliestrowej – 3 szt. w rozmiarach M, L i XL, jak na rysunku poniżej:

Siedziska oraz wieszaki w pełni kompatybilne z podnośnikami typu I oraz II opisanymi w tym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siedziska transportowo-kąpielowe, w zad. 1 wymaga siedzisk do ponoszenia pacjenta w pozycji leżącej, w zad. 2 wymaga siedzisk do podnoszenia pacjenta w pozycji siedzącej, ilość siedzisk oraz ich rozmiary zgodnie z OPZ.

Pakiet nr 12 Zadanie 2

Pkt. 2, 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podwoziem o wysokości 113 cm oraz możliwością blokady tylnych kół.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia (wysokość ramienia) od 580 do 1590 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z regulacją podstawy w zakresie od 610 do 840 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną szerokością podstawy 610 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z OPZ.

ZESTAW XXVIII

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 5 (Załącznik nr 1B do SIWZ) - pkt 18: „Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie poziomej: 0-950 mm”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta z zakresem ruchu ramienia w płaszczyźnie poziomej: 0 - 937 mm?

Pragniemy zauważyć, że proponowana wartość jest niewiele mniejsza od wymaganej i nie wpływa ona na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 2.

Dotyczy Pakietu nr 5 (Załącznik nr 1B do SIWZ) - pkt 65: „Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 23 cm x 29 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 667 cm²”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy detektor renomowanego producenta, który posiada wymiary aktywnego obszaru obrazowania 23,11 cm x 28,7 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania 663,26 cm²?

Pragniemy zauważyć, że różnica w oferowanej wartości jest nieznaczna i nie wpłynie na ograniczenie możliwości diagnostycznych aparatu. Ponadto wymiary detektora określane są jako wymiary nominalne i często nieznaczne różnice w wartościach pochodzą od sposobu przeliczania. Oferowane rozwiązanie jest produktem renomowanego producenta, który jest liderem światowym w produkcji detektorów, w pełni funkcjonalne posiadające wszystkie certyfikaty i dopuszczenia do sprzedaży na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 3.

Dotyczy Pakietu nr 5 (Załącznik nr 1B do SIWZ) - pkt 70: „Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (2 szt), które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - ładowarka dołączona do oferowanego zestawu”

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zamiast kolejnej ładowarki baterii detektora będzie wymagał stacji dokującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacji dokującej.

Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie jest wygodniejsze i szybsze dla użytkownika ze względu na fakt, iż cały detektor umieszczany w stacji dokującej włącznie z baterią i jest w ciągłej gotowości do pracy. Takie rozwiązanie w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego do ładowania baterii w powyższej konfiguracji, ponieważ jedna bateria z detektorem ładowana jest w aparacie, kolejna w stacji dokującej, natomiast ostatnie dwie baterie w dołączonej ładowarce na stołowej.

ZESTAW XIX i XXX

Pakiet nr 7 Aparat EKG

Punkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG bez przystawki do badania spirometrycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 14
Respirator transportowy

Punkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku z funkcją wstrzymania na wdechu min. do 10 sekund?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku z funkcją wstrzymania na wydechu?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku bez możliwości regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie minimum 1-65% przepływu szczytowego?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku z funkcją natleniania i manualnego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku bez możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku z możliwością zasilania z niskiego napięcia 24 V w przypadku awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku bez funkcji powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji?

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator renomowanej firmy wyprodukowany w 2019 roku z zasilaniem awaryjnym z wewnętrznej baterii na min. 4 godziny pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów pracy, bez możliwości dołożenia

dodatkowego modułu baterii do obudowy respiratora? Minimum 4 godziny pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym nie wymagają dodatkowych baterii.

Odpowiedź: ZGODNIE Z OPZ

ZESTAW XXXI

Pytanie do Załącznika nr 1 projektu umowy: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunki licencji oprogramowania wykonawcy? (w załączeniu), w szczególności w zakresie udzielania dalszych licencji.”

1. Warunki Licencji Oprogramowania

Wyznaczony Sprzęt oznacza Produkty sprzedane i dostarczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy Sprzedaży lub podobnej, na którym ma działać Oprogramowanie Licencyjne.

Oprogramowanie Licencyjne oznacza oprogramowanie w pliku obiektowym i wszystkie jego kopie, które ma być używane na Wyznaczonym Sprzęcie albo w związku z nim, niezależnie od tego, czy będzie wbudowane w sprzęt czy też dostarczone na oddzielnym nośniku danych, obejmujące funkcje systemowe, testowania i aplikacji, wraz z dokumentacją pomocniczą niezbędną do skutecznego użytkowania oprogramowania.

1. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Warunkach Licencji Oprogramowania, Wykonawca przyznaje Klientowi nieprzenoszalną, niewyłączną licencję, bez prawa do udzielania sublicencji, do używania Oprogramowania Licencyjnego na Wyznaczonym Sprzęcie użytkowanym przez Klienta. Klientowi nie przyznaje się żadnego innego prawa do Oprogramowania Licencyjnego ani żadnego innego prawa własności intelektualnej Wykonawcy lub jej dostawców, chyba że wyraźnie tak zaznaczono.

1. Oprogramowanie Licencyjne będzie używane wyłącznie na Wyznaczonym Sprzęcie i w miejscu, gdzie zainstalowano Produkty, chyba że przedmiotem umowy jest system mobilny. Wymagane są odrębne Warunki licencji na oprogramowanie dla każdej jednostki Wyznaczonego Sprzętu lub jednostki centralnej, na których ma być używane Oprogramowanie Licencyjne. Klient będzie używać Oprogramowania Licencyjnego wyłącznie w celu użytkowania Produktów.
2. Oprogramowanie Licencyjne może zawierać lub mieć wbudowaną technologię będącą własnością lub opatentowaną lub zastrzeżoną przez dostawców Wykonawcy. Niniejsze Warunki Licencji Oprogramowania w żaden sposób nie przyznają prawa do korzystania z praw własności intelektualnej dostawców Wykonawcy do tego rodzaju technologii podmiotów trzecich. Klient zgadza się uzyskać, jeżeli będzie to konieczne, odrębną licencję od takiego dostawcy w drodze zawarcia umowy licencyjnej użytkownika końcowego pomiędzy dostawcą a Klientem.
3. Niniejsze Warunki Licencji Oprogramowania nie obejmują żadnego oprogramowania przeznaczonego do utrzymania lub obsługi Oprogramowania Licencyjnego, dostarczonego oddzielnie albo razem z Produktami, mającego na celu pomóc spółce Wykonawcy lub jego przedstawicielom w instalacji, testowaniu, obsłudze i konserwacji Wyznaczonego Sprzętu.

2. Wykonawca i/lub dostawcy Wykonawcy (w zależności od przypadku) posiadają wszelkie prawa własności intelektualnej, tytuły i udziały do Oprogramowania Licencyjnego lub pozostające z nim w związku oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do modyfikacji i utworów pochodnych.

1. Klient może posiadać kopię Oprogramowania Licencyjnego lub w dostępnym miejscu mieć dostęp do kopii w formie umożliwiającej odczyt za pomocą urządzeń cyfrowych

wyłącznie jako kopię zapasową albo dla celów archiwizacji dla własnego użytku Klienta na Wyznaczonym Sprzęcie. Klient sam nie będzie ani nie pozwoli podmiotom trzecim na to, aby (a) kopiować, powielać, ani rozpowszechniać Oprogramowania Licencyjnego ani żadnej jego części (b) cedować, udzielać sublicencji, przekazywać w leasing, wynajmować, pożyczać, przenosić, ujawniać albo w inny sposób udostępniać Oprogramowanie Licencyjne. W przypadku, w którym dozwolone jest kopiowanie i w zakresie, w jakim jest dozwolone, Klient nie będzie usuwać ani zmieniać żadnych powiadomień o prawach autorskich/powiadomień o informacjach zastrzeżonych ani innych napisów lub oznaczeń zawartych w Oprogramowaniu Licencyjnym oraz odtworzy na wszystkich nośnikach zawierających kopię Oprogramowania Licencyjnego wszystkie powiadomienia o prawach autorskich, powiadomienia o informacjach zastrzeżonych oraz inne opisy i oznaczenia umieszczone na oryginalnych nośnikach.

2. Klient nie zezwoli na to, aby Oprogramowanie Licencyjne, ani żadna jego część, były używane przez podmioty trzecie, z wyjątkiem pracowników obsługi Wykonawcy lub jego przedstawicieli albo pracowników lub przedstawicieli Klienta uczestniczących w działaniach Klienta. Klient dołoży starań, aby każda upoważniona osoba, która używa Oprogramowania Licencyjnego stosowała się do postanowień określonych w niniejszych Warunkach Licencji Oprogramowania.
 3. Jeżeli Klient używa Oprogramowania Licencyjnego, aby uzyskać dostęp do usług lub funkcjonalności (albo z nich korzystać) produktów Microsoft Windows Server (wszystkich edycji i następnym wersji) lub podobnego oprogramowania albo używa Oprogramowania Licencyjnego po to, aby umożliwić stacji roboczej lub urządzeniom komputerowym dostęp do usług lub funkcjonalności (lub korzystanie z nich) produktów Microsoft Windows Server lub podobnego oprogramowania, Klientowi może zostać narzucony wymóg (i) uzyskania, albo poprzez Wykonawcę albo bezpośrednio, od Microsoft Licencji Dostępu Klienta na Oprogramowanie Licencyjne i/lub każdą stację roboczą lub urządzenie komputerowe, albo (ii) uzyskania jeżeli używane będzie inne podobne oprogramowanie wymaganej licencji od odpowiedniej osoby trzeciej na każdą stację roboczą lub urządzenie komputerowe.
 4. Wykonawca nie jest zobowiązany do aktualizacji ani modernizacji (włączając w to, update i upgrade) żadnego rodzaju oprogramowania osób trzecich (w tym oprogramowania Microsoft, programów antywirusowych itp.), które zostanie dostarczone Klientowi przez Wykonawcę, chyba że strony wyraźnie zgodzą się, aby Wykonawca przyjął na siebie takie zobowiązanie w umowie dotyczącej obsługi.
 5. Na Oprogramowanie Licencyjne udziela się wyłącznie licencji w zakresie korzystania z niego do obsługi Wyznaczonego Sprzętu i nie stanowi ono przedmiotu sprzedaży. Wszelkie wzmianki o „sprzedaży” Oprogramowania Licencyjnego będą rozumiane jako odniesienia do licencji na korzystanie z Oprogramowania Licencyjnego, nie zaś jako przeniesienie praw własności intelektualnej.
 6. Do Oprogramowania Licencyjnego może być dołączone pewne oprogramowanie otwarte. Takie oprogramowanie otwarte podlega jedynie własnym warunkom oprogramowania otwartego. Jeżeli Wykonawca przekaże Klientowi kopię odpowiednich warunków oprogramowania otwartego, Klient będzie się do tych warunków stosował.
3. Klient nie może zmieniać, odblokowywać, organizować, adaptować, poprawiać błędów, dokonywać translacji, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji Licencyjnego Oprogramowania ani powodować czy zezwalać na podejmowanie takich działań.

Ponadto Klient nie może tworzyć utworów zależnych na podstawie Licencyjnego Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Informacje konieczne do osiągnięcia interoperacyjności Licencyjnego Oprogramowania z innym oprogramowaniem będą uzyskiwane wyłącznie od Wykonawcy w oparciu o obowiązujące w danym momencie standardowe warunki i wedle wyłącznego uznania Wykonawcy.

1. Jeżeli Licencyjne Oprogramowanie zostanie w jakikolwiek zmienione przez Klienta lub osobę trzecią, lub zostanie połączone z oprogramowaniem lub sprzętem niedostarczonym i/lub niezatwierdzonym na piśmie przez Wykonawcę, wszystkie gwarancje związane z Licencyjnym Oprogramowaniem i Wyznaczonym Sprzętem staną się nieważne od chwili dokonania takiej zmiany.
 2. Wykonawca może tworzyć i licencjonować uaktualnienia lub bardziej zaawansowane wersje Licencyjnego Oprogramowania w każdym czasie. Uaktualnienia i/lub bardziej zaawansowane wersje mogą zostać udostępnione Klientowi zgodnie z obowiązującymi warunkami.
 3. Wykonawca może przekazać Klientowi dostęp do funkcjonalności związanych z utrzymaniem Licencyjnego Oprogramowania tylko, jeżeli zostanie to uzgodnione w odrębnej umowie o utrzymanie oprogramowania/wsparcie klienta.
 4. Wykonawca nie ma obowiązku udzielania pomocy, wsparcia technicznego, konserwacji ani nowych wersji, o ile i w zakresie, w jakim Wykonawcę wyraźnie nie wyraził na piśmie zgody.
 5. Klient zwolni Wykonawcę i jej Podmioty Stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub kosztów wynikających z naruszenia postanowień niniejszego rozdziału a Klient zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę i/lub jej Podmioty Stowarzyszone w związku z ochroną przed roszczeniem wynikającym z takiego naruszenia lub powstałym w związku z takim naruszeniem.
4. Niniejsze Warunki Licencji Oprogramowania obowiązują tak długo, jak Klient będzie korzystał z Wyznaczonego Sprzętu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wypowiedzieć niniejsze Warunki Licencji Oprogramowania w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Warunków Licencji Oprogramowania z zastrzeżeniem, że Wykonawca doręczył Klientowi pisemne powiadomienie stwierdzające takie naruszenie, a Klient nie usunął go w terminie piętnastu (15) dni od daty takiego powiadomienia lub w dłuższym terminie, jaki mógł być wskazany w takim powiadomieniu. Takie rozwiązanie nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań powstałych przed wypowiedzeniem Warunków i nie umniejsza jakichkolwiek praw Wykonawcy, które powstały przed taką datą. Klient usunie lub zezwoli Wykonawcy na usunięcie Licencyjnego Oprogramowania z Wyznaczonego Sprzętu i zwróci Licencyjne Oprogramowanie oraz wszelkie jego kopie i dotyczącą go dokumentację Wykonawcy na koszt Klienta, niezwłocznie po wypowiedzeniu Warunków. Po dokonaniu zwrotu Klient potwierdzi Wykonawcy, że nie zachował ani nie posiada, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w części, Licencyjnego Oprogramowania ani żadnych jego części.
5. W przypadku, gdy Oprogramowanie Licencyjne (zgodnie jego definicją zawartą niniejszych Warunkach Licencji Oprogramowania jako oprogramowanie nie pochodzące od podmiotów trzecich), Wykonawca gwarantuje, że przez okres jednego roku od daty udostępnienia Licencyjnego Oprogramowania będzie ono zasadniczo zgodne z mającymi zastosowanie specyfikacjami funkcjonalnymi, które obowiązują w takim momencie.
1. Niniejsza gwarancja na oprogramowanie jest udzielana pod warunkiem, że w mającym zastosowanie okresie gwarancji: a) Klient powiadomi Wykonawcę o

jakichkolwiek niezgodnościach na piśmie, w terminie dziesięciu (10) dni od ich odkrycia, z podaniem wszelkich szczegółów dotyczących takich niezgodności; (b) niezgodność stanowi błąd krytyczny w aktualnej w danym momencie wersji Licencyjnego Oprogramowania; oraz (c) Wykonawca może odtworzyć stan niezgodności. W takim wypadku Wykonawca wedle własnego uznania i na własny koszt oraz w ramach wyłącznego środka zaradczego przysługującego Klientowi, podejmie staranie usunięcia niezgodności, przez wymianę, rozwiązanie tymczasowe lub modyfikację Licencyjnego Oprogramowania. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie usunąć niezgodności, Wykonawca może zwrócić zasadną część lub całą cenę zakupu Produktu. Wszelkie naprawy będą dokonywane zgodnie z procedurami dokonywania napraw Licencyjnego Oprogramowania Wykonawcy. Wykonawca nie gwarantuje skuteczności wysiłków dotyczących napraw i nie oświadcza ani nie zapewnia, że wszystkie błędy zostaną naprawione. Okres gwarancji dla tak poprawionego Licencyjnego Oprogramowania nie będzie wydłużał okresu gwarancji określonego powyżej.

2. Licencyjne Oprogramowanie jest dostarczane Klientowi i jest przez niego odebrane w jego istniejącym kształcie ['AS IS']. Nie ma to jednak wpływu na udzieloną gwarancję na Licencyjne Oprogramowanie.
3. Zobowiązania dotyczące gwarancji i usług Wykonawcę w niniejszych Warunkach Licencji Oprogramowania mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca, zgodnie ze swoją umową licencyjną lub umową zakupu ma prawo do równoważnych środków zaradczych dotyczących gwarancji lub usług.
6. Wykonawca zaoferuje licencję na oprogramowanie każdemu działającemu w dobrej wierze licencjodawcy Wyznaczonego Sprzętu, na którym funkcjonuje Licencyjne Oprogramowanie („Wtórny Licencjodawca”) zgodnie z obowiązującymi opłatami i Warunkami. W związku z koniecznością ochrony swoich informacji zastrzeżonych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania licencji do Licencyjnego Oprogramowania Wtórnemu Licencjodawcy, jeżeli taki Wtórny Licencjodawca zostanie uznany przez Wykonawcę za podmiot konkurencyjny. Po sprzedaży Wyznaczonego Sprzętu na rzecz Wtórnego Licencjodawcy i zatwierdzeniu Wtórnego Licencjodawcy, Wykonawca dokona deinstalacji takiego Wyznaczonego Sprzętu na podstawie obowiązujących wówczas stawek Wykonawcy i ponownej instalacji takiego Wyznaczonego Sprzętu dla Wtórnego Licencjodawcy, ale dopiero po zaakceptowaniu przez takiego Wtórnego Licencjodawcę postanowień niniejszych Warunków Licencji Oprogramowania.
 1. W przypadku Licencyjnego Oprogramowania, do którego prawa zachowuje jeden lub więcej dostawców zewnętrznych, postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Licencji Oprogramowania działają również na korzyść takiego(ch) dostawcy(ów) zewnętrznego(ych). Klient zgadza się zwolnić Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń dostawcy(ów) zewnętrznego(ych), wynikających z naruszenia przez Klienta Licencji.
 2. Licencyjne Oprogramowanie może obejmować wsparcie dla programów napisanych w technologii Java. Technologia Java nie jest odporna na błędy i nie jest zaprojektowana, produkowana ani przeznaczona do wykorzystania lub odsprzedaży, jako sprzęt do kontroli w trybie online w środowiskach niebezpiecznych wymagających pracy wolnej od błędów.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza aktualną treść SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ:

- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach
- zał. 1 A do SIWZ (formularz sortymentowo-cenowy) po zmianach
- zał. 1 C do SIWZ (projekty umów) po zmianach

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. **04.10.2019 r.** do godz. **10:00**. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. **11:00**.

Zatwierdził:

Załączniki:

- SIWZ po zmianach
- zał. 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach
- zał. 1 A do SIWZ (formularz sortymentowo-cenowy) po zmianach
- zał. 1 C do SIWZ (projekty umów) po zmianach

*Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska- Orciuch*