



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881    REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl    sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/21/2023

Przasnysz, dnia 11.04.2023 r.

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1.

**Dot. Pakietu I**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanianą, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w plecionki.*

Pytanie 2.

**Dot. Pakietu I, poz. 18, 19**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej?**

*Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.*

Pytanie 3.

**Dot. Pakietu I, poz. 18, 19**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.*

Pytanie 4.

**Dot. Pakietu I**

**Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w długość nici.*

Pytanie 5.

**Dot. Pakietu II**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniany, pętlowy, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 6.

**Dot. Pakietu III**

**Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, niewchłaniany, poliestrowy, powlekany, silikonem, całą nić?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 7.

**Dot. Pakietu IV, poz. 15**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 8.

**Dot. Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 9.

**Dot. Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 10.

**Dot. Pakietu IV, poz. 14**

**Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 11.

**Dot. Pakietu V, poz. 10-12**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę z poliglaktyny 910 wchłanianą, powlekaną, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 12.

**Dot. Pakietu V, poz. 13**

**Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, szybkowchłaniany, o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0% i czasie wchłaniania do ok. 42 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 13.

**Dot. Pakietu V, poz. 13**

**Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?**

*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.*

Pytanie 14.

**Dot. Pakietu VI, poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm, ¼ koła?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 15.

**Dot. Pakietu VII, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25 x 35 cm?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w siatki.*

Pytanie 16.

**Dot. Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe do przepuklin o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i rozmiarze porów 1,0-1,2 mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 17.

**Dot. Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe do przepuklin o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55 mm i rozmiarze porów 1,3-2,0 mm?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 18.

**Dot. Pakietu IX**

**Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 19.

**Pakiet VII. Czy zamawiający wyrazi zgodę na siatkę polipropylenową, monofilamentową do przepuklin; gramatura 60g/m<sup>2</sup>, porowatość min. 70%, grubość 0,65+/- 15 mm**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 20.

**Dotyczy Pakietu II**

**Prosimy o podanie parametrów szwów Pakietu II w poz. 3, 4, 5 ?**

*Odp: Szef monofilamentowy wchłaniałny pętlowy, okres podtrzymywania tkankowego ok 50% po 7 m-cach, czas wchłaniania po 13 m-cach.*

Pytanie 21.

**Dotyczy Pakietu VIII**

**Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 nitkę 90 cm i opakowanie szwu zawierające 24 saszetki?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w nitkę.*

Pytanie 22.

**Dotyczy Pakietu VIII**

**Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 wosk kostny o wadze 2,5 grama?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w wosk kostny.*

Pytanie 23.

## Pakiet VII

Czy Zamawiający dopuści w pak. VII w poz.1- 4 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm

w rozmiarach:

poz. 1 – 7,5 cm x15 cm

poz. 2 - 15cm x 15cm

poz. 3 – 22cm x35cm

poz. 4 – 30cm x30cm ?

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 24.

## Pakiet X

Czy Zamawiający dopuście zaoferowanie w pakiecie X w poz. 2 gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,6cm x10,2cm ? Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

*Odp: Zamawiający dopuszcza w/w gazę.*

Pytanie 25.

## Pakiet VII poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatek w rozmiarze 8x12cm lub 8x15cm do wyboru przez Zamawiającego

*Odp: Zamawiający dopuszcza siatki w rozmiarze 8x15cm.*

Pytanie 26.

## Pakiet VII poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatek w rozmiarze 20x30cm lub 30x30cm do wyboru przez Zamawiającego

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 27.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1):

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia zamówienia.


*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.*

Pytanie 28.

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

*Odp: Zamawiający wprowadza w/w zapis do umowy.*

Z poważaniem

D Y R E K T O R  
SP ZZOZ w Pzaszyszu  
  
mgr Zbigniew Makowski