

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Sprostowanie - Zmiana SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Platforma Cytometryczna” – sprawa nr 56/PN/2022/ZS

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego opublikowanymi w dniu 2.11.2022 roku na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Zamawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź na pytanie numer 6, tj.:

### Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6, § 4 ust. 11 oraz § 4 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym:

- reakcja serwisu: odpowiedź telefoniczna na zgłoszenie do 8 godzin roboczych, przyjazd serwisanta do 3 dni roboczych
- naprawa: maksymalny czas usuwania awarii do 7 dni roboczych i 16 dni roboczych, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części z zagranicy.

**Aktualna (obowiązująca) odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż:

§ 4 ust. 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 1) przystąpienia do naprawy urządzeń nie później niż w ciągu max. 72 godzin od momentu zgłoszenia,  
2) naprawy gwarancyjnej urządzeń w czasie do 16 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich udostępnienia (przekazania).

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U.2022.1710 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 7.11.2022 roku do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30.

Zmianie ulega, również termin związania ofertą, tj. do dnia 6.12.2022 roku.

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega termin wnoszenia wadium, czyli do aktualnie wyznaczonego terminu składania ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U.2022.171 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.