



WSzSL/FZ.381.20/24.187.2024

Legnica 18.04.2024 r.

Do wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
NIESTERYLNYCH I WYROBÓW DIAGNOSTYCZNYCH
ZNAK SPRAWY: WSzSL/FZ-20/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Zapytanie 1: CZĘŚĆ 3

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie obwodu 3-5,5 cm.

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie obwodu 9-14,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Zapytanie 2: CZĘŚĆ 10

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje sposobu konfekcjonowania opakowania zbiorczego.

Zapytanie 3: Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie dostawy.

Zapytanie 4: Pakiet 9, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o długości 200 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu o długości wskazanej w SWZ tj. 210 cm.

Zapytanie 5: Dotyczy części 4, punkt 1

Czy zamawiający oczekuje elektrody z kablem wypuszczonym czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zapytanie 6: Część 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z SWZ tj. podania ceny jednostkowej. Jednocześnie odsyłamy do zapisów SWZ Rozdziału XVII pkt 2, czyli informacji o dopuszczeniu podania ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, gdy wymaga tego prawidłowe złożenie oferty.

Zapytanie 7: Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2 przeznaczoną dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ rozmiaru nr 3.



Zapytanie 8: Część 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga masek sterylnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga masek niesterylnych.

Zapytanie 9: Pakiet nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby również rezerwuwar tlenu nadawał się do sterylizacji w temperaturze 121°C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 10: Pakiet nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Maski tlenowej z rezerwuarem, Maski tlenowej z workiem przeznaczoną do wysokiej koncentracji tlenu

Wykonana z medycznego PCV

Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie

Wyposażona w dren o długości 200cm zakończony uniwersalnym łącznikiem

Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia

Otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami

Wyposażona w rezerwuwar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową

Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Rozmiar dla dorosłych i pediatryczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga drenu o długości 210 cm., pozostałe parametry dopuszcza.

Zapytanie 11: Część 10 – Maty dekontaminacyjne

Czy Zamawiający oczekuje wielowarstwowej i samoprzylepnej maty o aktywnym działaniu antybakteryjnym i odkażającym, która zawiera środek biobójczy - chlorek didecyloдимetyloamoni + bis3aminopropyloдodecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów. Skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń, chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamuje rozwój drobnoustrojów, odporna na temperaturę i promienie UV. Posiada samoprzylepny podkład ściśle przylegający do powierzchni podłogi pewnie utrzymując matę w jednym miejscu. Kontrola stanu zużycia maty, dzięki 30 samoprzylepnym, ponumerowanym warstwom zbudowanym z polietylenu o niskiej gęstości, grubość 1 warstwy: 0,03mm, przyczepność 245 cN/25mm, grubość całej maty: 0,99mm. Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: *Rozporządzenia* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180 ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający opisał w SWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

Udzielone niniejszym pismem odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na pozostałe zapytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie w terminie późniejszym

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS.

EKONOMICZNO – FINANSOWYCH WSZSL

ANDRZEJ URNIAŻ