



Toszek, 17.08.2023 r.

dotyczy: *postępowania nr 22/DEG/AS/2023 - Modernizacja sal chorych (2 sale) dla Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku - dostawa pościeli, kołder, poduszek, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych*

Zamawiający udostępnił treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania z dnia 10.08.2023 r.**

#### **Pytanie 1:**

Dotyczy pakietu 2. Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z materacem i szafka przyłóżkową. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne z poręczami bocznymi z aluminium, leże dwusegmentowe, szyty zdejmowalne z ABS w kolorze niebieskim, segment pleców regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego, o stałej wysokości. Dopuszczalne obciążenie 180 kg; łóżko na 4 kółkach z blokadą indywidualną

Dane techniczne

- długość całkowita łóżka 214 mm
- szerokość całkowita łóżka 910 mm
- wymiary leża 1890x820 mm ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający opisał parametry łóżek i nie dopuszcza ich zmiany.

#### **Pytanie 2:**

Dotyczy pakietu 2. Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z materacem i szafka przyłóżkową. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową jednostronną, bez półki na buty i bez kosza na butelki?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z wysuwającym stolikiem do karmienia, dwustronnej, wyposażonej w półkę na buty wykonanej z siatki metalowej. Tym samym zmianie ulegną zapisy Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie części 2.

#### **Pytanie 3:**

Dotyczy pakietu 2. Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z materacem i szafka przyłóżkową. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową jednostronną, wyposażoną w półkę na buty i kosza na butelki?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z wysuwającym stolikiem do karmienia, dwustronnej, wyposażonej w półkę na buty wykonanej z siatki metalowej. Tym samym zmianie ulegną zapisy Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie części 2.