



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

O-RSK.SZP.29.3.(APT-MI/17).2024.M.P.

Poznań, dnia 15 maja 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO ORAZ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**” nr referencyjny postępowania: **SZP/APT-MI/17/2024.**

KOREKTA - DOTYCZY WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dokonuje korekty udzielonych poniżej odpowiedzi z dnia 10 maja 2024 roku.

Pytanie nr 4

CZEŚĆ nr 1

Punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści Trzpień od min. 34,7 mm offset'u.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 3 – Czy Zamawiający dopuści głowę bi-polarną w zakresie do 57mm.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 15 – Czy Zamawiający dopuści panewkę cementowaną dostępną w średnicach 44-58mm.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 18 – Czy Zamawiający dopuści trzpień ze stopu tytanu, o geometrii 2stopniowego stożka, trzpień modułarny: w zakresie długości całkowitej od 190 do 310mm. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm . Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 19 – Czy Zamawiający dopuści panewkę rewizyjną wykonaną ze stopu tytanu wyposażoną w otwory do mocowania śrub gąbczastych.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 20 – Czy Zamawiający dopuści augmenty o 2 grubościach średnicy 50-54-58mm oraz 1 grubości dla średnicy 62mm

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 22 – Czy zamawiający dopuści śruby gąbczaste nieblokowane

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 24 – Czy Zamawiający dopuści system nie wymagający wiertel elastycznych, kompletne instrumentarium użyczane w ramach kontraktu – nie podlegające wycenie

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Czy Zamawiający w ramach warunków realizacji zamówienie dopuści równoważny zestaw instrumentarium, kompatybilny do oferowanych produktów i do nich zarejestrowany ale nie zawierający: wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem oraz elastycznych wiertel (wierćła na elastycznej prowadnicy).

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 9

CZEŚĆ 15

Punkt 2 – Czy zamawiający dopuści szyjkę-piaskowaną.

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe

Punkt 3 – Czy zamawiający dopuści panewkę drukowaną w całości z czystego tytanu

Odpowiedź:

Było: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza powyższe.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść:

1) Rozdziału XVI ust. 3 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia **24 maja 2024 roku o godz. 09:00.**

2) Rozdziału XVII ust. 1 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Termin otwarcia ofert **24 maja 2024 roku o godz. 10:00.**

3) Rozdziału XVIII SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **21 sierpnia 2024 roku.**

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: Monika Pietrzyk
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa