



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP .../02/2021

Chrzanów, ...02.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla stacji dializ Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”- sprawa nr 3/2021.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 6 pozycja 4:** Dializator kapilarny niskoprzepływowo z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 2,0 m². Dializatorów kapilarnych z nowoczesną błoną helixone®, sterylizowanych suchą parą wodną, o powierzchni 1,8 m², charakteryzujących się wyższymi wartościami klirensów mocznika i fosforanów?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 6 pozycja 4:** Dializator kapilarny niskoprzepływowo z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 2,0 m² Dializatorów kapilarnych niskoprzepłygowych z syntetyczną błoną polisulfonową, sterylizowanych suchą parą wodną, o powierzchni 1,8 m²?

Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie SWZ.

Pytanie 3:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie 6 pozycja 4:** Dializator kapilarny niskoprzepływowo z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 2,0 m² Dializatorów kapilarnych niskoprzepłygowych z błoną syntetyczną, sterylizowanych suchą parą wodną, o powierzchni 2,2 m²?

Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie SWZ.

4. Pytanie 1 do Pakietu nr 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie w postępowaniu cewników permanentnych, o niewielkich różnicach technicznych, lecz takiej samej funkcjonalności użytkowej: Przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, Długości od mułki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm, Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.

Odp. Tak, dopuszczamy.


Z poważaniem

mgr Artur Baranowski
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

Dział Zarządzania Publicznych
Zakupów
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39
fax. 32 623 70 72



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892