



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/28/P/20

Bydgoszcz, dnia 31.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku do zabiegów endoskopowych i neurochirurgicznych, nr sprawy NZZ/28/P/20.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Pytanie 1 – dot. gr. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł EUS o średnicy 19G, 22G, 25G, z końcówką typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony wykonany z nitinolu, regulowana osłonka PEEK od 0 do 5cm, regulowana długość igły do 8cm, do kanału roboczego 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2 – dot. gr. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli heksagonalnych do kanału roboczego 2,8mm, o długości narzędzia 240cm, pętla wykonana z drutu plecionego grubości 0,33mm.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 – dot. gr. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypic o średnicy 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, z pojedynczymi otworami w szczękach, pancierz pokryty tworzywem ograniczającym tarcie narzędzia w kanale endoskopu, wyposażonych w system wielu markerów na końcu dystalnym i proksymalnym określających położenie narzędzia i sygnalizujące wysuwanie narzędzia, łyżeczki elipsoidalne standardowe i powiększone, możliwość wykonywania biopsji stycznych dzięki obecnemu w konstrukcji systemowi cięgieł.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 – dot. gr. 11

Czy Zamawiający dopuści szczypcy:

- o średnicy szczęk 1,8mm i długości roboczej wyłącznie 160mm, gładkie, bez igły, bez funkcji biopsji stycznych, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 2,0mm;
- o średnicy szczęk 2,3mm i długości roboczej 160cm, 180cm lub 230cm (do wyboru Zamawiającego), gładkie lub z zębami, z igłą lub bez, z funkcją biopsji stycznych, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm;
- o średnicy szczęk 3,0mm i długości roboczej wyłącznie 230mm, gładkie, z igłą lub bez, bez funkcji biopsji stycznych, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm;

wszystkie szczypcy z elipsoidalnymi łyżeczkami o podwójnych okienkach, z możliwością otwarcia szczypic przy każdym zagięciu, o sztywnym odcinku dystalnym zapewniającym możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu, pokryte osłonką wykonaną z tworzywa sztucznego (PE), w dwóch kolorach sygnalizujących długość narzędzia (230cm - niebieskie powleczenie, 160 i 180cm - zielone powleczenie), pokryte substancją hydrofilną ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, z trzema markerami sygnalizującymi położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia z kanału roboczego, z 4 etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji w zestawie?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 – dot. gr. 1

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1, 3, 4 i dopuści w:

- a) Pozycja 1 długość robocza 1900 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
- b) Pozycja 3 długość narzędzia 2000mm; długość noska 0,2,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
- c) Pozycja 4 długość narzędzia 2000mm, maksymalna pojemność 60ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035". Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 6 – dot. gr. 5

Końcówka igły wykonana z cobalt chrom (średnica 19G, 22G), Regulowana osłona od 0 do 4cm, Długość narzędzia: 1375-1400mm, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 – dot. gr. 8

Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomii na zimno średnica pętli 10,15mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt owalny; szerokość pętli 10,15,20,24,36 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 – dot. gr. 11

Czy zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku ;długość robocza 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8 mm; 2,3 mm; 3,0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie do par. 2 nowego ust. 5 o treści: „Zamawiający będzie pobierał z depozytu wyroby medyczne/produkty lecznicze począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Wyroby medyczne/produkty lecznicze, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY